

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 15.11.2019r

*Do uczestników przetargu nieograniczonego
Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens*

Dot.: „Przeglądy techniczne sprzętu medycznego firmy Siemens”, ZP/49/ZCOSzpSp/2019

**WYJASNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zamawiający informuje iż poniższe wyjaśnienia odpowiedzi modyfikują wyjaśnienia odpowiedzi do SIWZ udzielonych w dniu 31.10.2019r

Zestaw nr 1

Pytania dot. pakietów 1, 2, 3, 5, 6

Pytanie nr 1

Dot. załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na odwołanie z dnia 03.10.2019 r. wykreśla punkt dot. „Wykonanie modyfikacji technicznych (Updates) uznanych za konieczne w celu poprawienia funkcjonowania oraz oprogramowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i usuwa powyższy zapis.

Pytanie nr 2

Dot. załącznik 3 – opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na odwołanie z dnia 03.10.2019 r. wykreśla punkt dot. „Dostawa za pośrednictwem systemu zdalnej diagnostyki zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania, nieobjętych ochroną w postaci odrębnych licencji. „, oraz

„Wykonanie zalecanych przez producenta: aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i usuwa powyższy zapis.

Pytanie nr 3

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty bez ochrony antywirusowej, którą dopisał w odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców? Jest to istotne rozszerzenie przedmiotu zamówienia, które wpłynie na cenę.

Zamawiający początkowo nie wymagał ochrony, a zatem prawdopodobnie nie skalkulował jej też szacując wartość zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż usuwa zapis dotyczący ochrony antywirusowej.

Pytanie nr 4

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty bez wykonania modernizacji Evolve dla wykonawców, którzy potrafią dokonać naprawy komputerów MRAWP i MARS oraz mają dostęp do części zamiennych.

Pragniemy zwrócić uwagę, że Zamawiający został poinformowany o braku możliwości wymiany całych komputerów MRAWP i MARS przez jednego z wykonawców, jednak postępowanie prowadzone przez Zamawiającego dotyczy konserwacji oraz napraw i tych właśnie czynności powinien podjąć się profesjonalny wykonawca działający na rynku usług serwisowych urządzeń medycznych.

Odpowiedź:

W przypadku awarii komputerów MRAWP oraz MARS Zamawiający wymaga przywrócenia ich funkcjonalności. Jeżeli Wykonawca posiada części zamienne do w/w komputerów i ich naprawa jest możliwa to Zamawiający dopuszcza takie działania w celu przywrócenia sprawność urządzenia

Pytanie nr 5

Dot. kryteriów oceny ofert

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy Pzp kryteria oceny ofert „nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej..”, Zastosowane obecnie przez Zamawiającego kryterium autoryzacji w wysokości 20% stoi w sprzeczności z powyższym.

Wnosimy zatem o zmianę kryterium na:

Utrzymanie aparatu w sprawności:

nie więcej niż 10 dni niesprawności aparatu w ciągu roku (wyluczając przeglądy) – 20 pkt

nie więcej niż 20 dni niesprawności aparatu w ciągu roku (wyluczając przeglądy) – 10 pkt

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert.

Cena – 60%

Czas wykonania naprawy – 20%

Okres gwarancji na wykonanie usługi i części zamiennych – 20%

Zamawiający informuje iż zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami zawiera udzielone odpowiedzi na pytania.

W związku z powyższym zmodyfikowana SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie Platformy pod adresem.: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg (ID 258248)

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śs. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Anna Łabejko

