



KF-3.III-382/2.2/2021

Dotyczy: Postępowanie przetargowe nr 2/TP/D/2021 na dostawy materiałów do Sterylizatorni w podziale na 5 pakietów.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2

Pytanie nr 1- dotyczy pakietu 3:

Czy Zamawiający dopuszczając różnicę do 30% w przypadku rękawów o długości 100m dopuszcza rękawy o długości 70m i oczekuje ich przeliczenia ilościowego (szt.)? Zaznaczamy, że nie przeliczając ilości, 30% krótsze rękawy będą niewspółmierne cenowo do wymaganych w SIWZ co doprowadzi do złożenia nieporównywalnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawów o innej długości niż wskazana w SWZ. W takim przypadku należy przeliczyć ilość sztuk by liczba metrów była zgodna z zamawianą. Jeżeli w wyniku przeliczeń wychodzi wartość ułamka należy podać ilość do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2- dotyczy pakietu 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papierowych wkładów absorbujących w rozmiarze 50cmx30cm, które są aktualnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3- dotyczy pakietu 4, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papierowych wkładów absorbujących w rozmiarze 25cmx30cm, które są aktualnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu 4 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek absorbujących bez narożnych nacięć, które są aktualnie dostarczane do szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5- dotyczy dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.

**Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk**