



**REGIONALNE CENTRUM  
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE**

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

Kraków, 18.08.2023r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-21/23**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r., poz. 1710) dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **sukcesywne dostawy etykiet i kalek do druku** – prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1:

Jaka ma być średnica gilzy wewnętrznej etykiet oraz czy etykiety będą naklejane bezpośrednio na worek z krwią? Chodzi tu o atesty oraz wymagania jakie muszą spełniać wspomniane etykiety.

**Odpowiedź: Etykiety będą mieć zastosowanie do drukarek termo transferowych: Citizen CLP 621, CL-S621, CLP-7202e, CLP-S700, Citizen CL-S700, Clever TTP 243, Citizen CL-S703, PRINTRONIX PTX T8000. Etykiety będą stosowane bezpośrednio na pojemniki z krwią.**

Pytanie nr 2:

Proszę o informację czy wszystkie etykiety są do głębokiego mrożenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie etykiety mogą być użyte w temp.+ 80 do - 90 st.C.**

Zamawiający stosując się do dyspozycji przepisu art. 286 ust. 1 i 7 ustawy dodaje zapis w pozycji nr 3 w Części II Załącznika nr 3 do SWZ – Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia o treści: „Etykiety muszą być podzielne według powyższego schematu.”

**Niniejsze wyjaśnienia oraz dokonane zmiany stanowią integralną treść specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający zobowiązuje wykonawców do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert – pod rygorem odrzucenia.**

*Z up.  
mgr Robert Kochański  
Specjalista ds. zamówień publicznych  
RCKiK w Krakowie*