

Czarnków, data jak w podpisie

**Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy
Strona internetowa prowadzonego
postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Zakup i dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla ZZOZ w Czarnkowie”

Pytania do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęło pytanie. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający udostępnił treść pytania wraz z wyjaśnieniem (odповідzią) Zamawiającego:

Pytanie:

Załącznik nr 1 do SWZ

Pyt. 1 pkt. 79

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat renomowanego producenta który posiada głowicę microconvex, szerokopasmową, z zakresem częstotliwości pracy 3-12 MHz, z liczbą elementów 128, z obrazowaniem harmonicznym i możliwością zastosowania przystawki biopsyjnej ale z kątem skanowania 91 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści urządzenie medyczne o ww. parametrach.