

Tarnów, dnia 06.07.2020r.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.MJ.46.

2568

/2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę: dostawę sprzętu medycznego j.u. do koronarografii i koronaroplastyki Zakres nr 1 do 48 dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.07.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

1. Dotyczy Zakresu 15 - CEWNIK BALONOWY OTW

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów o ciśnieniu nominalnym 8 atm i ciśnieniu RBP 14 atm – dla wszystkich rozmiarów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Zakresu nr 25 - STENTGRAFTY WIĘNCOWE

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentgraftów:

- o przedziale długości 16 - 26 mm,
 - o dostępnych średnicach 2,80; 3,50; 4,00; 4,50; 4,80mm,
- i spełniających pozostałe wymagania opisu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech