



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 22

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 324 / 623 /23

Data: 13.02.2023r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **dostawę leków i środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”** Znak sprawy: **28/2023.**

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dot. Pakietu 63 poz. 1, 2 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści inny rodzaj opakowania (butelka OpTri) – skład diety i pojemność bez zmian, opakowanie kompatybilne z obecnie wykorzystywanymi do podaży diety zestawami? Opakowanie OpTri nadaje się do recyklingu i jest bardziej funkcjonalne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 2 dot. Pakietu 63 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Obecny przedmiot zamówienia jest opisany w sposób utrudniający konkurencję - wnosimy o możliwość zaoferowania zestawu grawitacyjnego wyposażonego w równoważny do wyspecyfikowanego kranika system do podawania leków, to jest zamykany port boczny. Oba systemy gwarantują tę samą skuteczność w podawaniu leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3 dot. Pakietu 63 poz. 3 i 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje by port medyczny posiadał nasadkę zabezpieczającą przed kontaminacją w momencie, gdy nie jest używany?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje by port medyczny posiadał nasadkę zabezpieczającą przed kontaminacją w momencie, gdy nie jest używana. Nie mniej jednak Zamawiający dopuszcza w/w port medyczny, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 dot. Pakietu 63 poz. 3 i 4 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów niezawierających wspomnianych przejściówek? Proponowane zestawy są w pełni kompatybilne z zaoferowanymi dietami i pompami żywieniowymi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 5 dot. Pakietu 63 poz. 5 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje pomp żywieniowych o wadze poniżej 400g i klasie IPX5 – pozwalającej na płukanie pompy pod bieżącą wodą?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje pomp żywnościowych o wadze poniżej 400g i klasie IPX5 – pozwalającej na płukanie pompy pod bieżącą wodą? Nie mniej jednak Zamawiający dopuszcza w/ pompy żywnościowe, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 6 dot. Pakietu 64 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

W celu zwiększenia konkurencyjności, a co za tym idzie możliwość zaproponowania korzystniejszej cenowo oferty – prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 64.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na brak technicznej możliwości wydzielenia dodatkowego pakietu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sprostowanie ogłoszenia nie posiada takiej funkcjonalności.

PYTANIE nr 7 dot. Pakietu 67 poz. 3 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu 50 saszetek a 1 g? Reszta zapisów zgodnie z SWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę produktu po 50sasz a 1g, ale z przeliczeniem ilości – 12 opakowań a 50 sasz.

PYTANIE nr 8 dot. Pakietu 67 poz. 6 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje mleka modyfikowanego, które w swoim składzie jak najlepiej przypomina mleko kobiece i zawiera oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1, które wspierają mikrobiotę jelitową i stymulują rozwój korzystnych bakterii w przewodzie pokarmowym? Co ważne kompozycja GOS/FOS poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową zmniejsza też ryzyko rozwoju alergii oraz częstości infekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 9 dot. Pakietu 67 poz. 6 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający dopuści opakowanie inne niż 70 ml x 32 butelki, tj. 70 ml x 24 but. z przeliczeniem ilości? Produkt o wskazaniach zgodnych z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mleko w op 70ml x 24 fl w ilości 60 op, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 10 dot. Pakietu 67 poz. 7 - Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz Asortymentowo-Cenowy

Czy Zamawiający oczekuje mleka modyfikowanego, które w swoim składzie jak najlepiej przypomina mleko kobiece i zawiera oligosacharydy GOS/FOS w stosunku 9:1, które wspierają mikrobiotę jelitową i stymulują rozwój korzystnych bakterii w przewodzie pokarmowym? Co ważne kompozycja GOS/FOS poprzez wpływ na mikrobiotę jelitową zmniejsza też ryzyko rozwoju alergii oraz częstości infekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

