

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.07.2023 r.

Sprawa ZP/20/2023

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą 9 aparatów do hemodializy” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2023/BZP 00281885/01 z dnia 29.06.2023 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawa Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Prosimy o:

1. Wydzielenie z Pakietu nr 2 poz. 2 i 3 igły do hemodializy i utworzenie oddzielnego pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dopuszczenie w Pakiecie nr 3 w poz. 1 dializatorów Low-flux o powierzchniach: 1,5m², 1,7m² i 2,1m² sterylizowanych promieniami Gamma.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Dopuszczenie w Pakiecie nr 3 w poz. 2 dializatorów Hi-flux o powierzchniach: 1,5m², 1,9m² i 2,1m² sterylizowanych promieniami Gamma.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Dopuszczenie w Pakiecie nr 5 koncentratów w kanistrach 5 i 6l, w tej samej cenie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia kompatybilności z dzierżawionymi aparatami.

5. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania hemodializy na 1 igłę metodą Click-clack we wszystkich aparatach?

Odp.: Tak.

6. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania hemodializy na 1 igłę w 4 aparatach metodą Click-clack, a w 5 aparatach z użyciem drugiej pompy tj. pompy do SN?

Odp.: Nie.

7. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.2

Czy Zamawiający dopuści Przepływ dializatu: 0-300-500-800 ml/min?

Odp.: Nie.

8. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.3

Czy Zamawiający dopuści Regulację przepływu pompy krwi: 0 oraz od 15 do 600ml/min?

Odp.: Nie.

9. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.6

Czy Zamawiający dopuści Baterię podtrzymująca pracę aparatu w przypadku braku zasilania z sieci przez okres minimum 15 minut?

Odp.: Nie.

10. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.7

Czy Zamawiający dopuści Możliwość zastosowania koncentratu A w formie płynnej oraz koncentratu B w formie suchej w wysoce higienicznych (zamkniętych) opakowaniach jednorazowego użytku?

Odp.: TAK, JEŻELI OPAKOWANIA PŁYNNNE BĘDĄ O POJEMNOŚCI OD 4.5 DO 5 LITRÓW

11. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.10

Czy Zamawiający dopuści Dezynfekcję termiczną aparatu w temperaturze 84°C?

Odp.: Nie.

12. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.11

Czy Zamawiający dopuści Archiwizację ostatniej ,przeprowadzonej dezynfekcji (data, rodzaj, skutek)?

Odp.: Nie.

13. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.14

Czy Zamawiający dopuści Dezynfekcję i czyszczenie przy pomocy środków płynnych ?

Odp.: Tak.

14. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.17

Czy Zamawiający dopuści Niezależne profilowanie sodu i ultrafiltracji oraz ustawianie wodorowęglanów?

Odp.: Tak.

15. Pytanie Dotyczy ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH Lp.28

Czy Zamawiający dopuści Koszt wymiany ultrafiltrów w dzierżawionych aparatach po stronie Zamawiającego ?

Odp.: Nie.

16. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urzędzeń Lp3

Czy Zamawiający dopuści Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze rozm 1,5G; 1,6G, 1,7G długość drenu 15cm, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce ?

Odp.: Tak.

17. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE do 9 urzędzeń Lp4

Czy Zamawiający dopuści Igły dializacyjne bez oczka, żyłne, rozm 1,5G; 1,6G, 1,7G długość drenu 15cm, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biokompatybilne, pakowane po 1 sztuce ?

Odp.: Tak.

18. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - DIALIZATORY do 9 urzędzeń

Czy Zamawiający dopuści w pozycji Lp.1 Dializatory sterylizowane parą wodną, typu Low-flux o powierzchni 1,4 m², 1,8m², 2,2 m². , do swobodnego wyboru przez zamawiającego ,a w pozycji Lp.2 Dializatory sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, o bardzo wysokich parametrach usuwania cząstek ,typu Hi-flux o powierzchni 1,4 m², 1,8m², 2,2m², do swobodnego wyboru przez zamawiającego ?

Odp.: Nie.

19. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 3 - DIALIZATORY do 9 urzędzeń

Czy Zamawiający dopuści w pozycji Lp.1 Dializatory sterylizowane parą wodną, typu Low-flux o powierzchni 1,4 m², 1,6m², 2,2 m². , do swobodnego wyboru przez zamawiającego ,a w pozycji Lp.2 Dializatory sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, o bardzo wysokich parametrach usuwania cząstek, typu Hi-flux o powierzchni 1,4 m², 1,8m², 2,2m², do swobodnego wyboru przez zamawiającego ?

Odp.: Nie.

20. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 4 - DIALIZATORY

Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, o bardzo wysokich parametrach usuwania cząstek, typu Low-flux o powierzchni 1m² , 1,4 m², w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odp.: Nie.

21. Pytanie Dotyczy załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet nr 4 - DIALIZATORY

Czy Zamawiający dopuści Dializatory sterylizowane parą wodną, typu Low-flux o powierzchni 1m² , 1,3 m², w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odp.: Nie.

22. Pytanie Dotyczy Umowy Dzierżawy. § 1. [Przedmiot umowy]

Czy Zamawiający dopuści w § 1. w ustępie 4. wydanie aparatów wraz z instrukcją obsługi i ich uruchomienie w ciągu 14 dni po podpisaniu niniejszej umowy i będzie stwierdzone sporządzonym protokołem?

Odp.: Nie.

WIFIOSPĘCJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec