

Kraków, 07.06.2024 r.

DZ.271.51.652.2024
Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 32
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy postępowania: **DZ.271.51.2024 pn. Wyposażenie w aparaturę ogólnego przeznaczenia dla potrzeb Szpitala.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane kolejne pytania:

PAKIET IX – Komputerowe stacje robocze do obrazowania medycznego – 12 zestawów

Pytanie 1.

Ze względu na długi proces produkcji monitorów oraz duże zapasy w centralnych magazynach centralnych producentów - zdarza się, że otrzymujemy nadal dostawy sprzętu wyprodukowanego w 2023r. Czy Zamawiający dopuści monitory z datą produkcji 2023.

Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy a data produkcji nie wpływa na okres gwarancji, który liczony będzie od daty fizycznego przekazania towaru”

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET XV –Termocykler - 2 sztuki

Pytanie 2.

Czy Zamawiający zgadza się, aby z pakietu nr XV wykreślić punkt nr 8. wskazujący na możliwość samodzielnej wymiany bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi? Wykonawca uzasadnia to tym, że według punktu nr 10. rodzaj bloku powinien być stały.

Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania termocykler bez możliwości samodzielnej wymiany bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi.

Pytanie 3.

Dot. Czy Zamawiający zgadza się, aby z pakietu nr XV wykreślić punkt nr 15. wskazujący, że pokrywa powinna być automatyczna? Wykonawca uzasadnia to tym, że w oferowanym modelu termocyklera 48/48 pokrywa zamykana jest ręcznie.

Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania termocykler z pokrywą zamykaną ręcznie.

PAKIET XVIII – Doposażenie laboratorium (Komora laminarna do PCR + inkubator CO2)

Pytanie 4.

Upzejmie prosimy o sprawdzenie i ewentualną modyfikację wymaganych parametrów inkubatora CO2: czy dopuszczają Państwo wymiary zewnętrzne inkubatora max. (dł. x gł. x wys.) 500 x 560 x 550 [mm] przy spełnieniu pozostałych wymagań? Są to wymiary potwierdzone przez producenta inkubatora na stronie <https://biosan.lv/products/s-bt-smart-biotherm-compact-co2-incubator/>

Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania inkubator o wymiarach zewnętrznych max. (dł. x gł. x wys.) 500 x 560 x 550 [mm].

Zatwierdził:

Dr Ziemowit Wroński – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa