



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.  
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU  
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91  
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 21.06.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych, znak ZP/05/2022**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Zakres 7, poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków bez dodatkowej podkładki	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opatrunków o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
2.	Zakres 8, poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków o wymiarach 9 cm x 11 cm.	Zamawiający dopuszcza zaferowanie opatrunków o wymiarach 9 cm x 11 cm..
3.	Zakres 8, poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków nieposiadających ramki.	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opatrunków o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
4.	Zakres 8, poz. 1 Proszę o dopuszczenie opatrunków bez metki lecz możliwością zapisu bezpośrednio na opatrunku.	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania opatrunków o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
5.	Zakres 21, poz. 1 Proszę o dopuszczenie koszuli z rozcięciem z tyłu, wiązanej na troki	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania koszuli o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
6.	Zakres 21, poz. 1 Proszę o dopuszczenie koszuli o gramaturze 35g/m2.	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania koszuli o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
7.	Zakres 21, poz. 2 Proszę o dopuszczenie spodenek o gramaturze 20g/m2.	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania spodenek o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
8.	Zakres 21, poz. 2 Proszę o dopuszczenie spodenek o jednym uniwersalnym rozmiarze ( o obwodach od 56 cm do 100 cm).	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania spodenek o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
9.	Zakres 21, poz. 3 Proszę o dopuszczenie zestawu ubrań o gramaturze 40g/m2.	Zamawiający nie dopuszcza zaferowania zestawu ubrań o parametrach opisanych w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.
10.	Zakres 21, poz. 3 Proszę o dopuszczenie zestawu ubrań wykonanych z włókniny SMMS	Zamawiający dopuszcza zaferowanie zestawu ubrań wykonanych z włókniny SMMS.

Z poważaniem

Prezes Zarządu  
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.  
Data wyk.: 21.06.2022 r.