

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NR EZP.2600.34.2023**

Opis przedmiotu zamówienia

1. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia

Usługa przeglądu okresowego i wymiany części eksploatacyjnych zestawu do uzdatniania wody ELGA Purelab OptionR7 oraz Purelab Ultra SC.

2) W ramach usługi przewiduje się:

- przegląd techniczny roczny stacji Purelab OptionR7 (numer seryjny urządzenia: OE05D215878),
- przegląd techniczny roczny stacji Purelab Ultra SC (numer seryjny urządzenia: USC213935),
- kalibracja konduktometrów obu stacji wraz z wydaniem świadectwa,
- dezynfekcja obu stacji,
- wymiana wkładów o kodach: LC170, LC147, LC209, LC101, LC143, LC141,
- wymiana filtrów wstępnych.

2. DODATKOWE INFORMACJE

1) **Kontakt Wykonawców z Zamawiającym** w zakresie wszelkich spraw związanych z prowadzonym postępowaniem odbywał się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej - strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Anita Szymańska, tel. 52 546 11 41,

e-mail: zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

Podany powyżej numer telefonu oraz adres e-mail mogą służyć do kontaktu z Zamawiającym wyłącznie w przypadku awarii Internetu lub platformy zakupowej.

2) **Ofertę można złożyć wyłącznie** za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> w zakładce dedykowanej postępowaniu. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną.

3) **Sposób realizacji usługi:**

- 1) Usługa sprawdzenia komór laminarnych wraz z wymianą części eksploatacyjnych nastąpi do dnia 31.10.2023 r.
- 2) **Termin realizacji usługi** Wykonawca określi w elektronicznym formularzu oferty.

4) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

- 1) **Cena – 100 %**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

5) **Kod ze wspólnego słownika zamówień publicznych:**

5041000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej

6) **Miejsce wykonania usługi:**

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy, 85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4, Dział Laboratoryjny, budynek B.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

.....
miejsce i data wystawienia

.....
podpis i pieczęć