

DEZ/117/2024

Jelenia Góra 29.01.2024 r.

DO WYKONAWCÓW

**Dostawa zestawu do monitorowania przebiegu i funkcji nerwu twarzowego
w trakcie zabiegów parotidektomii
dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
NR REFERENCYJNY: ZP/PN/58/12/2023**

TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
ORAZ
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA OFERT
ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTA.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 2

Pytanie 1 : Dotyczy zał. nr 1

Czy zamawiający wymaga aby ekran monitora systemu do neuromonitoringu posiadał przekątną minimum 15”?

Ekran o takiej wielkości wspomaga sprawdzenie odczytu stanu monitoringu w sytuacji gdy urządzenia do monitorowania nerwu stoi w większej odległości od stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 : Dotyczy zał. nr 1

Czy zamawiający wymaga aby system do neuromonitoringu posiadał pamięć wewnętrzną minimum 120GB pozwalającą na płynną pracę softwaru bez ryzyka przepełnienia pamięci i zmniejszenia płynności działania systemu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 : Dotyczy zał. nr 1

Czy zamawiający wymaga aby system był wyposażony w minimum 5 mikrodisektorów monopolarnych z funkcją ciągłego monitorowania przebiegu nerwu twarzowego podczas preparacji tkanki?

Proponowany disektor monitorujący znacząco usprawnia pracę oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas preparacji tkanki dzięki funkcji ciągłego monitoringu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 4 : Dotyczy zał. nr 1

Czy zamawiający wymaga aby system był wyposażony w ekran dotykowy do sterowania wszystkimi funkcjami urządzenia bez dodatkowych przycisków czy pokręteł gwarantując dużo wyższy poziom możliwości dezynfekcji urządzenia po skończonych zabiegach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zmieniony termin składania ofert i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

Było:

- 1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/868563> w terminie do dnia **09.01.2024 r. do godziny. 11:00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **09.01.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.1.

Winno być:

- 1.1 Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/868563> w terminie do dnia **02.02.2024 r. do godziny. 11:00.**
- 1.2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **02.02.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Zamawiającego poprzez odszyfrowanie ofert na platformie zakupowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.1.

Było:

1. **Termin związania ofertą do dnia 07.02.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni.**

Winno być:

1. **Termin związania ofertą do dnia 02.03.2024 r.**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu **wcześniej udzielonych** odpowiedzi na pytania Wykonawców. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ
Przemysław Bogdanowicz