



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www.szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 19.03.2024 r.

WYJAŚNIENIA Nr 2 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **JEDNORAZOWE ARTYKUŁY MEDYCZNE (sterylne).**

Nr postępowania: ZP/6/24

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. z dnia 2023.08.14 ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany układ oddechowy do resuscytacji był sterylny?

Tak, sterylny.

2. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z przewodem łączącym balonik kontrolny w tym samym kolorze co balonik?

Zgodnie z zapisami SWZ.

3. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci 2 półpierścieni?

Zgodnie z zapisami SWZ.

4. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikami głębokości w postaci półpierścieni?

Zgodnie z zapisami SWZ.

5. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca?

Zgodnie z zapisami SWZ.

6. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną z mankietem w kształcie walca?

Zgodnie z zapisami SWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: tak
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowca: 150-1500ml

- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Utrata wilgoci: min. 12,8mg przy Vt500ml (potwierdzona kartą charakterystyki)
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Zgodnie z zapisami SWZ.

8. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Zgodnie z zapisami SWZ.

9. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak?

Zgodnie z zapisami SWZ.

10. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 10-11 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje 10 i 11 ze względu na fakt, iż w obu pozycjach znajduje się filtr, który posiada wyłącznie jedna firma na rynku co ogranicza uczciwą konkurencję?

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 200cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Zgodnie z zapisami SWZ.

**12. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180cm?
Zgodnie z zapisami SWZ.**

**13. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści obwód bez zatyczki?
Zgodnie z zapisami SWZ.**

14. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą szczotkę do chirurgicznego mycia rąk?

Zgodnie z zapisami SWZ.

15. Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk nie zarejestrowaną jako wyrób medyczny ze stawką vat 23%?


Zgodnie z zapisami SWZ.

16. Dotyczy wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu § 8 ust. 1 a) oraz b) z 1% na 0,5%?

Zamawiający nie wraża zgody.

17. Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 taśma przylepna	10 x 50 cm
1 serweta przylepna	90 x 75 cm
1 serweta brzuszno-kroczoowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)	230 x 250/280 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm



Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy Pakietu Nr 14 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

- 1 x serweta włókninowa 75 x 50 cm
- 5 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 90 x 75 cm z centralnym otworem $\varnothing 10$ cm
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml (zapakowana)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych, rozmiar M
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x strzykawka z żelem poślizgowym i lidocainą, 11 ml (zapakowana)

Opakowanie typu sztywny blister

LUB

1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm
1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
1 x serweta 75 x 90 cm z otworem Ø10 cm
1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 ml
1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml
Opakowanie typu sztywny blister.

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu Nr 21, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nowoczesnych jałowych zbiorników o tej samej funkcjonalności bez wewnętrznego systemu komór, kompatybilnych z systemem terapii podciśnieniowej, co przekłada się na ich niższą wagę ułatwiając mobilność pacjenta podczas terapii? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z zapisami SWZ.

20. Dotyczy projektu umowy, § 2, ust. 14 - Wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę braku towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 8, ust. 1 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

21. Dotyczy projektu umowy, § 8, ust. 1 - Wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1a do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia;
- §6 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości wadliwej części zamówienia;
- §6 ust. 1c do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości

jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

22. Dotyczy Pakietu Nr 6, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zoferowanie zestawu do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o poniższym składzie:

- 1 x czerwona **osłona na stół Mayo** 80x145cm, składana teleskopowo
- 1 x **serweta na stół instrumentariuszki** 140x190cm – owinięcie zestawu
- 1 x **serweta główna** wymiarach 250/260x300cm z samoprzylepnym oknem 41x38cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz wycięciem w folii 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 4. uchwytami (otworami) na przewody
- 2 x **ręczniki celulozowe** 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1) cewnik Foley o długości 270mm?

Zgodnie z zapisami SWZ.

24. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1-3) cewnik Foley wyposażony w lateksową zastawkę?

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał, że wymaga lateksowej zastawki.

25. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 6 - Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 6) cewnik Nelaton pakowany w opakowanie jednostkowe foliowe? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zgodnie z zapisami SWZ.

26. Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 4 worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 1600 ml, skalowany co 100 ml, pojemność komory pomiarowej 500 ml, z zastawką anty-zwrotną? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Zgodnie z zapisami SWZ.

27. Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 2 - Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem, z minimum dwoma oznaczeniami głębokości w rozmiarach od 3.0-10.0?

Zamawiający dopuszcza.

28. Dotyczy Pakietu Nr 6 -Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o składzie:

- A) serweta podstawowa przylepna 180 cm x 265 cm, w części centralnej serwety znajduje się otwór 28 cm x 20 cm x 19 cm, w części kroczonej otwór 10 cm x 15 cm wraz z przykrywającą go klapką i osłoną na kończyny – 1 szt. ;
- B) pokrowiec na stół Mayo 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną – 1 szt.;
- C) taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm – 1 szt.;

D) serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu) – 1 szt.;

E) serweta dwuwarstwowa 90 cm x 75 cm – 1 szt.;

F) kompres włókninowy 40 g 4 warstwy 10 cm x 20 cm – 2 szt..

Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z TAGami do wklejenia do dokumentacji medycznej.

Zamawiający dopuszcza.

29. Dotyczy Pakietu Nr 14 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

- serweta włókninowa, nieprzylepna 50 cm x 50 cm – 1 szt.;
- serweta włókninowa, nieprzylepna 50 cm x 50 cm z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.;
- pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm – 1 szt.;
- kompresy z gazy 7,5 cm x 7,5 cm – 8 szt.;
- żel do cewnikowania w strzykawce 6 ml – 1 szt.;
- woda z gliceryną w strzykawce 10 ml – 1 szt.;
- pojemnik plastikowy okrągły 125 ml ze skalą – 1 szt.;
- pean plastikowy 13 cm niebieski – 1 szt.;
- tupfer kula 17 nitkowy 20 cm x 20 cm – 5 szt.;
- rękawice nitylowe niepodudrowane rozm. M – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza.

30. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych bez portu bocznego i skrzydełek, z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia.

Zgodnie z zapisami SWZ.

31. Dotyczy Pakietu Nr 1, poz. 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania kaniuli do wlewów dożylnych bez portu bocznego z mechanizmem zabezpieczającym w pełni izolującym igłę, aktywowanym świadomie przez użytkownika.

Zamawiający oczekuje.

32. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni użytkowej (lepnej) 60x60 cm. i 70x60 cm powierzchni całkowitej.

Zgodnie z zapisami SWZ.

33. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni użytkowej (lepnej) 60x45 cm. i 70x45 cm powierzchni całkowitej.

Zgodnie z zapisami SWZ.

Podpisał:
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone
na stronie internetowej prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/898995>