



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

✉ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dnia 04.10.2024

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczonego pn.

„Serwisowanie urządzeń medycznych na potrzeby Bloków Operacyjnych, Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Zakładu Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

ZP/113/2024

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie. W treści SWZ zamieszczono wykaz usług, natomiast w postępowaniu nie widzimy wymogu referencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga referencji, załącznik nr 13- wykaz usług został zamieszczony omyłkowo. Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji.

Pytanie 2

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 64 z dn. 2.10.2024

W związku z odpowiedziami do postępowania, czy Zamawiający w związku z tym, iż system Allura Xper FD20 (pozycja nr 2, pakiet nr 1) z końcem roku 2022 osiągnął status „końca pełnego wsparcia serwisowego” natomiast z końcem 2026 roku następuje całkowity „koniec życia serwisowego” i po tej dacie Wykonawca nie będzie mógł świadczyć żadnych usług serwisowych dla tego aparatu (ani nie będzie mógł wygenerować karty pracy, ani zamówić żadnej części zamiennnej), wyrazi zgodę, aby dla tego urządzenia była możliwość miesięcznego wypowiedzenia ze względu na „koniec życia serwisowego”?

Przy obecnych zapisach Wykonawca, nie może złożyć ważnej oferty do postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia urządzenia z zakresu pakietu na podstawie informacji producenta o zakończeniu wsparcia dla tego urządzenia ze względu na „koniec życia serwisowego.”

Pytanie 3

Dot. odpowiedzi na pytanie nr 58 z dn. 2.10.2024

W związku z odpowiedziami Zamawiającego, zwracamy się z prośbą, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca każdorazowo nie musiał dołączać do faktury karty pracy/raportu serwisowego, a jedynie nr umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość w przypadku gdy faktury wystawiane są z innym interwałem niż bezpośrednio po wykonaniu usługi. w takim przypadku raport należy przestać jedynie po wykonaniu usługi, nie ma konieczności dołączenia go do faktury.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku dopuszczenia innych parametrów bądź produktów niż określone w SWZ, w Załączniku nr 2 – Formularzu asortymentowo-cenowym, zaznaczyć gwiazdką (*) daną pozycję w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” i wpisać na kolorowo oferowany parametr oraz pod tabelą dot. danego pakietu opisać – „*-poz. Nr ... dokonano zmiany zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego”.

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Dziękujemy za złożone zapytania.

Aleksandra Owczarek
Sekretarz Komisji Przetargowej