

WSZYSCY WYKONAWCY  
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

**Dot. IZP.2411.60.2024.IA: Zakup wraz z dostawą zamkniętego systemu pobierania krwi metodą próżniową na okres 2 lat dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ŚCO w Kielcach.**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

Dotyczy zał. Nr 2 do SWZ (asortymentowo ilościowego)

1. Dotyczy poz. 4 i 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z EDTA-K3, spełniających pozostałe wymagania SWZ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
2. Dotyczy poz. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z EDTA-K3 i objętości 9 ml spełniających pozostałe wymagania SWZ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
3. Dotyczy poz. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o objętości 4 ml spełniających pozostałe wymagania SWZ?  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
4. Dotyczy poz. 8,9,15, 17 do 22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferowane produkty pochodziły od innego producenta niż pozostały asortyment?  
Odpowiedź:  
Podtrzymujemy zapisy SWZ. Wszystkie elementy oferowanego systemu bezpośrednio służące do pobierania krwi pochodzą od jednego producenta.
5. Dotyczy po. 23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji igieł systemowych przecierynych z przejrzystą komorą wypełnianą się krwią przed podłączeniem próbówki, umożliwiającą wizualną kontrolę poprawności wkłucia do naczynia krwionośnego a osobno uchwytów z zabezpieczeniami przeciwwakłuciowymi, które łączą się z igłą przed pobraniem krwi.  
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy zał.nr 6 do SWZ (parametry wymagane)

6. Dotyczy Parametru 11.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozwiązania, w którym zabezpieczenie przeciwwakłuciowe znajduje się na uchwycie i spełnia pozostałe wymagania SWZ. Rozwiązanie z zabezpieczeniem na uchwycie spełnia dokładnie tę samą funkcję, co zabezpieczenie na kaniuli i w jednakowym stopniu pozwala Zamawiającemu zaspokoić wymaganie pracy personelu ze sprzętem bezpiecznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Dotyczy Parametru 12.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł motylkowych bezpiecznych dla których mechanizm zabezpieczenia polega na tym, że ostrze igły chowa się w jej korpusie zaraz po wykluciu z żyły przez pociągnięcie za wężyk dołączony do igły i dla których spełnione są pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Dotyczy Parametru nr 18.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca mógł zapewnić zamiennie opisany w wymaganiu dostęp do interaktywnej aplikacji elektronicznej, lub raz w roku przeprowadzić na wszystkich oddziałach szpitalnych Zamawiającego (na każdym z osobna) szkolenie z „Dobrej praktyki pobierania krwi”, zgodne z rekomendacjami EFLM i KIDL, oraz dostarczyć na każdy oddział materiały informacyjne ułatwiające personelowi pracę zgodną z rekomendacjami?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zorganizowanie szkolenia dla personelu pielęgniarskiego w miejscu w 4 grupach. Zapewnienie szkoleń ciągłych w formie aplikacji e-learning jest parametrem wymaganym.

9. Dotyczy pkt. 1 Wymagań granicznych (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli deklarację zgodności IVD-CE (zgodnie z zapisem Rozdziału VII pkt. b) SWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Dotyczy pkt. 16 Wymagań granicznych (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów pkt. 16 z §2 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) poprzez dopisanie 14 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jest:” Termin realizacji zamówień nie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia, dla zamówień pilnych do 5 dni roboczych.”

Powinno być:” Termin realizacji zamówień nie dłuższy niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, dla zamówień pilnych do 5 dni roboczych.”

11 Dotyczy SWZ:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

12. Dotyczy Rozdziału VII pkt. d), Rozdziału XI pkt. d) SWZ oraz pkt. 14 wymagań granicznych (Załącznik nr 6 do SWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek.

Nie są one konieczne do potwierdzenia kryterium pozacenowego, a na potwierdzenie parametrów Zamawiający wymaga dołączenia do oferty materiałów informacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Klimczak

Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak

