

Nr sprawy **35/2024/TP**

Bydgoszcz, dnia 24.09.2024 r.

**strona internetowa prowadzonego postępowania**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ZMIANA TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

### **ZAKUP ODCZYNNIKÓW, TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, PRZECIWCIAŁ IMMUNOFENOTYPUJĄCYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2024 poz. 1320 – dalej „ustawa Pzp”*) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy Części 1 - pkt. V. 1.3 i V.1.5 Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępianie od wymogu załączenia wymaganych dokumentów przedmiotowych w ww. punkcie dla Części 1? W przypadku części 1 punkt 3 i punkt 5 są tożsame, dotyczą tylko oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w Rozdziale V SWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczy Części 1 - pkt. V. 1.3 i V.1.5 Informacji o przedmiotowych środkach dowodowych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych instrukcji użycia, aktualnych szczegółowych kart katalogowych i/lub folderów, ulotek, materiałów technicznych załączyć oświadczenie do oferty o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się ww. dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji w Rozdziale V SWZ.**

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczy zał. nr 5a projektowane postanowienia umowy  
par. 4 ust. 7-10 W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce

niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Czy wobec powyższego Zamawiający wprowadziłby do wzoru umowy zaproponowaną poniżej treść postanowień waloryzacyjnych zgodnych z art. 439 PZP, które dzielą koszty wzrostu cen pomiędzy zamawiającego i wykonawcę?

1. *Strony zobowiązują się dokonywać zmian wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostawy określonych w Umowie produktów (w szczególności odczynników, materiałów zużywalnych, części zamiennych) określonego w §4 Umowy oraz w załącznikach do niej („Waloryzacja”), w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia („Zmiana cen”).*
2. *Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do kwartału poprzedniego, publikowany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („GUS”) na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych („Wskaźnik”).*
3. *Przyjmuje się, że Zmiana cen nastąpiła, jeżeli Wskaźnik osiągnął wartość większą lub równą 3%.*
4. *Przyjmuje się, że Zmiana cen wpływa na koszt wykonania Zamówienia odpowiednio do wysokości Wskaźnika, przy czym Waloryzacja następować będzie w wysokości wynoszącej połowę Wskaźnika.*
5. *Waloryzacja następować będzie co 3 miesiące, przy czym pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od zawarcia Umowy.*
6. *W dniu, w którym zgodnie z ust. 5 następuje Waloryzacja, zmienia się wynagrodzenie w zakresie wskazanym w ust. 1, biorąc pod uwagę wartość Wskaźnika ostatnio opublikowaną przez Prezesa GUS, o ile wartość ta będzie większa lub równa wartości wskazanej w ust. 3. Odpowiednio zmienione zostają ceny poszczególnych pozycji załącznika asortymentowo-cenowego.*
7. *W razie potrzeby, przy wyliczaniu Waloryzacji, ceny zaokrągla się w dół do pełnych groszy.*
8. *W przypadku drugiej i kolejnych Waloryzacji, cenami wyjściowymi, które będą waloryzowane, będą ceny powstałe w wyniku poprzedniej Waloryzacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian jakie od czasu poprzedniej Waloryzacji zostały dokonane w drodze aneksów do Umowy.*
9. *Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy.*
10. *Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy. Po Waloryzacji, w razie potrzeby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu załącznik asortymentowo-cenowy zmieniony zgodnie z niniejszym paragrafem.*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

#### **Pytanie nr 4**

par. 6 ust. 2 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

#### **Pytanie nr 5**

par. 6 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**



### Pytanie nr 6

par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

### Pytanie nr 7

par. 8 ust. 1 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Ponadto, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy. Ponadto Zamawiający wskazuje, że w § 2 ust. 4 Projektu umowy jest mowa o dniach roboczych, zatem proponowana zmiana zapisu z „godzin” na „godzin w dni robocze” jest bezprzedmiotowa.**

### Pytanie nr 8

par. 8 ust. 1 lit.c ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

### Pytanie nr 9

par. 10 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem XXIV SWZ pkt. 7 „Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej. Przy zawarciu umowy wymagane jest złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Strony podpisują umowę zapisaną w formie pliku z rozszerzeniem pdf.”**

### Pytanie nr 10

Dot. części 4:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści testy pakowane a 20 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

### Pytanie nr 11

Dot. części 4:

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści testy pakowane a 50 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

### Pytanie nr 12

Dot. części 4:

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający wymaga zaproponowania testów o granicznej czułości analitycznej wynoszącej 25 ng/ml.**



**Pytanie nr 13**

Dot. części 4:

Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści testy o czułości 10 ng/ml?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga zaproponowania testów o granicznej wartości czułości analitycznej wynoszącej 25 ng/ml i zgadza się na zaproponowanie testów o wyższej czułości niż ta wartość graniczna wynosząca 25 ng/ml.**

**Pytanie nr 14**

Dot. części 4:

Czy w poz. 4 Zamawiający dopuści testy z kontrolami w opakowaniu bez rozbicia na a i b?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15**

Czy w Części nr 4 poz nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu MONO szybki test kasetkowy czułość 97,6% swoistość 97,8% dokładność 97,7% aglutynacja (Slide Agglutination .Test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt., zamkniętych w indywidualnych, hermetycznych saszetkach

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 16**

Czy w Części nr 4 poz nr 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, którego czułość wynosi 98%,swoistość 98,70%, dokładność 98,50%? Test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt., zamkniętych w indywidualnych, hermetycznych saszetkach

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Czy w Części 4 poz 4a Zamawiający dopuści zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego którego czułość wynosi 96,20%, swoistość 97,80%, dokładność 97,50%. Test konfekcjonowany w opakowaniach x 10 szt., zamkniętych w indywidualnych, hermetycznych saszetkach

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Dot. Części nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o wyższej czułości niż wymagana tj. 10ng/ml?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga zaproponowania testów o granicznej wartości czułości analitycznej wynoszącej 25 ng/ml i zgadza się na zaproponowanie testów o wyższej czułości niż ta wartość graniczna wynosząca 25 ng/ml.**

**Pytanie nr 19**

Dot. Części nr 4 poz. 4b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli pozytywnej w formie wymazówki?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 1 dopuszcza mieszadełka w opakowaniu handlowym 250 szt?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 2 dopuszcza bagietki o długości 120mm?

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 3 dopuszcza próbki w opakowaniu handlowym 1000sz?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

**Pytanie nr 23**

Czy w przypadku niepełnej wielkości opakowań Zamawiający dopuszcza wycenę ułamkowej części opakowań czy wymaga zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę?

**Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem III SWZ pkt. 10 „Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania asortymentu określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.1 – 2.6 do SWZ w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego wyłącznie w sytuacji, kiedy po przeliczeniu ilość danego asortymentu będzie nie mniejsza od ilości wymaganej w Formularzu cenowym.”**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający w pakiecie 6 w poz 4 wymaga płytek z wentylacją czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaproponowania płytek bez wentylacji.**

**Pytanie nr 25**

Czy w Części nr 4 poz. nr 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie test konfekcjonowany w opakowaniach x 25 szt., każdy test opakowany jest w indywidualną, hermetycznych zamkniętą saszetkę z nadrukowaną nazwą testu, numerem seryjnym i datą ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.**

**Pytanie nr 26**

Czy w Części nr 4 poz. nr 3 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu amerykańskiego producenta o czułości 10 ng/ml. Test przewyższa parametrami test opisany w SIWZ, co pozwoli wykryć mniejszą ilość krwi utajonej w kale.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający wymaga zaproponowania testów o granicznej wartości czułości analitycznej wynoszącej 25 ng/ml i zgadza się na zaproponowanie testów o wyższej czułości niż ta wartość graniczna wynosząca 25 ng/ml.**

**Pytanie nr 27**

Czy w Części 4 poz. 4a Zamawiający dopuści zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego? Test kasetkowy wymaga mniejszej próbki, jest łatwiejszy w wykonaniu i odczytaniu wyniku. Posiada wyraźnie oddzielone pole kontrolne i testowe

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie szybkiego testu kasetkowego pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań tj. wykrywania przeciwciał wczesnej fazy mononukleozy oraz kontroli dodatniej i ujemnej.**

**Pytanie nr 28**

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 4b dopuści kontrolę w postaci liofilizatu, który można rozpuścić za pomocą wody lub roztworu PBS?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem wskazania okresu trwałości tak rozpuszczonej kontroli oraz zaproponowania odpowiedniej do tej stabilności ilości materiałów kontrolnych.**



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Pytanie nr 29**

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić z Części 4 poz. 2, która posiada ograniczona ilość wykonawców, co znacząco zwiększy konkurencyjność tego pakietu i korzystnie wpłynie na obniżenie ceny?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 30**

Czy Zamawiający zgodzi się na składnie ofert na poszczególne pozycje w Części 4 co zwiększy ilość wykonawców mogących wystąpić w postępowaniu i korzystnie wpłynie na cenę?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 31**

Czy Zamawiający wykreśli z Części 4 pozycję 2, którego jest niewielka ilość, a znacząco ogranicza konkurencję?

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 32**

Dotyczy §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie (...), przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

**Pytanie nr 33**

Dotyczy §2 ust. 7

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy.**

**Pytanie nr 34**

Dotyczy §6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych za zwłokę tylko od niedostarczonej części zamówienia, a nie d całości, w tym również dostarczonych w terminie towarów.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy. Zamawiający wskazuje, że kara umowna, o której mowa w § 6 ust. 1 jest obliczana od wartości brutto jednostkowej dostawy, a nie od całej wartości przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 35**

Dotyczy §6 ust. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych za zwłokę tylko od części zamówienia, którego dotyczy reklamacja nie zrealizowana w terminie.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy. Zamawiający wskazuje, że kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 są obliczane od wartości brutto jednostkowej dostawy, a nie od całej wartości przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie nr 36**

Dotyczy Część 6 - Pozycja 1

Prosimy o sprostowanie opisu kapilar do gazometrii. Kapilary o pojemność 130 µl mają wymiar śr. zew. 2,3 x 75 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie kapilar o wskazanych wymiarach.**



**Pytanie nr 37**

Dotyczy Część 6 - Pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania mieszadełka pakowane po 500 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne konfekcjonowanie testów pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań. Zgodnie z Rozdziałem III SWZ pkt. 10 „Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania asortymentu określonego w Formularzu cenowym stanowiącym załączniki nr 2.1 – 2.6 do SWZ w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego wyłącznie w sytuacji, kiedy po przeliczeniu ilość danego asortymentu będzie nie mniejsza od ilości wymaganej w Formularzu cenowym.”**

**Pytanie nr 38**

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szalki Petriego pakowane po 600 sztuk, czyli zaoferowanie 600 sztuk zamiast 100 sztuk?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.**

---

## ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ:

1) Uwagi z Rozdziału V INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH otrzymują brzmienie:

*UWAGA:*

- dla Części 1 Zamawiający dopuszcza, aby zamiast wymaganych instrukcji użycia, aktualnych szczegółowych kart katalogowych i/lub folderów, ulotek, materiałów technicznych (tj. z ppkt. 3 i 5) Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego.
- Zamawiający wymaga aby każdy środek dowodowy, dołączony do oferty, był opisany zgodnie z numeracją pozycji Formularza cenowego - tak aby Zamawiający nie miał wątpliwości, który wyrób Wykonawca oferuje.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert zawierających wariantowość oferowanego produktu.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach.

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzenia powyższych zmian załącza ZAMIENNĄ Specyfikację Warunków Zamówienia. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego pisma i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wprowadzonych modyfikacji.



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00499373/01 z dnia 13.09.2024 r.
- 3) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00512560/01 z dnia 24.09.2024 r.

Termin oraz godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie:

**26.09.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert

**Dyrektor**  
**Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego**  
**im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy**  
**Edward Hartwich**

**Załączniki:**

1. SWZ ZAMIENNA z dnia 24.09.2024 r.

**Sprawa prowadzi:** Joanna Przybył  
Dział Zamówień Publicznych i Zakupów  
Tel. 52 32 62 104, e-mail [zamowienia-pub@wsd.org.pl](mailto:zamowienia-pub@wsd.org.pl)



Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy  
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego