

Nr sprawy **5/2024/TP**

Bydgoszcz 13.03.2024 r.

strona internetowa prowadzonego postępowania

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:
**ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ, ZAKUP KOMPUTERÓW ORAZ STACJI
OPISOWYCH WRAZ Z SYSTEMEM DO UTRWALANIA BADAŃ I NIEZBĘDNYM
OPROGRAMOWANIEM BIUROWYM**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. – dalej „Pzp”) w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Część 2 – Stacja opisowa badań RTG - załącznik nr 3.2 do SWZ – pkt. 8

Mając na uwadze, że jasność maksymalna monitora określa maksymalną wartość jasności jaką można uzyskać korzystając z określonego typu podświetlenia zastosowanego w danym modelu monitora – co oznacza, że wartość ta co do zasady jest tym lepsza im jest ona wyższa (pozwala ona bowiem wydłużyć żywotność urządzenia – wyższa wartość oznacza, że monitor dłużej będzie pracował z określoną jasnością skalibrowaną, która to wartość odnosi się do rzeczywistej jasności jaką wyświetla monitor podczas sporządzania opisu badania), prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora o lepszych parametrach i jasności maksymalnej wynoszącej 1000 cd/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor diagnostyczny o maksymalnej jasności wynoszącej 1000cd/m².

Pytanie nr 2

Część 2 – Stacja opisowa badań RTG - załącznik nr 3.2 do SWZ – pkt. 8

Mając na uwadze, że jasność skalibrowana monitora odnosi się do rzeczywistej jasności jaką wyświetla monitor podczas sporządzania opisu badania i jasność ta wraz z kontrastem określa ilość wyświetlanych przez monitor odcieni szarości, z kolei ilość wyświetlanych odcieni szarości rośnie wraz ze wzrostem jasności skalibrowanej i/lub kontrastu, co korzystnie wpływa na proces oceny obrazów

radiologicznych, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie monitora o lepszych parametrach tj. o jasności skalibrowanej wynoszącej 600 cd/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza monitor diagnostyczny o jasności skalibrowanej wynoszącej maksymalnie 600cd/m2.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na zadane przez Wykonawców pytania, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści:

1) **Opisu przedmiotu zamówienia-Parametry (OPZ-Parametry)** – załącznik nr 3.2 do SWZ w zakresie poz. 8 tabeli, która otrzymuje brzmienie:

8	Ekran	<ol style="list-style-type: none">2szt. monitor diagnostyczny<ul style="list-style-type: none">przekątna minimum 21”,porty DVI i DisplayPort, lub 2x DisplayPort bez portu DVIproporcje: 4:3,rozdzielczość min 1600 x 1200 pikseli,kontrast: min 1400:1,filtr antyodblaskowy,czujnik przedni,miejsce montażowe VESA,jasność: maks. 1000 cd/m3,jasność kalibrowana: maks. 600 cd/m2,1szt. monitor kolorowy<ul style="list-style-type: none">przekątna minimum 21”porty DVI i DisplayPortrozdzielczość minimum 1600 x 1200 pikselimiejsce montażowe VESA	<p>Ad. 1 Oferowana rozdzielczość monitora diagnostycznego: Wielkość matrycy: Rodzaj zastosowanych portów:</p> <p>Ad. 2 Oferowana rozdzielczość monitora kolorowego: Wielkość matrycy:</p>
---	-------	---	--

2) SWZ:

a) Rozdział XVIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt. 1:

„1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia **13.04.2024 r.** od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

b) Rozdział XIX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 2:

„2. Termin składania ofert w postępowaniu do dnia **15.03.2024 r. do godziny 09:00”**

c) Rozdział XX TERMIN OTWARCIA OFERT pkt. 2:

„2. Termin otwarcia ofert: **15.03.2024 r. godzina 9:15”**

w wyniku dokonanych zmian do każdego z tych dokumentów w jego tytule dodaje się słowo „ZAMIENNY”.

Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego pisma i stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.



Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia: **15.03.2024 r.**

godz. **09:00** – składanie ofert

godz. **09:15** – otwarcie ofert.

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wprowadzonych modyfikacji.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 2024/BZP 00215110/01 z dnia 2024-02-22
- 3) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00233889/01 z dnia 2024-03-06
- 4) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00239187 z dnia 2024-03-11
- 5) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00242518 z dnia 2024-03-13

Dyrektor

*Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy*

Edward Hartwich

Sprawę prowadzi:

Magdalena Błaszczak - Dział Zamówień Publicznych i Zakupów
Tel. 52 32 62 104, e-mail zamowienia-pub@wsd.org.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie