



numer sprawy: D25C/251/N/8-10rj/20

Wejherowo, dnia 24.04.2020 r.

D.25C/250/ 185 /2020

**wg rozdzielnika**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH W ZAKRESIE NAPRAW I PRZEGLĄDÓW APARATURY MEDYCZNEJ FIRMY OLYMPUS DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: D25C/251/N/8-10rj/20, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego:

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. projektu umowy par. 3 ust. 6**

Czy Zamawiający zgodzi się na Raport Serwisowy, który określa: czas dojazdu do klienta, czas pracy, listę części zużytych, opis wykonywanych czynności, uwagi i komentarz, który mówi o dopuszczeniu danego urządzenia do dalszej pracy bądź nie. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności umieszczenia w Raporcie czasu oczekiwania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zgodzi się na Raport Serwisowy w zaproponowanym zakresie. Zamawiający odstąpi od konieczności umieszczenia w Raporcie informacji o czasie oczekiwania.

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3G**

Czy Zamawiający jako certyfikat sprawności ma na myśli Paszport techniczny urządzenia? Paszport zawiera wszystkie wskazane w ustawie elementy art 90 pkt 6: "Świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące wyrobu". Wreszcie to właściwy wpis w Paszporcie technicznym, potwierdzający wykonanie przeglądu aparatu a tym samym potwierdzający jego pełną sprawność dopuszcza użytkowanie aparatu w szpitalu. Dodatkowo Inżynier serwisu zawsze przekazuje Zamawiającemu do każdego raportu checklistę - spis wykonanych czynności i testów dla danego urządzenia wraz z rezultatem oraz raport z wykonanego testu bezpieczeństwa elektrycznego (o ile urządzenie wymaga przeprowadzenia takiego testu). Czy Zamawiający uzna za "certyfikat sprawności" właściwy (zgodny z ustawą o urządzeniach medycznych) wpis w Paszporcie technicznym z podpisem i pieczęcią certyfikowanego inżyniera serwisowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uzna za „certyfikat sprawności” właściwy (zgodny z ustawą o urządzeniach medycznych) wpis w Paszporcie technicznym zawierający podpis i pieczęć certyfikowanego inżyniera serwisowego.

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dot. warunków udziału w postępowaniu SIWZ pkt. VI.1.c oraz VIII.1.16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej było wykonanie co najmniej jednej usługi o wartości wskazanej w SIWZ?



Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |  
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11,+ 48 58 57 27 220/223/331  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

---



numer sprawy: D25C/251/N/8-10rj/20

**Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem

**KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

  
mgr *Monika Klause*

---

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Dział Zamówień Publicznych w lokalizacji: ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo |  
tel. + 48 58 57 27 200 , + 48 58 57 27 331/220/223/394; fax +48 58 677 00 11, + 48 58 57 27 220/223/331  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201 | kapitał zakładowy: 172 650 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | [szpitalepomorskie.eu](http://szpitalepomorskie.eu)