

Parametry oceniane

L.p.	Parametry jakościowo-techniczne	PUNKTACJA	Wartość oferowana (wypełnia Wykonawca)
1.	Dolny zakres pomiaru dla glukozy 10 mg/dl	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	
2.	Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego	TAK- 10pkt NIE - 0 pkt	
3.	Objętość próbki nie więcej niż 0,6 ul	Tak 10 pkt Nie 0 pkt	
4.	Zasilanie bateryjne wystarczające min. na 12 godzin pracy	Tak 10 pkt Nie 0 pkt	

- Dokument składany w formie elektronicznej należy podpisać w sposób opisany w SWZ