

Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce, Dział Zamówień Publicznych
tel. 41 36 74 474

strona www: <http://www.onkol.kielce.pl/>

e-mail: zampubl@onkol.kielce.pl / annamo@onkol.kielce.pl

IZP.2411.88.2024.AM

Kielce, dn. 16.04.2024 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dotyczy postępowania na: zakup wraz z dostawą jednorazowych narzędzi laparoskopowych (trokary) oraz szwów wchłaniających dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 dopuści szew z igłą kosmetyczną o długości nici 70cm?

Ad1. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 1 dopuszcza szew z igłą kosmetyczną o długości nici 70cm.

Pyt. 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 3 dopuści szew o długości nici 70cm?

Ad2. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 3 nie dopuszcza szwu o długości nici 70cm.

Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 4 dopuści szew z igłą kosmetyczną?

Ad3. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 4 dopuszcza szew z igłą kosmetyczną.

Pyt. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 7 dopuści szew z igłą o długości 30mm?

Ad4. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 7 dopuszcza szew z igłą o długości 30mm.

Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 9 dopuści szew z igłą o długości 30mm oraz grubości nici USP 0?

Ad5. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 9 nie dopuszcza szwu z igłą o długości 30mm oraz grubości nici USP 0.

Pyt. 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 10 dopuści szew z igłą o długości 40mm oraz długości nici 90cm?

Ad6. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 10 dopuszcza szew z igłą o długości 40mm oraz długości nici 90cm.

Pyt. 7 Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 11 dopuści szew z igłą o długości 48mm?

Ad7. Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 11 dopuszcza szew z igłą o długości 48mm.

Pyt.8 Wykonawca wnosi o wskazanie:

Czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Przedmiotowe rozwiązanie jest zgodne z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na którego podstawie

Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem PEF.

Ad 8. Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

Pyt 9. Wykonawca wnosi o wskazanie:

Dotyczy Pakiet 2: Czy Zamawiający zezwoli na dołączenie do Oferty próbek dla 8 wybranych pozycji z Pakietu (ilość 1 szt.) i uzna to za spełnienia warunków SWZ?

Wykonawca wraz z Ofertą przedłoży katalogi i materiały informacyjne potwierdzające wszystkie parametry wymagane.

Ad9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Kierownik Działu Zamówień Publicznych Mariusz Klimczak