



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, 20.02.2024

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 11/24 -
Wyposażenie Rehabilitacji - Dostawa łóżek i wyposażenia medycznego dla
Oddziału Zadanie 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Część 11 Waga medyczna ze wzrostomierzem

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską?

Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (oczekujemy złożonej oferty dla całości postępowania)

Zamawiający nadmienia, że sprzęt zawarty w załączniku 1, 1a – Lista asortymentowo-cenowa i OPZ w postępowaniu PN 11/24 Zadanie 1 – Dostawa łóżek i wyposażenia medycznego Oddz. Rehabilitacji jest zadaniem **niepodzielnym**.

Zamawiający wymaga uruchomienia sprzętu na wskazanym Oddziale.

Dopuszcza rezygnację z wykonania szkoleń przy dostawie w części 11 – Waga medyczna ze wzrostomierzem.

Pytanie 2:

Część 12 Waga medyczna ze wzrostomierzem

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską?

Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Czy Zamawiający dopuści wagę bez kółek transportowych?

Czy Zamawiający wymagać będzie wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm i działce elementarnej 1 mm z odczytem z przodu wzrostomierza?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Rozwiązanie dające możliwość zmierzenia zarówno małych dzieci jak i osoby dorosłe.

Czy Zamawiający dopuści wagę z wymiarami platformy: 360 mm x 310 mm x 70 mm ?

Czy Zamawiający dopuści wagę o ciężarze 7,6 kg ?

Odp.:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (oczekujemy złożonej oferty dla całości postępowania)

Zamawiający nadmienia, że sprzęt zawarty w załączniku 1, 1a – Lista asortymentowo-cenowa i OPZ w postępowaniu PN 11/24 Zadanie 1 – Dostawa łóżek i wyposażenia medycznego Oddz. Rehabilitacji jest zadaniem **niepodzielnym**.

Zamawiający wymaga uruchomienia sprzętu na wskazanym Oddziale. Dopuszcza rezygnację z wykonania szkoleń przy dostawie w części 12 – Waga medyczna ze wzrostomierzem

Zamawiający wymaga wagi z wbudowanymi kółkami transportowymi.

Zamawiający dopuszcza możliwość wagi wyposażonej we wzrostomierz mechaniczny o zakresie pomiarowym 60-210 cm, pozostałe wymogi pozostają zgodne z OPZ.

Zamawiający dopuszcza wagę z wymiarami platformy: 360 mm x 310 mm x 70 mm, pozostałe wymogi pozostają zgodne z OPZ.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza wagi o ciężarze 7,6 kg.

Pytanie 3 Dot. poz. 8- wózek reanimacyjny

Lp. 13- Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje pojemnika na rękawiczki pojedynczego, podwójnego czy potrójnego?

Odp.: poz. 8/13 - Zamawiający oczekuje pojemnika na rękawiczki pojedynczego.

Lp. 16- Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje koszyka na akcesoria w wymiarach 360x160x150mm czy 295x95x85mm?

Odp.: poz. 8/16 - Zamawiający nie wymaga określonych wymiarów koszyka na akcesoria.

Lp. 19- Prosimy Zamawiającego o określenie ilości szuflad.

Odp.: poz. 8/19 - Zamawiający wymaga 5 szuflad.

Pytanie 4 Dot. poz. 9- wózek inwalidzki

Lp. 8- Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 17,7 kg?

Odp.: poz. 9/8 - Zamawiający dopuszcza wózek o wadze 17,7 kg.

Pytanie 5 Dot. poz. 11- Waga medyczna ze wzrostomierzem

Lp. 4- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu bezprzewodowej transmisji danych?

Odp.: poz. 11/4 - Zamawiający wymaga bezprzewodowej transmisji danych.

Pytanie 6 Dot. poz. 13- Lodówka farmaceutyczna

Lp. 26- Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wymiarach 189 x 65 x 67?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.: poz. 13/26 - Zamawiający dopuszcza lodówkę o wymiarach 189 x 65 x 67 (cm)

Pytania 7 Dot. poz. 14- Wózek transportowy na brudną pościel

Lp. 9- Czy Zamawiający dopuści wózek z 12 miesięczną gwarancją?

Odp.: poz. 14/9 - Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 12-miesięcznej. Wymaga gwarancji min. 24 miesiące.

Pytanie 8 Dot. poz. 15- Wózek wielofunkcyjny pielęgniarzki

Lp. 11- Czy Zamawiający dopuści kosz na odpady z tworzywa sztucznego, otwierany kolanowo?

Odp.: poz. 15/11 - Zamawiający dopuszcza kosz na odpady z tworzywa sztucznego, otwierany kolanowo.

Lp. 12- Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje pojemnika na rękawiczki pojedynczego, podwójnego czy potrójnego?

Odp.: poz. 15/12 - Zamawiający oczekuje pojemnika na rękawiczki pojedynczego.

Lp. 14- Prosimy Zamawiającego o określenie czy oczekuje koszyka na akcesoria w wymiarach 360x160x150mm lub 295x95x85mm?

Odp.: poz. 15/14 - Zamawiający nie wymaga określonych wymiarów koszyka na akcesoria.

Lp. 19- Prosimy Zamawiającego o określenie ilości szuflad.

Odp.: poz. 15/19 - Zamawiający wymaga 4 szuflad.

Pytanie 9 Dot. poz. 17- Stojak na kroplówki

Lp.4- Czy Zamawiający dopuści głowicę i podstawę ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odp.: poz. 17/4 - Zamawiający dopuszcza głowicę i podstawę ze stali kwasoodpornej.

Pytanie 10 Dot. poz. 18- Ślizg do obracania i przesuwania pacjenta

Lp. 7- Czy Zamawiający dopuści ślizg z 12 miesięczną gwarancją?

Odp.: poz. 18/7 - Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 12-miesięcznej. Wymaga gwarancji min. 24 miesiące.

Pytanie 11 Dot. poz. 20- Wózek transportowy na brudną i czystą pościel

Lp. 14- Czy Zamawiający dopuści ślizg z 12 miesięczną gwarancją?

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Odp.: poz. 20/14 - Zamawiający rozumie, że pytanie dotyczy poz. 20- Wózek transportowy na brudną i czystą pościel. Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 12-miesięcznej. Wymaga gwarancji min. 24 miesiące.

Pytanie 12 Dot. poz. 21- Stelaż na odpady podwójny

Lp. 10- Czy Zamawiający dopuści stelaż o wymiarach 48 cm x 2x74 cm x 95 cm (+/- 1cm)?

Odp.: poz. 21/10 - Zamawiający nie dopuszcza stelaża z w/w wymiarami.

Lp. 12- Czy Zamawiający dopuści stelaż z 12 miesięczną gwarancją?

Odp.: poz. 21/12- Zamawiający nie dopuszcza gwarancji 12-miesięcznej. Wymaga gwarancji min. 24 miesiące.

Zamawiający nadmienia, że sprzęt zawarty w załączniku 1, 1A – Formularz asortymentowo-cenowy i OPZ w postępowaniu PN 11/24 – **Dostawa łóżek i wyposażenia medycznego Oddziału Rehabilitacji** jest zadaniem **niepodzielnym**.

Sporządziła : Barbara Wróbel

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •