

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107623-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Toruń: Rękawice chirurgiczne  
2019/S 047-107623**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Dostawy**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 031-069103)**

**Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu  
ul. Świętego Józefa 53-59

Toruń  
87-100  
Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel.: +48 566793510

E-mail: [zamow\\_publ@wszz.torun.pl](mailto:zamow_publ@wszz.torun.pl)

Faks: +48 566793682

Kod NUTS: PL

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.platformazakupowa.pl/wszz\\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Dostawa jałowych rękawic chirurgicznych.  
Numer referencyjny: W.Sz.Z: TZ-280-18/19

**II.1.2) Główny kod CPV**

33141420

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych rękawic chirurgicznych.
2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi Zamawianych wyrobów a także standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa dokładnie Załącznik nr 2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

2.1. W razie wątpliwości na etapie badania i oceny ofert co do zgodności parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbki (próbek) oferowanych wyrobów w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie próbek w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odrzucenia oferty.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

04/03/2019

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 031-069103](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

A/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej\* potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175).

\*Jeżeli dotyczą oferowanych wyrobów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

B/ dokument potwierdzający, że oferowane rękawice są zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III.

C/ dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z normami EN 455 1-2-3, EN 374-3, EN 420 lub normami równoważnymi oraz raport wystawiony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F1671 lub normę równoważną.

d) karty techniczne/raporty z badań/katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów.

2. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty” wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 830,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych).

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Pozostałe zasady wnoszenia wadium według Rozdziału VI SIWZ.

Powinno być:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

A/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej\* potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175).

\*Jeżeli dotyczą oferowanych wyrobów. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

B/ dokument potwierdzający, że oferowane rękawice są zarejestrowane jako środek ochrony osobistej kategorii III – wymóg dotyczy tylko rękawic z poz. 1 i 3 Załącznika nr 2 do SIWZ.

C/ dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych rękawic z normami EN 455 1-2-3, EN 374-3, EN 420 lub normami równoważnymi oraz raport wystawiony przez niezależne laboratorium potwierdzający, że oferowane rękawice spełniają normę ASTM F1671 lub normę równoważną.

Wymóg potwierdzenia zgodności rękawic z normami EN 374-3 i EN 420 dotyczy tylko rękawic z poz. 1 i 3 Załącznika nr 2 do SIWZ.

d) karty techniczne/raporty z badań/katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanych wyrobów.

2. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty” wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 830,00 PLN (słownie: cztery tysiące osiemset trzydzieści złotych).

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Pozostałe zasady wnoszenia wadium według Rozdziału VI SIWZ.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**