



Wejherowo, dnia 19.03.2024 r.

D.25C/250/85/2024

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO STERYLIZACJI DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.**, znak: D25C/251/N/5-8rj/24, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

**1. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 3, poz. 1.1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tacę o wymiarach 255x245x50 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**2. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 3, poz. 1.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na tacę o wymiarach 255x245x100mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**3. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 3, poz. 4.1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na koszyk o wymiarach 240x250x100 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**4. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 3, poz. 4.3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na koszyk o wymiarach 100x100x50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**5. Zapytanie Wykonawcy:**

Pakiet 3, poz. 4.4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na koszyk o wymiarach 80x80x50 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**6. Zapytanie Wykonawcy:**

Pytania dotyczące umowy: Dot. par. 4 ust. 4. Czy Zamawiający zgodzi się, by złożone wraz z ofertą katalogi uznać jako zrealizowanie wymogu określonego w par. 4 ust. 4 tj. „Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**7. Zapytanie Wykonawcy:**

Pytania dotyczące umowy: Dot. par. 6 ust. 3. Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych do 30% łącznej wartości przedmiotu umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody



**8. Zapytanie Wykonawcy:**

Formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2 (zadanie 4, poz. 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji nr. 6 z pakietu? Opisany asortyment w pozycji nr. 6 jest obecnie dostępny w Polsce co uniemożliwia złożenie oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pakietu nr 4 poz. 6. Jednocześnie Zamawiający zwiększa łączną ilość asortymentu w zadaniu 4, poz. 7 do 305 op. (Wejherowo – 130 op. , Gdynia – 175 op.)

**9. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 15 - Plomby do kontenerów sterylizacyjnych, CPV 33190000-8

poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Plomby plastikowe do zabezpieczania kontenerów sterylizacyjnych, kolor NIEBIESKI "cienkie". Uniwersalne pasujące do kontenerów różnych producentów. Bez wskaźnika. Opakowanie 1000 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę

**10. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**11. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy zapisów SWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

**12. Zapytanie Wykonawcy:**

**Dotyczy Umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar:

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 30% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów jednakże zgodnie z wcześniejszą informacją, monitem.

Uzasadnione jest, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**13. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 8: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprawdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej przy określeniu ilości przyrządów PCD.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ilość wykazana w zał. 2 jest prawidłowa



**14. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 1, pozycji nr 9: Czy Zamawiający ma na myśli test w postaci arkusza do kontroli zgrzewu typowego opakowania papierowo foliowego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza

**15. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 1, 2, 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny tace ze ściętymi narożnikami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**16. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 1, 2, 3: Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści tace o wymiarach 244 x 253 x 40mm oraz 244 x 253 x 110mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**17. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 1, 2, 3: Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści tace o wymiarach 540 x 253 x 40mm oraz 540 x 253 x 110mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**18. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 3, pozycji nr 1, 2, 3: Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści tace o wymiarach 405 x 253 x 40mm oraz 405 x 253 x 110mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**19. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby test był wykonany z materiały Tyvek?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga

**20. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji nr 1: Czy Zamawiający wymaga aby testy posiadały nadrukowane informacje w języku polskim?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**21. Zapytanie Wykonawcy:**

Dotyczy Parametry Techniczne: Dotyczy Pakietu nr 11: Czy Zamawiający wymaga aby mata była wykonana z papieru o gramaturze min 110g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**22. Zapytanie Wykonawcy:**

Dot. Zadania nr 3 Ad. Pozycji 1.1. Czy zamawiający dopuści tace sterylizacyjne z perforowaną ścianą i płaskim dnem o wymiarach: 240 mm x 250mm x 50mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza



**23. Zapytanie Wykonawcy:**

Dot. Zadania nr 3. Ad. Pozycji 1.2 Czy zamawiający dopuści tace sterylizacyjne z perforowaną ścianą i płaskim dnem o wymiarach: 240 mm x 250mm x 100mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**24. Zapytanie Wykonawcy:**

Dot. Zadania nr 3. Ad. Pozycji 4.1

Czy zamawiający dopuści koszyki z drobnej siatki z pokrywą o wymiarach 190mm x 85mm x 100mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**25. Zapytanie Wykonawcy:**

Dot. Zadania nr 3. Ad. Pozycji 4.3

Czy zamawiający dopuści koszyki z drobnej siatki z pokrywą o wymiarach 90mm x 90mm x 50mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**26. Zapytanie Wykonawcy:**

Dot. Zadania nr 3. Ad. Pozycji 4.3

Czy zamawiający dopuści koszyki z drobnej siatki z pokrywą o wymiarach 80mm x 80mm x 40mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**27. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 3, tace narzędziowe. Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki wymagając w pozycji 4.3. koszyczka o wysokości 10 mm? Czy Zamawiający dopuści koszyk o wysokości 30 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zarówno koszyczek o wysokości 10 mm jak i 30 mm

**28. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 3, tace narzędziowe. Czy oferowane w zadaniu 3 produkty powinny być zaklasyfikowane jako wyroby medyczne co potwierdzi, że spełniają one obowiązujące wymagania MDR 2017/745.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby oferowane w zadaniu nr 3 produkty były zaklasyfikowane jako wyroby medyczne.

**29. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9 – Wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści wannę o wymiarach zewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymaganych tj. 590 x 290 x 192 mm ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**30. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9 – Wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi o wymiarach 500 x 170 x 120 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**31. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 9 – Wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi



Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 wanny do dezynfekcji i transportu narzędzi o wymiarach 340 x 260 x 170 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**32. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości włosia 15 mm, długość szczotki 40 mm, długość całkowita 180 mm, włosie ze stali nierdzewnej, przeznaczenie do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń., opakowanie 1 sztuka.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 180 op. (Wejherowo – 30 op., Gdynia – 150 op.)

**33. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25/35 mm, długość całkowita 175 mm, włosie nylonowe, opakowanie 2 sztuki.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 90 op. (Wejherowo – 15 op., Gdynia – 75 op.)

**34. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o twardym włosiu, do czyszczenia rozwiertaków kostnych, dwustronna, jednorazowego użytku, dł. całkowita 190 mm, końcówki: okrągła Ø40 mm dł. 45mm – stożkowa Ø8 mm dł. 25 mm, opakowanie 3 sztuki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**35. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o twardym włosiu, do Intensywnego precyzyjnego czyszczenia, wielorazowego użytku, odporną na temp. do 134 °C, możliwość czyszczenia w myjni dezynfektorze opakowanie 1 sztuka.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 180 op. (Wejherowo – 30 op., Gdynia – 150 op.)

**36. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości włosia 15 mm, długość szczotki 75 mm, długość całkowita 215 mm, twarde syntetyczne włosie, przeznaczenie do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń., opakowanie 1 sztuka.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 195 op. (Wejherowo – 45 op., Gdynia – 150 op.)

**37. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę o długości włosia 5 i 10 mm, długość szczotki 25/35 mm, długość całkowita 180 mm, włosie ze stali nierdzewnej, opakowanie 2 sztuki.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza

**38. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści zaferowanie czyścików bez dozownika?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza



**39. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 1 sztuce?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny 270 op. (Wejherowo – 120 op., Gdynia – 150 op.)

**40. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 11,12 - Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po 5 sztuk z zaokrągleniem do 1 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 37,2 op. dla poz. 11 (Wejherowo – 7,2 op., Gdynia – 30 op.) i 36 op. dla poz. 12 (Wejherowo – 6 op., Gdynia – 30 op.)

**41. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy 12 mm, długości całkowitej 650 mm. pakowane po 5 sztuk z zaokrągleniem do 1 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 36 op. (Wejherowo – 6 op., Gdynia – 30 op.)

**42. Zapytanie Wykonawcy:**

Zadanie 4 – Szczotki do czyszczenia. Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy 15 mm, długości całkowitej 300 mm. pakowane po 5 sztuk z zaokrągleniem do 1 opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza, w takiej sytuacji Zamawiający wymaga wyceny łącznej ilości asortymentu 36 op. (Wejherowo – 6 op., Gdynia – 30 op.)

**43. Zapytanie Wykonawcy:**


Zadanie 12 - Materiały eksploatacyjne do systemów dokumentacji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, Czy Zamawiający wymaga aby etykiety posiadały autoryzację producenta systemu dokumentacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wymaga

Z poważaniem

KOORDYNATOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
mgr Monika Klause