



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 22.09.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów” – ogłoszonego pod numerem : Dz.U./S S171 538630-2023-P z 2023-09-06.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Dot. Pozycji 28: Inhalator ultradźwiękowy.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści inhalator o przepływie powietrza w zakresie 0-30 l/min.? Przepływ jest regulowany z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika.

Odp. Tak

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści inhalator wyposażonym w naczynie na lek o pojemności 30 ml, ale dodatkowo wyposażony w butlę o pojemności 1l umożliwiającą ciągłe zasilane urządzenia w płyn do inhalacji?

Odp. Tak

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści inhalator o wymiarach 260x300x100 mm ?

Odp. Tak

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 22 Czy zamawiający dopuści produkt alternatywny do opisanego w SWZ;

1.Kozetka o wymiarach 188x55x51cm?

Odp. Tak

2.Kozetka o wymiarach 55x190x55.

Odp. Tak

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pozycja 27: Komora hiperbaryczna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę hiperbaryczną spełniająca wymogi SIWZ nie będąca wyrobem medycznym wg. ustawy o wyrobach medycznych ale stosowaną w placówkach medycznych do rehabilitacji?

Odp. Zamawiający wymaga, aby komora hiperbaryczna stanowiła wyrób medyczny.

Pytanie nr 6:

Pozycja 32: Bieżnia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżnię spełniająca wymogi SIWZ nie będąca wyrobem medycznym wg. ustawy o wyrobach medycznych ale stosowaną w placówkach medycznych do rehabilitacji?

Odp. Zamawiający wymaga, aby bieżnia stanowiła wyrób medyczny.

Pytanie nr 7:

Dotyczy SWZ rozdz. IV Pakiet 2 pozycja 20

Pytanie Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu 2 pozycji 20 do osobnego pakietu? Podtrzymanie tego zapisu może spowodować znaczne ograniczenie liczby wykonawców będących w stanie zrealizować całość pakietu zamówienia, ze względu na różnorodność ujętych w specyfikacji pakietu sprzętów. Wyłączenie w/w platformy do osobnego pakietu nie zakłuci zasad uczciwej konkurencji – wiele firm na rynku Polskim ma w swojej ofercie platformy sił reakcji podłoża. Wyłączenie w/w platformy do osobnego pakietu jest zasadne ekonomicznie i może skutkować korzystniejszymi dla Zamawiającego ofertami.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWZ dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.

Pytanie nr 8

Dotyczy SWZ rozdz. III pkt 2e

Pytanie Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w zapisie SWZ w Rozdziale III pkt 2e, na następującą: „zapewnienie reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego” Serwisy z reguły pracują od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:30, jeżeli zgłoszenie wpłynie na koniec tygodnia po godzinach pracy realizacja umowy będzie niemożliwa do wykonania i ograniczy to bardzo liczbę Wykonawców biorących udział w konkursie ofert.

Odp. Tak. Zapis w rozdziale III pkt.2e otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 9

Dotyczy załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy – §7 ust. 3 4. Pytanie dotyczy Pakietu 2 pozycji 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy z 4 dni roboczych do max. 14 dni roboczych a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski z 14 dni do max. 21 dni roboczych Zapewnienie terminu 4 i 14 dni może być niemożliwe do spełnienia, zwłaszcza w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta. Czas zdiagnozowania problemu na miejscu u Zamawiającego, ustalenie części zamiennych, zamówienie oraz sprowadzenie ich przy pomocy firm kurierskich już może grozić przekroczeniem podanych terminów.

Odp. Zamawiający informuje, że treść § 7 ust.3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wystąpienia awarii zakupionego sprzętu, Wykonawca dokona naprawy niezwłocznie, jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 10 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski max. do 21 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia na numer tel.....lub drogą e-mail:(dotyczy pakietu nr.... pozycji nr)”.

Pytanie nr 10

Pytanie nr 1 ad. pakiet nr 1 poz. 3 l.p. 26 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg przedmiotowego punktu urządzenie z zakresem ruchu 30-160°?

Odp. Tak.

Pytanie nr 11

Pytanie dotyczy Pakiet 2 pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści do konkursu ofert urządzenie medyczne nieposiadające certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikującą, ale posiadające deklarację zgodności producenta. Urządzenie przez nas oferowane jest na wyposażeniu wielu Szpitali, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetów Rehabilitacyjnych.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje, że zmienia termin złożenia i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:

XXIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w nieprzekraczalnym terminie: do dnia: **05.10.2023 r. do godziny 09:00**
2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert w dniu **05.10.2023 r. o godzinie 09:15**

XIX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **przez okres 90 dni do dnia 02.01.2024 r.**

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania Wykonawców zostaną udzielone najpóźniej do 26.09.2023 r.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ

\

Wykonała w dniu 22.09.2023 r.
Małgorzata Ostrowska
Kopia: Dział Administracji i Zamówień Publicznych