



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/06/P/20

Bydgoszcz, dnia 24.04.2020 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 837 FLEX PLUS. Dostawa smoczków do żywienia dla noworodków i wcześniaków*

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

**Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 1 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści smoczki do butelki standardowe dla noworodków donoszonych i dla wcześniaków jednorazowe, sterylne i gotowy do użytku, otwór o regulowanym 3-stopniowym przepływie (wolny, średni, szybki), smoczek z termoplastycznego elastomeru bez lateksu oraz bez silikonu, pasujący do butelek dla dzieci oraz mieszanek mlek RTF. Z osłonką aseptyczną z podziałką. Opakowanie umożliwiające rozróżnienie rozmiaru smoczka. Nie zawiera Bisphenolu A i ftalanów. Oznakowanie CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. Opakowanie typu papier-folia zawierające informacje o dacie ważności, numerze serii, numerze referencyjnym oraz metodzie sterylizacji (EO). Pakowane sterylne po 1 szt. W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Zamawiający sporządzając opis kierował się doświadczeniem w pracy z danym produktem, a nie wyborem firmy. Opis został sporządzony w oparciu o ocenę pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i doradcy laktacyjnego.

Noworodki donoszone jak i wcześniaki z dobrze wykształconym odruchem ssania, wymagają odpowiednio długich smoczków, odpowiednio twardych i o odpowiedniej średnicy, co sprzyja karmieniu naturalnemu - przyjmowaniu pokarmu z piersi. Zbyt krótkie smoczki, miękkie i o małej średnicy mają odmienny wpływ - wykształcają patologiczny odruch kąsania, a pokarm wypływa z jamy ustnej.

**Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 1 poz. 1, 2**

Prosimy o wyjaśnienie i uzasadnienie merytoryczne jakimi przesłankami kierował się Zamawiający w wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia parametry ukierunkowane na tylko jedną firmę w Polsce, blokujące innym wykonawcom złożenie ważnej oferty:

*Parametr blokujący nr 1: „dla noworodków donoszonych z trzema otworami”*

*Parametr blokujący nr 2: „wielkościami nie różniące się, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm” przy opisie smoczków dla noworodków donoszonych i wcześniaków.*

Zaznaczmy, że odpowiedź: „Zgodnie z siwz” nie jest wyjaśnieniem w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Zamawiający sporządzając opis kierował się doświadczeniem w pracy z danym produktem, a nie wyborem firmy. Opis został sporządzony w oparciu o ocenę pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i doradcy laktacyjnego.

Noworodki donoszone jak i wcześniaki z dobrze wykształconym odruchem ssania, wymagają odpowiednio długich smoczków, odpowiednio twardych i o odpowiedniej średnicy, co sprzyja karmieniu naturalnemu - przyjmowaniu pokarmu z piersi. Zbyt krótkie smoczki, miękkie i o małej średnicy mają odmienny wpływ - wykształcają patologiczny odruch kąsania, a pokarm wypływa z jamy ustnej.



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 1 poz. 1, 2**

Czy Zamawiający w Części 1, w pozycji 1 i 2 dopuści jednorazowe, sterylne smoczki trójprzeływowe i z jednorodnym przepływem, w kształcie prostym-okrągłym ( jednorodna część wewnątrzna bez miękkich stref i przewężeń) i w kształcie anatomicznym - profilowane ( łagodne ścięcie na język, owalna lekko spłaszczona główka smoczka, uwypuklenie w miejscu podniebienia ), miękkie, elastyczne, wykonane z naturalnego lakteksu oraz ze sztucznego termoplastycznego elastomeru, przeznaczone dla noworodków przedwcześnie urodzonych o różnej wadze urodzeniowej i noworodków donoszonych, do wyboru dla Zamawiającego ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

**Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 1 poz. 1, 2**

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Asortymentu wymienionego w Części 1 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny, ale oferowane, sterylne produkty posiadają deklaracje zgodności, dopuszczające, certyfikat ISO. Zgodnie z ustawą brak statusu wyrobu medycznego nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych, od kilkunastu lat są przedmiotem postępowań w większości szpitali w Polsce. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia stosownego dokumentu, iż wymieniony asortyment nie został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny w myśl Ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. ale posiada dokumenty dopuszczające go do obrotu i zastosowanie zasady „o ile dotyczy”.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, aby smoczki były wyrobem medycznym. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza również produkt który posiada dokument dopuszczający go do obrotu i zastosowania i jednocześnie nie jest wyrobem medycznym. Na potwierdzenie zgodności z przedmiotem zamówienia wymaga oświadczenia , o którym mowa w pkt. 2.6.2 SIWZ.

**Pytanie nr 5- dotyczy grupy 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do gazomertrii 1 ml bez kulki mieszającej spełniające pozostałe parametry SIWZ? Strzykawka bez kulki mieszającej zapewnia porównywalny stopień jednorodności krwi w próbce po jej wymieszaniu. Ponadto zapis o kulce mieszającej w strzykawce ogranicza wybór do jednego producenta.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również strzykawkę do gazomertrii 1 ml bez kulki mieszającej spełniające pozostałe parametry SIWZ.

**Pytanie nr 6 - dotyczy projektu umowy**

Dotyczy paragrafu 3 ust. 17 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu poprzez dodanie 2 krotnego pisemnego wezwania do realizacji zamówienia.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

**Pytanie nr 7 - dotyczy projektu umowy**

Dotyczy paragrafu 3 ust. 8 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dzielenia dostaw w przypadku braku dostępności produktu w wymaganej przez Zamawiającego ilości, co pozwoli Zamawiającemu na zachowanie ciągłości badań.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

**Pytanie nr 8- dotyczy SIWZ**

Dotyczy grupy 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności. W SIWZ „sposób obliczania ceny” należy pomnożyć ilość przez cenę jednostkową, natomiast w Formularzu asortymentowo cenowym w kolumnie 7 Wykonawca powinien podać cenę za opakowanie netto. Jak związku z tym należy dokonać prawidłowych



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

obliczeń? Czy Zamawiający zmodyfikuje Formularz asortymentowo cenowy, tak aby obliczanie wartości oferty liczone było od ceny jednostkowej netto za sztukę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyjaśniając rozbieżności dokonuje modyfikacji zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY. *Zmodyfikowany PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY. (zał. 1) stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym.*

*Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ – rozdział IX. Sposób obliczania ceny oferty*

**Zamawiający w całości wykreśla zapisy w rozdziale IX i w zamian wprowadza następujące zapisy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 2 (Formularz oferty) oraz załącznika nr 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzoru określonego przez Zamawiającego. Wypełnione i podpisane załączniki wykonawca złoży wraz z ofertą.

2. Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana w ofercie to cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem oferowanego przedmiotu zamówienia. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, ewentualne rabaty, upusty i traktowana winna być jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. Cena musi zawierać także koszty zakupu, opakowania, ubezpieczenia, koszty dostawy, rozładunku, opłat celnych i inne niezbędne do należytego wykonania umowy.

**Cena zawiera między innymi:**

- **Wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,**
- **Podatek VAT,**

3. Wykonawca obliczy cenę oferty/grupy w oparciu o PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - załącznik nr 1 do SIWZ. W pierwszej kolejności należy oferowaną ilość pomnożyć przez cenę jednostkową netto, otrzymując wartość netto i tak otrzymaną wartość netto pomnożyć przez obowiązującą stawkę podatku VAT, otrzymując w ten sposób wartość podatku VAT. Następnie zsumować wyliczoną wartość netto i wartość podatku VAT otrzymując wartość brutto. Jeżeli grupa zawiera więcej niż jedną pozycję Wykonawca wyliczy każdą z pozycji oddzielnie według w/w schematu, następnie podsumuje i wpisze wartości netto, wartości brutto oraz wartości podatku VAT wszystkich pozycji. Tak wyliczona wartość brutto jest ceną w rozumieniu niniejszej SIWZ. Wartości brutto i netto oraz podatku VAT Wykonawca wpisze także w załączniku nr 2 do SIWZ.

4. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem postanowień projektu umowy.

5. Cenę oferty/grupy oraz inne wartości wykazane w załączniku nr 1, 2 do SIWZ należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa 5 lub więcej to należy zaokrąglić w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5 to należy zaokrąglić w dół.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Pytanie nr 9 - dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie zaoferowanej ilości opakowań (kolumna 6) do pełnych opakowań tak, aby pokryć w pełni zapotrzebowanie Zamawiającego?



SZPITAL  
AKREDYTOWANY



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający zezwala wyłącznie na zaokrąglenie zaoferowanej ilości opakowań (kolumna 6) do pełnych opakowań w górę aby pokryć w pełni zapotrzebowanie Zamawiającego – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny brutto zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy projektu umowy

Dotyczy paragrafu 4 ust. 19 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 11 - dotyczy Grupa 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do pobierania krwi dla oznaczeń gazometrii tętnicznej i poziomu elektrolitów o pojemności 1 ml z końcówką luer, ze zredukowaną, liofilizowaną heparyną 3,2 I.U

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 12 – grupy 1

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r (Dz. U. Nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Asortymentu wymienionego w grupie nr 1 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny, ale oferowane produkty posiadają deklarację zgodności. Zgodnie z ustawą brak statusu wyrobu medycznego nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych - od kilkunastu lat są przedmiotem postępowań w większości szpitali w Polsce.

W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wyżej wymienionego produktu który posiada dokument dopuszczający go do obrotu i zastosowanie zasady „o ile dotyczy”.

Prosimy o dopuszczenie wyżej wymienionego asortymentu celem zaproponowania atrakcyjnej oferty. Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, aby smoczki były wyrobem medycznym. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza również produkt który posiada dokument dopuszczający go do obrotu i zastosowania i jednocześnie nie jest wyrobem medycznym.

Pytanie nr 13 – grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie smoczków jednorazowych, mikrobiologicznie czystych, o standardowym kształcie, bez lateksu, bez Bisphenolu A, wykonanych z TPE- elastomeru termoplastycznego. Pakowanych pojedynczo w z nakrętką (o wewnętrznej średnicy 4 cm) nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, dla noworodków donoszonych z trzema otworami- średnim wypływem pokarmu, dla wcześniaków z jednym otworem- wolnym wypływem, wielkościami nie różniące się, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm. Pasujące do butelek o standardowej średnicy szyjki. Jeżeli nie prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga produktu opisanego w SIWZ i podtrzymuje swoje co do oczekiwanych parametrów.

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY