

PAKIET NR 22 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

22.1 Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m²;
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku

umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L

- min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. miska 500 ml
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 23

22.2 Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta angiograficzna (serweta główna) min. 240 x 340 cm z 2 samo-przylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykończonymi folią chirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległy do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m², serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwecie materiał powinien posiadać dodatkowe pady chłonne.
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE
- 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE

- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.
- 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L
- min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm
- 1 szt. skalpel bezpieczny nr 11
- 1 szt. miska 500 ml - kolor
- 1 szt. miska 500 ml - biała

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 23 ZESTAW DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH

1. Sterylny zestaw do zabiegów okulistycznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa)
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu.
- Każdy zestaw operacyjny pakowany podwójnie: w torbę papierowo-foliową oraz dodatkowo w papier krepowany.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta okulistyczna dwuwarstwowa (górną włóknina pochłaniająca płyny, dolną nieprzemakalną) wym. min. (100-150) x (100-150) cm z oknem wypełnionym przylepną folią chirurgiczną (wycięcie na oko) z workiem do gromadzenia płynów min. 20 x 30 cm;
- 1 szt. serweta na stół instrumentariuszki o wym. od 140-150 x 180-200 cm;
- 2 szt. pokrowiec na podłokietniki fotela operatora (komplet).

Dopuszcza się podłokietniki osobno pakowane.

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 24 ZESTAWY DO PORODU I OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH

24.1. Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1szt. serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończyny ze wzmocnieniem o min. wym. 240 x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wym. 9 x 12 cm oraz z workiem do zbiórki płynów
- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x190 cm
- 1szt. nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki o min. wym. 75 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stolik Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm
- min. 4szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

24.2. Sterylny zestaw do porodu

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.

- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 2 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 70 x 45 cm
- 1 szt. serweta do okrycia noworodka o min. wym. 85 x 90 cm
- 1 szt. podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o min. wym. 50 x 90 cm
- 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 90 x 150 cm
- 1 szt. sterylne fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe,
- min. 20 szt. kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m²
- min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 26. Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt. serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x 190 cm
- 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o min. wym. 78 x 140 cm
- 1 szt. serweta brzuszno-krocza ze wzmocnieniem w ułożeniu ginekologicznym, z wbudowanymi osłonami na kończyny o wym. min. 230x250 cm z dwoma oknami:
samoprzylepne okno-jama brzuszna o wym. min. 18 x 28 cm i nieprzylepne okno -
krocze o wym. min. 9 x 12 cm
- min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 20 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 27 ZESTAWY ZABIEGOWE

27.1 Sterylny zestaw do znieczulenia przewodowego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
- Owinięcie zestawu: włóknina lub papier
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta samoprzylepna 50 x 50 cm, dwuwarstwowa, gramatura min. 55g/m²,
- 1 szt narzędzie do mycia pola operacyjnego kleszczyki Kocher (plastikowe, proste, atraumatyczne, 12 cm)
- 10 szt kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm 17N 12W
- 5 szt tufery z gazy 24 x 24 cm, 20 nitok

27.2 Sterylny zestaw do zakładnia szwów

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina

- Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 1 szt metalowa pęseta Adson 12 cm, prosta - z ząbkami – tępą, ze stali nierdzewnej
- min. 6 szt tufery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu 20 x 20 cm (+/-2 cm)
- 1 szt metalowy igłotrzymacz 12 cm, stal nierdzewna
- 1 szt metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm
- 1 szt serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przyklepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze min. 50 g/m²
- 1 szt igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) (zapakowana)
- 1 szt strzykawka Luer Lock 10 ml (zapakowana)

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 28 WYROBY Z WŁÓKNIN

28.1 Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina polipropylenowa, o łącznej gramaturze min.58g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta na stół narzędziowy o min. wym. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 74x190cm
- 1 szt serweta na stół Mayo o min. wym. 80 x140 cm z folii PE ze wzmocnieniem z wysokochłonnej włókniny polipropylenowej o min. wym. 55 x 85 cm
- 2 szt serwety boczne o min. wym. 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 szt serweta o min. wym. 175x175 cm, przylepna
- 1 szt serwetę o min. wym. 150x240 cm, przylepna
- 1 szt taśma przylepna o min. wym. 9x50 cm
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 20 x 30 cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

PAKIET NR 29 ZESTAWY ZABIEGOWE

29.1 Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych I

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min. 56g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 240x150cm; o min. gramaturze 56g/m²
- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min. gramaturze 56g/m²
- 1 szt. serweta na stół instrumentarium o min. wym. 190x150cm, min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt serweta na stół Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m²
- 1 szt taśma medyczna o min. wym. 50x9cm
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m² zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy

- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm
- 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 15 cm
- 1 szt opatrunek pooperacyjny o wymiarze 8 cm x 10 cm
- kompresy gazowe 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTG a 20szt, przewiązane nitką po 10szt
- 2 szt uchwytu na lampę 12x14cm z kołnierzem

29.2Sterylny zestaw do zabiegów chirurgicznych II

Opis przedmiotu zamówienia:

- Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
- Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
- Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina o łącznej gramaturze min.56g/m²
- Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.
- Serweta na stół narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
- Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
- Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o o min. wym. 240x150cm o min.gramaturze 56g/m²
- 1 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 180x170cm o min. gramaturze 56g/m²
- 2 szt serweta z przylepcem dwuwarstwowa o min. wym. 90x75cm o min.gramaturze 56g/m²

- 1 szt serweta na stolik instrumentarium o min. wym. 190x150cm min. szerokość warstwy chłonnej 66cm
- 1 szt serweta na na stolik Mayo o min. wym. 145x80cm o gramaturze 74g/m2
- 1 szt fartuch chirurgiczny rozmiar L z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- 2 szt fartuch chirurgiczny rozmiar XL z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 zgodny z normą PN EN 13795, zapinany na rzepy
- min. 4 ręczniki chłonne o min. wym. 40 x 40 cm
- 5 szt serwety z gazy 17-nitkowej 4-warstwowe o wym. 45x45cm z nitką RTG
- 10 szttupfery z gazy 17-nitkowej o wym.15x15cm o kształcie fasolki z nitką RTG
- kompresy 17-nitkowe 12-warstwowe 10x10cm z nitką RTGop a 40szt, przewiązane nitką po 10szt.
- 2 szt uchwyt na lampę 12x14cm z kołnierzem
- końcówka do odsysania Yankauer CH28, zagięta, bez kontroli
- dren do odsysania pola operacyjnego CH28, długość 350cm, wykonany z PVC, antyzagięciowy, transparentny, żeńsko-żeński
- 1szt opatrunek pooperacyjny 10x20cm
- worek / kieszeń dwukomorowa z kształtką samoprzylepna o min.wym. 42x35cm

Deklarujemy zaoferowanie zestawów odpowiadających powyższym wymaganiom.

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)