

Załącznik nr 1

do oferty na dostawę lodówki do przechowywania leków  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp/FZ-208.1/2021

pieczęćka nagłówekowa Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Lodówka do przechowywania leków

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Lodówka do przechowywania leków 595x640x1840 (model typu MED_374 lub równoważne)	szt	1							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### Szczegóły produktu

Moduł alarmowy z sygnalizacją dźwiękową (zbyt wysoka, zbyt niska temperatura, zbyt długi czas otwarcia drzwi)

Rejestrator temperatury wewnątrz urządzenia z wyjściem USB do odczytu

wbudowany agregat chłodniczy

korpus izolowany pianką poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą zespoloną

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odparowanie skroplin

wnętrze szafy wykonane z tworzywa w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały

5 półek siatkowych w kolorze białym z możliwością zmiany wysokości zawieszania

oświetlenie wnętrza LED

zamek drzwi

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.A  
do oferty na dostawę lodówki do przechowywania leków  
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu  
znak postępowania Szp/FZ-208.1/2021

.....  
pieczęćka nagłówkowa Wykonawcy

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

### Lodówka do przechowywania leków

L.p.	Przedmiot zamówienia	JM	ilość	cena jedn. netto	wartość netto	% VAT	cena jedn. brutto	wartość brutto	nazwa własna/kod	producent
1	Lodówka do przechowywania leków 800x600x600 pojemność minimalna 150 L	3 szt	4	5	6	7	8	9	10	11

### Szczegóły produktu

- Pojemność minimalna 150 litrów
- Czynnik chłodzenia przyjazny dla środowiska
- Automatyczna rejestracja temperatury
- Zewnętrzny wyświetlacz temperatury
- Zakres temperatury ; +2 do + 8
- Alarm awarii zasilania
- Alarm zbyt wysokiej temperatury
- Alarm zbyt niskiej temperatury
- Alarm otwartych drzwi
- Zapis minimalnej i maksymalnej wartości temperatury w ciągu doby
- Automatyczne odszranianie z możliwością odszraniania
- Chłodzenie wspomaganie wentylatorem
- Wewnętrzne światło LED

.....  
(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)