

Wałbrzych, dnia 20.09.2023r.

DZPZ-530-Zp/64/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla pracowni elektroterapii serca - Zp/64/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 1 poz. 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kabli w opakowaniach sterylnych po 1 sztuce do kontroli śródoperacyjnej kompatybilnych z programatorem firmy Biotronik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 1 poz. 22

Czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrod A i V aktywnych oraz pasywnych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga elektrody A i V aktywnych.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 2 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kabli w opakowaniach sterylnych po 1 sztuce do kontroli śródoperacyjnej kompatybilnych z programatorem firmy Biotronik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 3 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kabli w opakowaniach sterylnych po 1 sztuce do kontroli śródoperacyjnej kompatybilnych z programatorem firmy Biotronik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 3 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora z dwoma niezależnymi algorytmami promującymi własne przewodzenie, w tym z jednym pozwalającym na zmianę trybu stymulacji między DDD(R), a ADI(R) jako zabezpieczenie w przypadku zaburzeń przewodnictwa A-V. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 4 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kabli w opakowaniach sterylnych po 1 sztuce do kontroli śródoperacyjnej kompatybilnych z programatorem firmy Biotronik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 4 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dotarczenie stymulatorów jednojamowych z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 5 poz. 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kabli w opakowaniach sterylnych po 1 sztuce do kontroli śródoperacyjnej kompatybilnych z programatorem firmy Biotronik?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby waga urządzenia ze złączem DF-1 wynosiła równe 82 g? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 5 poz. 2 i 3

Czy zamawiający mógłby doprecyzować wymagania sprzętowe w tabeli asortymentowo-cenowej w pakiecie nr.5. Czy osprzęt oraz telemonitoring należy traktować jako jedną pozycję - czyli stację do telemonitoringu.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje, że osprzęt i telemonitoring traktujemy łącznie.

Pytanie nr 10, dot. projektu umowy zał. 3 a i 3b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu w prag.3 ust.1 i dodanie, że skład konsygnacyjny zostanie utworzony w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 11, dot. projektu umowy zał. 3 a i 3b § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisów w par.3 i dodanie zapisu, że przedmiot zamówienia ze Składu będzie używany przez Zamawiającego zgodnie z zasadą FEFO - first expired, first out?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**