

DZP.26.1.37.2021

Sygnatura sprawy: 7/VI/2021

ODPOWIEDZI
DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu ul. Reymonta 8 w odpowiedzi na n/w pytania dot. postępowania na: **Zakup wraz z dostawą jednorazowego asortymentu do aparatury medycznej - zadanie nr 2**, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne czujniki producenta kardiomonitorów w technologii BluRPO, dla noworodków (< 3 kg) na podbicie, dla dorosłych (> 40 kg) na palec, długość przewodu 0.8 m, jednorazowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na oryginalne czujniki w technologii BluRPO.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie poz. 1 tj. czujnika saturacji SpO2 kompatybilne z kardiomonitorami Nihon Kohden do odrębnego zadania bądź pozwoli na złożenie oferty tylko na wybraną pozycję co pozwoli na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców tym samym zwiększając konkurencyjność w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu w oryginalnych zbiorczych opakowaniach producenta pakowanych po 24 sztuki ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w oryginalnych zbiorczych opakowaniach.