



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Telefon centrala: (71) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06  
NIP 894-24-56-112, REGON 000294295  
strona internetowa: www.dcchp.pl  
e-mail: dcchp@dcchp.pl

BZP.3810.49.2020.JU

L.Dz 1380/OP/2020

Wrocław 6.10.2020

**Dotyczy: Sprostowania oraz wyjaśnień do odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 17.09.2020, sprawa BZP.3810.49.2020.JU**

**Przedmiotem zamówienia jest:**

**dostawa urządzeń medycznych z listy pakietów wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 53-439 Wrocław, ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38, ust 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288) odpowiadamy na pytania do SIWZ.

Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści uchylne barierki boczne bez regulacji wysokości wykonane ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej?

Pakiet nr 4 pyt. 4

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił uchylne barierki w grupie 1, pakiet 4, pytanie 4 (odpowiedzi z dnia 17.09.2020)

Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści wózek wyposażony w odbojniki i koła z centralną blokadą?

Pakiet nr 4 pyt. 8

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił wózek wyposażony w odbojniki i koła z centralną blokadą w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 7 pytanie 1.

Czy w rozumieniu pkt 10 Zamawiający dopuści długość wanny 207 cm?

Pakiet nr 4 pyt. 10

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza długości 207cm ze względu architektonicznych (budynek zabytkowy).

Czy w rozumieniu pkt 12 Zamawiający dopuści szerokość całkowitą 81 cm?

Pakiet nr 4 pyt. 12

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił wskazaną szerokość całkowitą w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 7, pakiet 4.

Czy w rozumieniu pkt 15 Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie 170kg?

Pakiet nr 4 pyt. 15

Odpowiedź:


Zamawiający dopuścił dopuszczalne obciążenie 170kg w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 7 pakiet 4 pyt.4.

Czy w rozumieniu pkt 16 Zamawiający dopuści brak koszy na rzeczy pacjenta i przybory myjące?

Pakiet nr 4 pyt 16

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił brak kosza na rzeczy pacjenta i przybory myjące w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 7 pakiet 4, pytanie 5.



Pakiet nr 8 Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z koszem na butlę tlenową 2 szt

Czy w rozumieniu pkt 4 Zamawiający dopuści wysokość regulowaną w zakresie 500-900mm?

Pakiet nr 8 pyt. 4

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuścił różne zakresy regulacji wysokości w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 6, pytanie 1 – odpowiedź” dopuścił zakres 57-93cm oraz w odpowiedzi grupa 3, pytanie 13 „dopuścił w zakresie 600-960mm a ponadto w opisie przedmiotu zamówienia jest 450-820mm (+/-50) Zatem zakres podany w pytaniu mieści się w opisie przedmiotu zamówienia.

Czy w rozumieniu pkt 5 Zamawiający dopuści wózek bez pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Pakiet nr 8 pyt. 5

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. I nie dopuścił pozostałym wykonawcom w odpowiedziach z dnia 17.09.2020, grupa 3, pytanie 9.

Czy w rozumieniu pkt 8 Zamawiający dopuści wózek bez krążków odbojowych?

Pakiet nr 8 pyt. 8

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w pkt 8 umożliwia Wykonawcy złożenie oferty bez krążków odbojnikowych, jednak za brak tego parametru Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Czy w rozumieniu pkt 14 Zamawiający dopuści uchwyt na butlę z tlenem za oparciem pleców?

Pakiet nr 8 pyt. 14

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Czy w rozumieniu pkt 14 Zamawiający dopuści brak specjalnego miejsca na podstawie wózka na rzeczy osobiste pacjenta?

Pakiet nr 8 pyt. 14

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłużeniu uległ termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium.  
Nowy termin 14.10.2020, godz. i miejsce bz.**

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
*Lidia Malicka*