

L.dz. 5200.414.2021.ER

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**  
**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**  
**zestaw nr 1**

**Dotyczy: postępowania nr 5210.291.2.12.2021.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wirówki stołowej z układem chłodzenia dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?	Zamawiający nie wyraża zgody
2.	(§ 8 ust.1 pkt. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody
3.	(§ 8 ust. 1 pkt. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości NETTO za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody
4.	(§ 8 ust. 1 pkt. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości NETTO za zwłokę w realizacji świadczeń gwarancyjnych?	Zamawiający nie wyraża zgody
5.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu. Kwestię tę regulują już zapisy § 10 projektu umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia)
6.	Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych - tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta,	Zamawiający nie wyraża zgody. Kwestię tę regulują zapisy § 10 ust. 1 pkt 3 projektu umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia): <i>Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w szczególności w następujących przypadkach:</i> 3) zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu umowy: a) na sprzęt o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę nie wyższą niż ustalona w umowie, w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie z produkcji po terminie otwarcia ofert, co będzie

	termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców?	<p>potwierdzone oświadczeniem producenta lub innym dokumentem (w przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia producenta), po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego,</p> <p>b) jeżeli za cenę, nie wyższą niż ustalona w umowie, będzie dostępny sprzęt o przewyższających parametrach technicznych niż oferowany na dzień składania oferty, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.</p>
7.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:</p> <p>Poza zmianami umowy dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p> <p>Kwestię tę regulują zapisy § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia)</p> <p><i>Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w szczególności w następujących przypadkach: zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 9 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a).</i></p>
8.	Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p> <p>Kwestię tę regulują zapisy rozdziału VI pkt 8 Ogłoszenia:</p> <p><i>W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, <b>Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 2 do Ogłoszenia. Dopuszcza się wydruki ze stron internetowych producenta, katalogi producenta, foldery producenta itp. - w formie określonej w pkt 10 Ogłoszenia</b></i></p>
9.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	Czy Zamawiający życzy sobie otrzymać wirówkę stołową z układem chłodzenia wraz z 24 – miejscowym rotorem na próbówce 1,5/2,0 ml?	Tak. Powyższe parametry zawarte zostały w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

11.	Z kolei 6 rotorów, wspomnianych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4 (w tym taki o maksymalnej pojemności co najmniej 10x5,0 mL – pkt.5) ma być dostępnych u producenta wirówki – jeśli by w przyszłości Zamawiający chciał doposażyć wirówkę?	Zamawiający wymaga możliwości instalacji min. 6 rotorów (zgodnie z pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do Ogłoszenia) stąd wymaga kompatybilności wirówki z min. 6 rotorami. Tym samym Zamawiający nie deklaruje doposażenia wirówki, a jedynie planuje taką możliwość.
-----	---	--

**Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT  
ds. zamówień publicznych  
  
Związek Kola

