

INFORMACJE UZYSKANE W DIALOGU TECHNICZNYM

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie informuje, że po zakończonym Dialogu Technicznym na dostawę 2 szt. samochodu laboratorium dla wiodących grup radiacja-biologia, Zamawiający uwzględnił następujące informacje w Opisie Przedmiotu Zmówienia.

1. Rezygnacja ze sprzętu.

Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, zrezygnowano z:

- chromatografu gazowego ze spektrometrem mas GC-MSMS, a zastąpiono go chromatografem gazowym ze spektrometrem mas GC-MS. Rozwiązanie to również upraszcza instalacje gazowe,
- dygestorium w przedziale C,
- ręcznego spektrometru ruchliwości jonów,
- kamery termowizyjnej,
- dawkomierzy osobistych,
- zestawu kolometrycznego I i II,
- sprzęt nie zainstalowanego na pojeździe (dostarczony osobno) opisanego w rozdziale 10.

2. Rezygnacja ze sprzętu, którego zakup przelożono na inne zadania w późniejszym czasie.

Ze względu na konieczność ograniczenia wartości przedmiotu zamówienia oraz po analizie kosztów pozyskania oraz szkolenia, zysków dot. zdolności analitycznych, zrezygnowano z:

- chromatografu gazowego z detektorami FID i PFPD,
- przenośnego spektrometru Ramana,
- przenośnego spektrometru FTIR,
- przenośnego detektora FPD.

3. Pozostałe wprowadzone zmiany:

- Dopuszczano możliwie największe ograniczenie wielkości przedziału A (Wysuwanego).



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- Dopuszczono możliwość montażu agregatu prądotwórczego na ciągniku siodłowym.
- Zrezygnowano z systemu stabilizacji części wysuwanej.
- Zrezygnowano z zapisów dotyczących biokomponentów w paliwie dla ciągnika siodłowego.
- Zrezygnowano z systemu kanalizacji z automatyczną dezaktywacją ścieków.
- Zrezygnowano z prysznica w służbie osobowej. Prysznic w służbie osobowej zastąpiono awaryjnym prysznicem w przedziale B.
- Zrezygnowano z kaskady ciśnień w służbie osobowej.
- Doprecyzowano ilość i funkcjonalność dozowników w chromatografie gazowym tak by móc w pełni wykorzystywać automatyzację autosamplera.
- Określono konieczność wykonania drzwi awaryjnych pozwalających wejść do laboratorium bez konieczności wysuwania przedziału A.
- Ograniczono listę urządzeń zasilanych z UPS.
- Doprecyzowano zapisy dotyczące rodzaju podwozia.
- Dostosowano wymagania dla sprzętu łączności do obecnie obowiązujących przepisów.
- W związku z wyeliminowaniem części sprzętu zmianie uległy kryteria punktowe. Zrezygnowano z punktacji przedłużonej gwarancji dla sprzętu i ciągnika siodłowego, a zastąpiono punktacją wcześniejszej realizacji zamówienia. Na taką ocenę ma wpływ
 - a. sytuacja związana z ogólnymi zagrożeniami biologicznymi na arenie międzynarodowej,
 - b. intensyfikacja częstotliwości pojawiania się nowych zagrożeń związanych z czynnikami biologicznymi, które w krótkim czasie mogą stanowić istotne zagrożenie dla obywateli,
 - c. brak możliwości odpowiedzi ze strony służb, w związku z brakiem na wyposażeniu tego typu pojazdu z takimi możliwościami detekcyjnymi.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

