

Dreżdenko, dnia 8 sierpnia 2023 roku

Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P2

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, nr sprawy: PCZSzp/ZP/ZO/130/18/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1
pakiet 5 poz. 1

Czy zamawiający dopuści probówkę z PS okrągłodenną o pojemności 8 ml (13x100mm) bez obrzeża ,przezroczystą, bezbarwną ?

Odp. do pytania 1

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 5 poz. 1 na próbki o poj, 8ml, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie nr 2
pakietu 5 poz. 3

Czy nie doszło do omyłki i korki odnoszą się do poz. 2 pakietu 5?

Odp. do pytania 2

Wprowadza się zmianę w dodatku nr 2 do zapytania ofertowego. Treść po zmianie:
„korki do probówek z poz. 2”

Pytanie nr 3
pakiet 6 poz. 3

Czy zamawiający dopuści pipetę Pasteura polietylenową, pojemność 2,5 – 3,5 ml dl. 150-155mm, z podziałką ?

Odp. do pytania 3

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 6 poz. 3 na pipetę o pojemność 2,5 – 3,5 ml , przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 4

Projektowane postanowienia umowy § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §6 ust.1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie nr 5

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania „przy czym jednorazowe zamówienie nie może być niższe niż 200,00 zł netto” ?

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. do pytania 5

Zmiany w ww. zakresie wprowadzono w wyjaśnieniach P1 – pytanie 1.

Pytanie nr 6

Dotyczy zapisów pkt. 8.10 Zaproszenia, zapisów pkt. 4 w formularzu OFERTA oraz zapisów §7 ust. 1

W związku z tym, iż Zamawiający w zaproszeniu i w formularzu OFERTA podał termin obowiązywania umowy – 24 m-ce a w umowie – 12 m-cy prosimy o stosowne wyjaśnienia na ile będzie zawarta umowa.

Odp. do pytania 6

Wprowadza zmianę w zakresie §7 ust. 1 projektowanych postanowień umowy. Treść po zmianie:
„Umowa zostaje zawarta **na czas określony – 24 miesiące** od daty zawarcia, z zastrzeżeniem ust. 2.”

Pytanie nr 7

Projektowane postanowienia umowy §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowień umownych o treści:

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało corocznie zmianie w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje zmian wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszym roku obowiązywania Umowy a waloryzacja nastąpi:
 - 1) począwszy od kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy;
 - 2) w przypadku gdy zmiana cen lub kosztów przekroczy poziom 3 % wzrostu cen lub kosztów.
2. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Uzasadnienie:

Dodanie klauzuli waloryzacyjnej z użyciem wskaźnika zmiany cen materiałów i kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przesłankami art. 439 PZP zminimalizuje w znacznym stopniu ryzyko Wykonawcy wzrostu cen materiałów i kosztów na rynku w trakcie realizacji zamówienia oraz negatywne dla stron umowy oddziaływanie rynkowych czynników zewnętrznych, co w istocie jest w interesie obu stron umowy.

Odp. do pytania 7

Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza się zmianę poprzez dodanie do projektowanych postanowień umowy §4a o treści:

§4a

Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, która może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy w przypadku, gdy z danych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „GUS”) wynika, że średnia arytmetyczna ogłaszanych miesięcznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi mniej niż 95 lub więcej niż 110.
2. Średnia arytmetyczna, o której mowa w ust. 1 wyliczana jest na podstawie danych w tabeli „Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku”, w części „Poprzedni miesiąc = 100” prezentowanej na stronie GUS [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/](https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/). Przy ustalaniu miesiący, o których mowa w ust. 1 i 2 jako pierwszy (bazowy) uwzględniany jest pełen miesiąc kalendarzowy następujący po miesiącu, w którym zawarto Umowę, jako końcowy ustala się miesiąc poprzedzający datę złożonego wniosku ws waloryzacji wynagrodzenia.
3. Zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze Stron Umowy nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4. Zmiana łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §4 będzie dokonywana w oparciu o zmianę cen jednostkowych ustalonych zgodnie ze wzorem:

Wysokość ceny jednostkowej netto (CW) po waloryzacji (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT) stanowi:

$CW = C_p \times W\%$, gdzie użyte symbole oznaczają:

C_p – początkowa cena jednostkowa netto określona w załączniku nr 1 do umowy;

W - średnia arytmetyczna wskaźników cen, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 określona procentowo.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zwaloryzowane zostanie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i zostanie zastosowane do działań Wykonawcy realizowanych począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający otrzymał wniosek o waloryzację, a w przypadku, gdy wniosek składa Zamawiający, następującego po przesłaniu wniosku Zamawiającego do Wykonawcy.

6. Zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 1-5 może zostać dokonana raz w okresie obowiązywania Umowy.
7. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia Wykonawcy (zwiększenie/zmniejszenie) tj. suma wszystkich wprowadzanych zmian na podstawie ww. postanowień nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę (jeżeli dotyczy).

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności całkowitej 150 ml, spełniające pozostałe wymagania?

Odp. do pytania 8

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 1 poz. 6 na pojemniki o pojemności całkowitej 150ml, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Wyjaśnienia zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania dnia 08.08.2023 r.