



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP-705 /19

Poznań, dnia 20.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy/platforma zakupowa

Dotyczy: PN-69/19 przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych kardiologii interwencyjnej.

W związku z pytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania przetargowego, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela odpowiedzi:

Zapytanie:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 7


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1, 2 części 3 prowadnika o następujących parametrach:

- dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności:
 - a) standard:
 - prowadnik hydrofilny,
 - rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu. Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona,
 - długość elastycznej końcówki: 3 cm,
 - dostępne średnice: 0,018", 0,025", 0,035", 0,038"
 - dostępne długości: 80, 150, 180, 260, 320 cm,
 - dostępne prowadniki proste, zagięte,
 - b) sztywne:
 - prowadnik hydrofilny,
 - rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem z domieszką wolframu. Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona,
 - długość elastycznej końcówki: 3 cm,
 - dostępne średnice: 0,035", 0,038",
 - dostępne długości: 80, 150, 180, 260, 320 cm,;
 - dostępne prowadniki proste, zagięte.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sprzęt o ww. parametrach.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je, jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Bartosz Płak
za Zamawiającego