

Kraków, 16.04.2024 r.

DZ.271.37.399.2024

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 34 84
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.37.2024 – Dostawa rękawic medycznych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET 1 poz. 1-3

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu badania rękawic na przepuszczalność krwi syntetycznej wg ASTM F 1670 i dopuszczenie badania zgodnie z ASTM F1671 – badanie odporności na przenikanie patogenów krwiopochodnych? Pierwsza metoda służy jedynie do weryfikacji materiałów odzieży ochronnej do dalszych testów. Metoda ASTM F1671 natomiast potwierdza rzeczywistą odporność rękawicy jak i bezpieczeństwo użytkowania

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w SWZ w pakiecie 1 poz. 1-3 jest parametrem punktowanym.

PAKIET 1 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu na opakowaniu był fabrycznie oznakowany kraj pochodzenia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone Deklaracją Zgodności?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów zgodnie z ASTM F1671 potwierdzone raportem z badań wystawionym przez producenta?

Odp. Zamawiający podtrzymuje SWZ.

PAKIET 1, pozycja 1-2

Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem o wyrobach medycznych Zamawiający oczekuje, aby na opakowaniu umieszczona była informacja o wszystkich substancjach mogących powodować podrażnienia lub alergię skórne tj. akceleratorach chemicznych (np. tiuramy, ditiokarbaminiany) jak są stosowane w procesie produkcji zgodnie z normą EN 455-3, których śladowe ilości są przyczyną uczuleń u personelu medycznego noszącego rękawiczki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

PAKIET 1 poz. 1

Czy rękawice mają być odporne na penetrację min. dwóch alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: min. 20% etanol oraz 70% izopropanol na najwyższym poziomie odporności zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań dołączonym do oferty? Pragniemy podkreślić, iż 70% alkohol izopropylowy jest składnikiem większości środków do dezynfekcji używanych w placówkach medycznych, a jego wysoka odporność na penetrację daje gwarancje bezpieczeństwa personelu medycznego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

PAKIET 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w kolorze miętowym pakowanych po 200 szt. (180 szt. dla rozm. XL) z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 1, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje rękawic nie wywołujących uczuleń (to znaczy nie zawierające substancji takich jak np. lateksu, katalizatorów, protein, akceleratorów i chloru) rękawic bezlateksowych nie powodujących podrażnień i uczuleń, bezpieczne dla osób z alergią typu I i IV oraz z problemami skórnymi, wykonane z nitylu produkowanego bez użycia akceleratorów chemicznych oraz chloru z informacją o ich braku fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 2, pkt 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających mankiet rolowanym z taśmą adhezyjną, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 2, pkt 9

Czy Zamawiający oczekuje, aby wymagana powierzchnia wewnętrzna wykonana była z syntetycznej wielowarstwowej warstwy polimerowej z poliakrylanem i surfaktantem dodatkowo pokryte

regenerująco-nawilżającą powłoką z zliofilizowanego aloesu naturalnego, która nie wysusza dłoni użytkownika zapewniając przy tym bardzo dobre nakładanie?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PAKIET 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z wykończeniem mikroteksturowanych na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem