

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZPU 54/2023

„Dostawa zgrzewarki do jałowego/sterylnego łączenia drenów”

I. Opis

Zgrzewarka do jałowego/sterylnego łączenia drenów – 1 sztuka

- urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022
- urządzenie zasilane z sieci elektrycznej 230V
- urządzenie umożliwiające wykonywanie połączeń drenów wszystkich dostępnych na rynku systemów pojemników na krew i jej składniki
- urządzenie wyposażone w wyświetlacz wskazujący status przebiegu zgrzewania
- urządzenie wyposażone w półkę na pojemniki
- zgrzew szczelny, łatwy w udrożnieniu
- wykonanie jednego połączenia nie może zużywać więcej niż jednego impulsu/nożyka
- możliwość udrożniania drenu na dowolnym etapie preparatyki
- możliwość jałowego łączenia drenów o długości minimalnej 45 mm
- czas zgrzewania poniżej 20 sekund
- czytelny schemat ułożenia pojemników do prawidłowego zgrzewania
- możliwość jałowego łączenia drenów suchych i mokrych
- możliwość zgrzewania drenów pusty/pusty, pusty/pełny, pełny/pełny, suchy/suchy, mokry/mokry, mokry/suchy
- urządzenie musi posiadać znak CE.

II. Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zapewni w okresie trwania co najmniej 24 miesięcznej gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy serwisowe, wszelkie naprawy oraz przeglądy po naprawach urządzenia
- Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność wszystkich części zamiennych/zapasowych przez czas przewidywanego cyklu życia sprzętu, co najmniej przez 10 lat od daty wygaśnięcia gwarancji

- Wykonawca zagwarantuje pomoc merytoryczną i techniczną poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt internetowy z serwisem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki (przywrócenie urządzenia do właściwego użytkowania) do 7 dni od mailowego bądź telefonicznego zgłoszenia awarii.
- Wykonawca do oferty dołączy specyfikację oferowanego urządzenia.

III. Termin dostawy, zainstalowane i oddanie do czynnej eksploatacji – do 4 tygodni od daty podpisania umowy

IV. Gwarancja – minimum 24 miesiące