



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201  
e-mail: [nzoz.kss@szpital.kutno.pl](mailto:nzoz.kss@szpital.kutno.pl) [www.szpital.kutno.pl](http://www.szpital.kutno.pl)  
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 20.04.2022 r.

## **WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **na dostawę szwów chirurgicznych.**

Nr postępowania: **ZP/6/22**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 tj. ze zm.), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

### **1. Dot. Pakietu 1**

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok.65%, po 8-11 dniach ok.50%, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza.**

### **2. Dot. Pakietu 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

**Zgodnie z SWZ.**

### **3. Dot. Pakietu 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez dodatkowego zaostrzenia, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza.**

### **4. Dot. Pakietu 2, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Zamawiający dopuszcza.**

### **5. Dot. Pakietu 5**

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniający, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, ok. 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez powleczenia czynnikiem antybakteryjnym?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

### **6. Dot. Pakietu 7**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

### **7. Dot. Pakietu 7, poz. 3,5,7,12,15**

Czy Zamawiający dopuści nić wchłaniającą, plecioną, syntetyczną, wykonaną z kopolimeru 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekaną 50% kopolimerem glikolidu i l-laktydu (30/70) oraz 50% stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach, bez powleczenia czynnikiem antybakteryjnym - chloroheksydryną?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

### **8. Dot. Pakietu 8**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.80%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.20%, bez powleczenia czynnikiem antybakteryjnym - chloroheksydryną?

**Zgodnie z zapisami SWZ.**

### **9. Dot. Pakiet 2, poz. 8, 9, 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości nici 75cm?**

**Zamawiający dopuszcza.**

10. **Dot. Pakiet 6** - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?  
**Zamawiający dopuszcza.**
11. **Dot. Pakiet 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłaniających, monofilamentowych o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok.70%, wchłanianiu 180-210 dni?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
12. **Dot. Pakiet 11, poz. 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości igły 40mm?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
13. **Dot. Pakiet 11, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o długości 90cm?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
14. **Dot. Pakiet 11, poz. 2, 3** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o długości igły 36mm?  
**Zgodnie z zapisami SWZ.**
15. **Dot. Pakiet 9, poz. 1**  
Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy, syntetyczny wchłaniany szew wykonany z mieszanki glikolidu, kaprolaktonu, laktydu oraz węglanu trimetylenu o podtrzymywaniu tkankowym 50–60% pod 5 dniach, 20–30% po 10 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu do 56 dni, długości nici 75 cm, reszta parametrów bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
16. **Dot. Pakiet 9, poz. 2**  
Czy Zamawiający dopuści monofilamentowy, syntetyczny wchłaniany szew wykonany z mieszanki glikolidu, kaprolaktonu, laktydu oraz węglanu trimetylenu o podtrzymywaniu tkankowym 50–60% pod 5 dniach, 20–30% po 10 dniach o okresie wchłonięcia masy szwu do 56 dni, długość igły 27 mm, długość nici 75 cm, reszta parametrów bez zmian?  
**Zamawiający dopuszcza.**
17. **Dot. Pakiet 16, poz. 3 oraz 4**  
Czy w pozycjach: długość nitki, rodzaj igły, długość igły w mm oraz krzywizna igły Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej?  
**Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. W załączeniu Formularz cenowy - pakiet nr 16 po poprawie omyłki.**
18. **Dotyczy Pakietu 1**  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu dostarczenia próbek, ponieważ szwy są Państwu znane oraz obecnie stosowane w Państwa szpitalu ?  
**Zamawiający nie wyraża zgody.**
19. **Dotyczy § 2 ust. 12 projektu umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...dni roboczych od zgłoszenia danej reklamacji” na „...dni roboczych od dnia uznania danej reklamacji”.  
**Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.**
20. **Dotyczy § 7 ust. 1 pkt. a), b) projektu umowy** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt. a), b):
- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
    - za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości **0,5%** wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru;**
    - za dostarczenie towaru z wadami **0,5%** wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.**
- Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami projektu umowy.**
21. **Dotyczy zapisu § 8 ust.4 projektu umowy** - W związku z zapisem §8 ust.4 projektu umowy, wnosimy o przekazanie informacji na temat stanu majątkowego szpitala, albowiem na dzień dzisiejszy Wykonawca takiej wiedzy nie posiada. Prosimy o przekazanie bilansu i rachunku wyników Zamawiającego za 2021 r oraz oświadczenie jeśli stan finansowy Zamawiającego pogorszył się w stosunku do bilansu za ubiegły rok.  
**Zamawiający przekazuje w załączeniu Rachunek Zysków i Strat oraz bilans za 2021r.**

**22. Dotyczy zapisów projektu umowy** - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ I DODAJE DO § 3 PROJEKTU UMOWY KOLEJNY UST. 9:**

**„9. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: [nzozkss@szpital.kutno.pl](mailto:nzozkss@szpital.kutno.pl), ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy: .....**”

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu  
Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone  
na stronie internetowej prowadzonego postępowania