



WSSz -NZP – 110/23

Łódź, dnia 27.02.2023 r.

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

**dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę Naprawa tomografu komputerowego AQUILION 64, sprawa ZP 6/23**

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni raport z diagnostyki TMS ewentualnie zezwoli na jej wykonanie. Jak również w ramach wykonywanego zadania zezwoli na wykorzystanie części rekondycjonowanych.

**Wyjaśnienia: Zgodnie z SWZ przedmiot zamówienia stanowi wymiana modułu generatora, diagnostyka nie jest częścią zamówienia. W Punkcie II.1.1) SWZ zamawiający określił, że nie dopuszcza części rekondycjonowanych.**

Z poważaniem

*Wersja elektroniczna dokumentu.  
Dokument podpisany w oryginale przez Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych  
mgr Pawła Lipińskiego z upoważnienia Dyrektora*