

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 1523/2021/DF

Wrocław 09.11.2021 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania nr 2 do SWZ - sprawa BZP 3810.64.2021.TP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych z listy pakietów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące SWZ.

Grupa I

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar min. CH24?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka bez dodatkowego łącznika umożliwiającego szczelne łączenie drenów ze sobą?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania leków cytostatycznych)”?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie odstąpi.

Pakiet nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy – 1 warstwa bibuły (23g/m²) oraz 1 warstwa folii (10g/m²)?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 cm x 50 m?

Odp: Tak jak w SWZ (jest dokładnie wszystko wyszczególnione)

Pakiet nr 58 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania leków cytostatycznych)”?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie odstąpi.

Pakiet nr 78 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 21mm x 26,5mm?

Odp: Jak w SWZ

Pakiet nr 82 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 82 poz. 1, 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny nieposiadający skróconej nazwy producenta?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 83 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści znacznik głębokości w postaci dwóch półpięści?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 83 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści balonik kontrolny nieposiadający skróconej nazwy producenta?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 85 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści pakowane w blister zachowujący kształt rurki?

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 85 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze 9,5?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 89 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość w zakresie 70 mm – 150 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 90 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry wg SWZ.

Pakiet nr 90 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry wg SWZ.

Pakiet nr 90 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h₂O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odp: Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry wg SWZ.

Pakiet nr 90 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odp: Brak takiej pozycji pakiecie, domniemanie chodzi o poz.3 -Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długościach: 2 rury o długości 160 cm oraz 3 dodatkowa rura o długości 100 cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długościach: 2 rury o długości 180 cm oraz 3 dodatkowa rura o długości 120 cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 95 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści tylko złączkę Y w zestawie, bez złączki L?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 103 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokość samej przestrzeni na lek 2,5 cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 104 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wysokość samej przestrzeni na lek 2,5 cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 108 poz. 1

2

Czy Zamawiający dopuści asortyment zawierający znikome ilości ftalanów?

Odp: Tak jak w SWZ. Nie dopuści bez ftalanów oznacza zero ftalanów.

Pakiet nr 108 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarze 4,7/340mm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 108 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści asortyment zawierający znikome ilości ftalanów?

Odp: Tak jak w SWZ. Nie dopuści bez ftalanów oznacza zero ftalanów.

Grupa II

Pakiet 114:

Poz. 2. Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 114 pojemników polipropylenowych o poj. 20 ml i stworzenie osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego

Odp: Zamawiający nie wydzieli pakietu

Grupa III

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 77, poz. 1 szczoteczek cytologicznych jednorazowych do bronchoskopii, sterylna, o średnicy szczotki 1.9mm, długości roboczej 100 lub 150cm do wyboru, minimalna średnica kanału roboczego 2.0mm, zakończona kulką pozwalającą na ograniczenie podrażnień i uszkodzeń tkanek.

Odp: Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

2. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 78, poz. 1 ustników endoskopowych o średnicy otworu 54 lub 60Fr do wyboru, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 100szt., z obręczą zębową, z elastycznymi taśmami mocującymi wykonanych z mieszanki spandexu i poliestru.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 79, poz. 1 szczypec biopsyjnych jednorazowych endoskopowych, sterylne, łyżeczki owalne ząbkowane, bez igły, powlekane na całej długości – bezpieczne dla kanałów biopsyjnych, o średnicy 2.2mm, długość narzędzia 100cm, dostępne również w wariantcie 160cm.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment jest w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).

4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 79, poz. 2 szczypec biopsyjnych jednorazowych endoskopowych, sterylne, łyżeczki owalne ząbkowane, z igłą lub bez igły, powlekane na całej długości – bezpieczne dla kanałów biopsyjnych, o średnicy 1.8mm, długość narzędzia 100cm, dostępne również w wariantcie 160cm.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment jest w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).

Grupa IV

Pytanie do SWZ

Pakiet 77

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości części z włosiem 10 mm.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 78

2.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników w rozmiarze 18 mm x 26 mm.

Odp: Tak jak w SWZ.Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 79

3.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm.

Odp: Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).

Grupa IV

Dotyczy Pakietu nr 57

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz zapisy ustawy PZP (art. 99), dopuści czujniki wyprodukowane w technologii równoważnej, tj. nie gorszej niż obecnie opisane, spełniające wszystkie wymogi opisane w swz?

Odp: Zamawiający cytuje Art.99 ust.5 ustawy o PZP. „Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. „Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie stosuje słowa „równoważny”. Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 89

Czy Zamawiający dopuści łącznik regulowany w zakresie 5-15 cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Dotyczy Pakietu nr 90 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H₂O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylne, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 90 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjno-antywirusowy o wadze 23 g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 90 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do małych przepływów z portem do kapnografii, bez oznaczonego kierunku przepływu tlenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 103

Czy Zamawiając dopuści maskę tlenową z nebulizatorem ze zbiorniczkiem na substancję wziewną (wielkość zbiorniczka-średnica 3,2 cm, wysokość przestrzeni na lek 2 cm), spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Grupa V

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji grawitacyjnej z drenem o długości 145cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp: Zamawiający dopuszcza strzykawki w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową 50ml z prostym gładkim stożkiem kompatybilnym z cewnikami bez zatyczki?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50ml w opakowaniach a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę, liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pakiet 10, poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za igły iniekcyjne w opakowaniach a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę, liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pakiet 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji krwi z komorą o wielkości 9cm z filtrem o wielkości oczka 200 µm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 37, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 25 cm x 2,0cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 37, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opaski do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 43 cm x 2,5cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 45, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 18 g/m² oraz warstwy folii o grubości 0,015-0,017mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pakiet nr 45, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z warstwy bibuły o gramaturze 23 g/m² oraz folii o gramaturze 10 g/m²?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 45, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z dwóch warstw bibuły o gramaturze 18 g/m² oraz warstwy folii o gramaturze 22 g/m²?

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 54, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną o długości 48cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 56, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o poniższym składzie:

10 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

10 x tufery gazowe 17N kula 20 cm x 20 cm

1 x peseta plastikowa 12,5 cm

1 x serweta 90 cm x 75 cm foliowo-bibułowa nieprzylepna

1 x serweta 45 cm x 75 cm foliowo-bibułowa z przylepnym otworem 8 cm

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 10 ml (zapakowana)

1 x strzykawka dwuczęściowa Luer 20 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm opakowana różowa

1 x igła 0,8 x 40 mm opakowana zielona

1 x ostrze proste nr 11 4,4 cm, zapakowane

1 x igłotrzymacz metalowy 13 cm

1 x kleszczyki metalowe Pean 13 cm

1 x opatrunek foliowy PU 10 cm x 15 cm (osobno opakowany)

Całość zapakowana w twardej blister dwukomorowy + 2 samoprzylepne etykiety.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 59, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 63, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 64, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Thorax z trokarem CH16 o długości 21cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 70, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszny w rozmiarze CH15?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 82, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem z oznaczeniem głębokości w postaci dwóch półpiersi?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 83, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem z oznaczeniem głębokości w postaci dwóch półpiersi?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 105, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator ze złączką T i drenem o długości 210cm?

Odp: Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga.

Pakiet 108, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 3,3/390mm do rurek 4,5-6,5?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 108, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarze 4,7/390mm do rurek 7,0-10,0?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 111, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści wycenę za szczoteczki pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 8 opakowań?

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę, liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pakiet 115, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miski o pojemności 3l i średnicy 300mm lub miski prostokątne 4l o wymiarach 315x255mm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 118, pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 150 opakowań

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę , liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

Grupa VI

Pytania do SWZ:

Dot. Pakiet 19

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik plastikowy na mocz pakowany w opakowania po 200 szt. ?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakiet 115

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie miski o pojemności 4l o wymiarach: 110x362x255 mm?

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Projekt Umowy - §4 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić te towary od innego producenta. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 1 do umowy. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W razie dostawy dokonanej za pośrednictwem przewoźników (np. poczta itp.) Wykonawca oznacza fakturę numerem niniejszej umowy i dołącza ją do paczki.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Dot. Projekt Umowy - §7 ust. 1 d)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący”

„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości umowy danego pakietu, pozostałej do realizacji.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Grupa VII

pakiet 9,

czy zamawiający dopuści strzykawkę z skalą rozszerzoną 50/60 ml?

Odp: tak dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SWZ

pakiet 15, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

pakiet 15, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę , liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

pakiet 29

czy zamawiający wymaga opakowanie papier - folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga TS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

Odp: Tak jak w SWZ.

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

pakiet 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

pakiet 45

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 22 ± 2 μm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m² ; minimalna chłonność 160 g/m² ; grubość folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odp: Zamawiający dopuszcza długość rolki do 55m maksymalnie, czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

pakiet 47

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę , liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1 opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

czy zamawiający dopuści kolor czerwony i niebieski?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

pakiet

czy zamawiający dopuści pokrywkę?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

53

Grupa VIII

PAKIET NR 1

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody, powinny posiadać średnicę ok. 45mm oraz stały hydrożel, co zapewnia wypełnienie warunków użytkowych, opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „odporne na zamoczenia (podczas mycia pacjenta)”, powinien znaleźć odzwierciedlenie w potwierdzeniu testem w okresie min. 72h, potwierdzonym przez producenta oferowanych elektrod, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody, aby wypełnić wymóg siwz cyt. „stosowane przy długotrwałym monitorowaniu pacjenta na OIT - kilka dni”, powinny charakteryzować się odpornością na odklejenie na poziomie min. 19N, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: jak w SWZ

PAKIET NR 28

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do infuzji do podawania cytostatyków bursztynowe - powinny z racji bezpieczeństwa ich użytkowania - posiadać filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający wyciekaniu płynu podczas jego wypełnienia oraz odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994 % oraz wirusów (VFE) min. 99,9996 %, (potwierdzonych przez niezależne laboratorium), a tym samym ograniczający i chroniący personel oraz środowisko przed kontaktem z cytostatykami.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przyrządy do infuzji do podawania cytostatyków bursztynowe, pakowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, w tym PN-EN ISO 15223-1:2021 „Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach - Część 1: Wymagania ogólne”, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

PAKIET NR 58

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do infuzji do podawania cytostatyków bez ftalanów (białe) - powinny z racji bezpieczeństwa ich użytkowania - posiadać filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający wyciekaniu płynu podczas jego wypełnienia oraz odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,999994 % oraz wirusów (VFE) min. 99,9996 %, (potwierdzonych przez niezależne laboratorium), a tym samym ograniczający i chroniący personel oraz środowisko przed kontaktem z cytostatykami.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na przyrządy do infuzji do podawania cytostatyków bez ftalanów (białe), pakowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, w tym PN-EN ISO 15223-1:2021 „Wyroby medyczne - Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach - Część 1: Wymagania ogólne”, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

PAKIET NR 64

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne do opisanych w siwz cewniki/dreny Thorax w rozmiarze CH 16 x 25cm lub CH 18 x 40cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz - światowego lidera w ich produkcji firmy Covidien/Medtronic/Cardinal-Health.

Odp: Tak jak w SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z znacznikiem/kontrastem RTG”, oznacza wymóg zaoferowania cewników/drenów, posiadających znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych oraz znacznik RTG wzdłuż całego drenu, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający ,że chodzi o znaczniki rtg wzdłuż całego drenu co umożliwi określenie położenie drenu

3. Prosimy o potwierdzenie, iż cewniki/dreny Thorax, powinny ze względu na szczególny charakter ich zastosowania być pakowane w sztywne opakowania typu tubus, zapewniające ich pełne bezpieczeństwo w trakcie użytkowania, przechowywania i transportu, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

4. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki/dreny Thorax, powinny posiadać kolorystyczne oznaczenie rozmiaru zgodne z ISO, np. na uchwycie trokaru, co ułatwia identyfikację ich rozmiaru, także w sytuacjach nagłych, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

PAKIET NR 90

Poz. 2

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. „z wkładem hydrofobowym”, należy rozumieć jako konieczność zaoferowania filtrów z wydzielonym celulozowym, hydrofobowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz ?

Odp: wg SWZ

2. Prosimy o dopuszczenie do składania na filtry oddechowe antybakteryjne - antywirusowe z dojściem do kapnografii, z wkładem hydrofobowym o wadze 28g, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry oddechowe antybakteryjne - antywirusowe z dojściem do kapnografii, z wkładem hydrofobowym, poza wymaganą w siwz skutecznością filtracji wirusowej i bakteryjnej >99,99%, powinna posiadać także skuteczność filtracji dla NaCl na poziomie min. 94,7%, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

PAKIET NR 99

Poz. 1, 2, 3, 4

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki/katetry typu Thorax, powinny posiadać znaczniki RTG, określające położenie otworów drenażowych oraz znacznik RTG wzdłuż całego drenu, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika/kateteru w każdych warunkach klinicznych, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: wg SWZ

Poz. 1a, 2a, 3a, 4a

1. Prosimy o uznanie zapisów dotyczących rozmiaru łącznika kompatybilnego z rozmiarem nr 24 we wszystkich pozycjach za błąd pisarski (skopiowanie poz. 1a) oraz dokonanie stosownej korekty opz.

Odp: istotnie błąd pisarski łącznik adekwatny do rozmiaru drenu

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na uniwersalne łączniki do cewników/kateterów Thorax z przedłużeniem z lateksu w kształcie litery Y do dwóch cewników piersiowych.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na uniwersalne łączniki do cewników/kateterów Thorax tzw. trójniki z trzema uniwersalnymi, gładkimi łącznikami o zmiennej średnicy.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 100

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy odsysania z drzewa oskrzelowego, powinny posiadać jednoelementową, samodomykającą się zastawkę komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, uaktywnianą automatycznie włączeniem podciśnienia (bez żadnych dodatkowych manipulacji) oraz dodatkową zastawkę typu peep, oczyszczającą cewnik w komorze płuczącej, które to elementy zapewniają możliwość, wielogodzinnego, bezpiecznego użytkowania wymaganego w siwz (min. 48 godz.) - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy odsysania z drzewa oskrzelowego, powinny być sterylne (R), pakowane w komplecie wszystkie wymagane elementy, w wygodne do użycia opakowania klasy medycznej, zgodne zobowiązującymi normami.

Odp: Tak wymaga

PAKIET NR 107

Poz. 1

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest 30 szt. czy 30 par elektrod do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora ?

Zwracamy uwagę, iż elektrody tego typu są zawsze pakowane i użytkowane do czynności terapeutycznych wskazanych w siwz - parami.

Odp: Zamawiający wyjaśnia, chodzi o 30sztuk czyli 15 par,

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody - tak jak oryginalne elektrody do defibrylatora Lifepack 12 lub im równoważne - powinny posiadać powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody 102cm² /dla dorosłych/ oraz zintegrowane odprowadzenie o długości 117cm oraz powinny gwarantować pełną zgodność z normą ANSI/AAMI DF80:2003 nawet po długotrwałej stymulacji zewnętrznej - przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane elektrody - tak jak oryginalne elektrody do defibrylatora Lifepack 12 lub im równoważne - powinny posiadać opatentowaną technikę gradientową nanoszenia Ag/AgCl oraz owalny kształt, pozwalające na bardziej równomierny rozkład prądu przepływającego przez elektrodę podczas wykonywania procedur opisanych w siwz, a tym samym zmniejszając ryzyko uszkodzenia skóry i zwiększając skuteczność, prawidłowość i bezpieczeństwo wykonywanych procedur opisanych w siwz.

Odp: Tak.

PAKIET NR 111

Poz. 1-3

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedell to rurki jednoelementowe, zabezpieczające przed powikłaniami związanymi z użytkowaniem rurek dwuelementowych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp: pakiet 111 dotyczy szczotek do zębów. Odpowiedź dotyczy pakietu nr 113 Zamawiający potwierdza ,ze są to rurki jednoelementowe.

PAKIET NR 30

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wielofunkcyjne zawory dostępu naczyniowego powinny posiadać maksymalną prędkość przepływu do 10ml/s, przy maksymalnym ciśnieniu 325 psi lub równoważnym, przy zachowaniu małej objętości wypełnienia (maksymalnie do 0,08ml), co umożliwi także ich wykorzystanie do procedur wysokociśnieniowych, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wielofunkcyjne zawory dostępu naczyniowego powinny być pozbawione PCV, ftalanów DEHP, metalu i lateksu, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp:Zamawiającywymaga bez ftalanów, lateksu i DEHP.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wielofunkcyjne zawory dostępu naczyniowego powinny zapewniać pełną jałowość do momentu ich podłączenia, już po wyjęciu z opakowania jednostkowego, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: Tak,

PAKIET NR 32

Poz. 1

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane urządzenia typu ChemoAid - powinny - tak jak oryginalne urządzenia ChemoAid firmy Baxter - posiadać objętość napełniania wstępnego: 0,3ml oraz długość: 6,3cm, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: wg SWZ

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane urządzenia typu ChemoAid - powinny - tak jak oryginalne urządzenia ChemoAid firmy Baxter - posiadać zawory Ceralink chemicznie i mechanicznie kompatybilne z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2 roztworem chlorheksydyny, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: jak w SWZ

5. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane urządzenia typu ChemoAid - powinny - tak jak oryginalne urządzenia ChemoAid firmy Baxter - posiadać zgodnie z opisem siwz cyt. „osłonięty hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający” o wielkości porów 0,2 mikrona, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp: jak SWZ

Grupa IX

Cz. IX pkt 12a SWZ

1)Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy „zachowanie wersji pierwotnej załącznika nr 1, czyli wszystkich zadań” dotyczy tylko wersji edytowalnej? Czy formularz asortymentowo-cenowy w wersji PDF podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym może obejmować tylko te pakiety na które wykonawca składa ofertę?

Odp: Wykonawcy składają ofertę tylko na wybrane przez siebie pakiety (wersja edytowalna to kopia złożonej oferty zał. nr 1 musi być taka sama jak oferta czyki na wybrane pakiety)

2) Cz. XIV SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

3) § 5 ust. 9-10 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Czy Zamawiający uzna fakturę jako poprawnie dostarczoną, jeżeli zostanie ona wysłana wraz z towarem lub będzie to faktura w formie PDF wysłana na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

4) § 6 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy zapisy w § 6 wzoru umowy nie są powielone i powtórzone z § 5?

Odp: Tak, paragraf 6 do wykreślenia

5) § 7 ust. 1 pkt b) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienia od naliczania ww. kar.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

6) § 7 ust. 1 pkt d) wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

7) § 8 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy:

„Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

8) § 13 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ww. zapis umowy nie dotyczy dostaw na asortyment jednorazowego użytku.

Odp: Zamawiający potwierdza

9) Pakiet 11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy do pakietu nr 11 wymagane są próbki, jeżeli tak to w jakich ilościach. Formularz cenowy nie zawiera takiej informacji.

Odp: Tak wymagane są. 2 sztuki

10) Pakiet 10

Prosimy o dopuszczenie igieł w rozmiarach 0,5 oraz 1,2 o ścianach grubość regular – pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp: wg SWZ

11) Pakiet 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2x40mm, polerowanej elektronicznie ściętej pod kątem 40° pozwala ograniczyć ryzyko wycięcia fragmentu korka w przypadku fiolek wielodawkowych?

Odp: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

12) Pakiet 17

Czy Zamawiający pisząc podwójny mechanizm blokady oczekuje igły posiadającej oprócz zabezpieczenia ostrza technologią umożliwiającą pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer (zatrask wewnątrz nasadki igły).

Odp: Zamawiający dopuszcza.

13) Pakiet 28

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod zapisem ”dokładnie oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania leków cytostatycznych)”.

Odp: Zamawiający wymaga takiego oznaczenia na opakowaniu

14) Pakiet 29

Czy pod pojęciem „oznaczony na opakowaniu rodzaj aparatu (aparat przeznaczony do podawania krwi i preparatów krwi),” Zamawiający rozumie opisanie opakowania w kolorze czerwonym?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

15) Pakiet 30

Czy Zamawiający oczekuje zaworu pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć, obudowa przezroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, dostępny także w wersji tętnicznej z czerwoną obudową wg potrzeb zamawiającego?

Odp: tak

16) Pakiet 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike. Z kolcem o długości całkowitej 6.4 cm; długość igły 1,8cm, objętość wypełnienia 0,1ml, z odpowiedzeniem z filtrem hydrofobowym 0,2um. Pakowany jałowo, indywidualnie. Niezawierający DEHP, PCV, lateksu. Apirogenny?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

17) Pakiet 33

Prosimy o dopuszczenie strzykawki z logo na opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

18) Pakiet 40

Czy Zamawiający oczekuje Przyrządu do infuzji w opakowaniu papier folia?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Grupa X

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Igła iniekcyjna ze stali nierdzewnej pokryta powłoką silikonową, wyraźne rozróżnienie kolorystyczne średnicy igieł, zgodnie z normą ISO 6009. Pakowana w papier folia. Przezroczysta nasadka igły wykonana z polipropylenu ułatwia wizualizację przepływu i potwierdzenie prawidłowości wkłucia.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania igieł wykonanych ze stali nierdzewnej zgodnie ze standardem SUS 304, równoważnym do (AISI 304) , co zapewni ostrość igieł i wysoki wskaźnik penetracji

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką , nasadka igły integralnie połączona z osłoną bez możliwości odłączenia, ostrze zorientowane w kierunku osłony zabezpieczającej, ramię osłony zabezpieczającej jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym , ramię ruchome w zakresie 180° , które nie zasłania miejsca iniekcji. Opakowanie jednostkowe z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne).Sterylizowane tlenkiem etylenu, opakowanie 100 szt.

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy igły bezpieczne mają być wyposażone w jednoelementowe ramię ruchome w zakresie 180° , które nie zasłania miejsca iniekcji. Ramię w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, co ułatwia wybór rozmiaru igły

Odp: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem z końcem „J” 11Ch/Fr i 14Ch/F o długości 45 cm, jednodrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 12Ch/Fr i 15Ch/F rozrywalny 12cm, silikonowa tulejka mocująca, zacisk Pakowane po 5 sztuk, sterylne.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pakiet 28

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatraskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się krwi do drenu. Dren z poliuretanu. Objętość wypełnienia 11,6 ml. Przyrząd nie zawiera DEHP.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 30

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Strzykawka 3-częściowa , jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, skalowanie 0,2 ml, logo producenta na cylindrze, sterylne, opakowanie jednostkowe strzykawki z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia (optyczne i wyczuwalne),jednorazowego użytku ,kompatybilność z lekami cytostatycznymi potwierdzona oświadczeniem producenta, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt.

Odp: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi parametrami z SWZ.

Pakiet 34

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowanie jednostkowe strzykawki ma mieć wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia (optyczne i wyczuwalne),co ułatwia bezpieczne i aseptyczne otwarcie strzykawki zawsze od strony tłoka

Odp: Tak jak w SWZ.

Pakiet 51

Prosimy o dopuszczenie biologicznie czystych cewników do podawania tlenu przez nos, pozostałe parametry jak w siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 59

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. (z drenem 150cm)

Odp: Dopuszcza, pozostałe wg SWZ.

Pakiet 75

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podwójnego magnetycznego licznika igieł, składającego się z dwóch części, na zewnątrz dwie taśmy przyklepne do mocowania pudełka, pojemność 10x10 szt.

Odp: wg SWZ

Pakiet 95

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania:

Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 100

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. Jednocześnie prosimy zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego adaptera kąтового do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheotomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 102

Prosimy o dopuszczenie maski tlenowej dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze, pozostałe parametry jak w siwz

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 103

Prosimy o dopuszczenie nebulizatora z maską dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze, pozostałe parametry jak w siwz

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 108

Prosimy o dopuszczenie przewodnic do rurek intubacyjnych w rozmiarach:

- 6 o długości całkowitej 305 mm i średnicy 2.0 mm
- 10 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 3.3 mm
- 12 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.0 mm
- 14 o długości całkowitej 384 mm i średnicy 4.7 mm

Pozostałe parametry jak w siwz.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 110

Prosimy o sprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu, ma pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odp: Tak jak w SWZ.

Grupa XI

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w co najmniej 70%.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Wykonawca rozpatrzy reklamacje ilościowe w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca dokonuje wymiany towaru na towar Wolny od wad zgodny z zamówieniem, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie niedostarczenia partii towaru przez Wykonawcę w umówionym terminie lub w ilości mniejszej niż zamówiona, Zamawiający może zakupić te towary od innego podmiotu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wykonawca pokrywa różnicę między ceną jednostkową towaru zakupionego u innego Wykonawcy, a ceną jednostkową towaru określoną w załączniku nr 1 do umowy. W razie dostawy dokonanej za pośrednictwem przewoźników(np. poczta, itp.) Wykonawca oznacza fakturę numerem niniejszej umowy i dołącza ją do paczki.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Maksymalne kary umowne naliczone Wykonawcy w związku z umową nie mogą przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy brutto w danym pakiecie.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„realizuje dostawę dotyczącą przedmiotu zamówienia niezgodnie z obowiązującymi przepisami, lub w rażąco sposób narusza postanowienia umowy tj. stwierdzonych co najmniej 3 przypadków niewywiązywania się Wykonawcy z umowy (nierealizowania zamówień w terminie, reklamacji dostarczonego asortymentu itp.), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy,”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody podmiotu, który utworzył Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.kwietnia 2011roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 roku, poz. 295.). Czynność prawna dokonana z naruszeniem w/w postanowień jest nieważna. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 109

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 i 2 szczotek cytologicznych o śr. osłonki 1,8 mm (zamiast 3,0 mm i 5,0 mm) i dł. 120 cm.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Grupa XII

Zamawiający w Pakiecie nr 90, poz. 1 wymaga:

1	Filtr oddechowy do respiratora mechaniczno- elektrostatyczny z portem do kapnografii, z filtrem HEPA- filtr oddechowy do respiratora z ochroną bakteryjno-wirusową,, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci z oznaczonym kierunkiem podłączenia, zatyczka na porcie kapno luer – look elastyczna dobrze przylegająca uniemożliwiająca przedeki w układzie oddechowym, skuteczność filtracji bakterii i wirusów minimum 99,99%, skuteczność nawilżania min. 34mg/l H2O potwierdzone w dokumentacji, czas działania do 24 godzin, sterylne, dla dorosłych, opakowanie sterylne, pojedyncze
---	---

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 90, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra:

Filtr oddechowy mechaniczny HEPA z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME dla dorosłych, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 90, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra:

Filtr oddechowy, elektrostatyczny (elektrostatyczno-mechaniczny) HME, bez HEPA, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 90, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra:

Filtr oddechowy do respiratora elektrostatyczno-mechaniczny, typ filtracji elektrostatyczny z portem do kapnografii filtr oddechowy do respiratora z ochroną bakteryjno-wirusową,, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci z oznaczonym kierunkiem podłączenia, zatyczka na porcie kapno luer – look elastyczna dobrze przylegająca uniemożliwiająca przecieki w układzie oddechowym, skuteczność filtracji bakterii i wirusów minimum 99,99%, skuteczność nawilżania min. 34mg/l H2O potwierdzone w dokumentacji, czas działania do 24 godzin, sterylne, dla dorosłych, opakowanie sterylne, pojedyncze?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Zamawiający w Pakiecie nr 112, poz. 1 wymaga

1	Obwód oddechowy anestetyczny do respiratora BENET 840, o gładkim świetle przeznaczony dla dorosłych złącza od respiratora giętkie, trójnik 22M/15F rozłączalny z portami i zatyczka, ramiona dł. 180cm, sterylne.
---	---

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 112, poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie na zaoferowanie anestetycznego obwodu oddechowego karbowanego lub rozciągliwego - rury karbowane wewnątrz, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Grupa XIII

Pakiet Nr 94 zestaw do ciągłego znieczulenia nadoponowego 18G

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do ciągłego znieczulenia nadoponowego w składzie: kaniula nadoponowa szlif Tuohy 18 G, cewnik 20G x 0,85 ; złączka do cewników, filtr z systemem mocowania do skóry pacjenta niskooporowa strzykawka 10 ml L.O.R z kryzą ograniczającą wysuwanie się tłoka bezłateksowa, igła do znieczuleń 0,5x16 mm, dodatkowo: igła do podawania leków 0,8x 40mm strzykawka 3 ml , 10 ml oraz 20 ml luer lock ?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Grupa XIV

dotyczy PAKIET NR 82

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane rurki mają posiadać czarny znacznik nad mankietem, ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy w postaci jednego szerokiego pierścienia idącego wokół całego obwodu rurki.

Odp: Tak jak w SWZ.

dotyczy PAKIET NR 83

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowane rurki mają posiadać czarny znacznik nad mankietem, ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy w postaci jednego szerokiego pierścienia idącego wokół całego obwodu rurki.

Odp: Tak jak w SWZ.

dotyczy PAKIET NR 85

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek tracheostomijnych do długotrwałej wentylacji z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej o znacznie wyższej jakości, bowiem otwór znajduje się tuż nad niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym mankietem (w odległości max 2mm) od mankieta, co sprawia, że niepożądana treść odsysana jest z odpowiednio wyższą efektywnością, dren oraz port do odsysania są kodowane kolorem żółtym, co redukuje prawdopodobieństwo pomyłki, rurka wykonana z termoplastycznego PCV wygięta zgodnie z anatomią pod kątem 98stopni posiada cienkościenny mankiet wklejony lekko do środka, łącznik 15mm obrotowy redukujący ewentualną siłę skrętną od układu oddechowego, cienki elastyczny kołnierz ułatwia skuteczną pielęgnację stomii, posiada atraumatyczną końcówkę, pakowana indywidualnie, opakowanie sztywne typu blister. Rurka oferowana w rozmiarach zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

dotyczy PAKIET NR 87

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek tracheostomijnych do długotrwałej wentylacji z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej o znacznie wyższej jakości, bowiem otwór znajduje się tuż nad niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym mankietem (w odległości max 2mm) od mankieta, co sprawia, że niepożądana treść odsysana jest z odpowiednio wyższą efektywnością, dren oraz port do odsysania są kodowane kolorem żółtym, co redukuje prawdopodobieństwo pomyłki, rurka wykonana z termoplastycznego PCV wygięta zgodnie z anatomią pod kątem 98stopni posiada cienkościenny mankiet wklejony lekko do środka, łącznik 15mm obrotowy redukujący ewentualną siłę skrętną od układu oddechowego, cienki elastyczny kołnierz ułatwia skuteczną pielęgnację stomii, posiada atraumatyczną końcówkę, pakowana indywidualnie, opakowanie sztywne typu blister. Rurka oferowana w rozmiarach zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

dotyczy PAKIET NR 88 poz.1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek spełniających siwz w rozm. 7, 8.5, 10, 11.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy PAKIET NR 89

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, łączników o zakresie kompresji 9-15cm przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz.

Odp: W SWZ jest od 6-15. Zakres od 9-15 mieści się wymogach SWZ.

dotyczy PAKIET NR 90 poz.1

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry mechaniczne HEPA 13, tj. najwyższej klasy filtrów medycznych.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania filtrów mechanicznych HEPA 13, wiodącego producenta, dotychczas stosowanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować filtry walidowane względem prątków gruźlicy, HIV i wzw C.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania filtrów elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wiodącego producenta, dotychczas stosowanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy PAKIET NR 90 poz.3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania filtrów, wiodącego producenta, z portem, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy PAKIET NR 90 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania sztucznego nosa posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką, umożliwiającą odsysanie bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej – zamiast klapki.

Odp: Zamawiający dopuszcza .

DOTYCZY PAKIET NR 93

prosimy o potwierdzenie, że należy zaferować cewniki z powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą zgodną z międzynarodowymi zaleceniami CDC.

Odp: Zamawiający potwierdza ,ze chodzi o taki cewnik centralny.

DOTYCZY PAKIET NR 108

Prosimy o dopuszczenie przewodnic o długości 366mm. pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

DOTYCZY PAKIET NR 112

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania obwodów niesterylnych, jak w przypadku martwych przestrzeni. pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy PAKIET NR 82

Prosimy o potwierdzenie, że zaferowane rurki mają posiadać czarny znacznik nad mankietem, ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy w postaci jednego szerokiego pierścienia idącego wokół całego obwodu rurki.

Odp: Tak jak w SWZ.

dotyczy PAKIET NR 83

Prosimy o potwierdzenie, że zaferowane rurki mają posiadać czarny znacznik nad mankietem, ułatwiający prawidłowe umieszczenie w tchawicy w postaci jednego szerokiego pierścienia idącego wokół całego obwodu rurki.

Odp: dopuszcza nie wymaga

dotyczy PAKIET NR 85

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek tracheostomijnych do długotrwałej wentylacji z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej o znacznie wyższej jakości, bowiem otwór znajduje się tuż nad niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym mankietem (w odległości max 2mm) od mankieta, co sprawia, że niepożądana treść odsysana jest z odpowiednio wyższą efektywnością, dren oraz port do odsysania są kodowane kolorem żółtym, co redukuje prawdopodobieństwo pomyłki, rurka wykonana z termoplastycznego PCV wygięta zgodnie z anatomią pod kątem 98stopni posiada cienkościenny mankiet wklejony lekko do środka, łącznik 15mm obrotowy redukujący ewentualną siłę skrętną od układu oddechowego, cienki elastyczny kołnierz ułatwia skuteczną pielęgnację stomii, posiada atraumatyczną końcówkę, pakowana

indywidualnie, opakowanie sztywne typu blister. Rurka oferowana w rozmiarach zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

dotyczy PAKIET NR 87

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, rurek tracheostomijnych do długotrwałej wentylacji z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej o znacznie wyższej jakości, bowiem otwór znajduje się tuż nad niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym mankietem (w odległości max 2mm) od mankieta, co sprawia, że niepożądana treść odsysana jest z odpowiednio wyższą efektywnością, dren oraz port do odsysania są kodowane kolorem żółtym, co redukuje prawdopodobieństwo pomyłki, rurka wykonana z termoplastycznego PCV wygięta zgodnie z anatomią pod kątem 98stopni posiada cienkościenny mankiet wklejony lekko do środka, łącznik 15mm obrotowy redukujący ewentualną siłę skrętną od układu oddechowego, cienki elastyczny kołnierz ułatwia skuteczną pielęgnację stomii, posiada atraumatyczną końcówkę, pakowana indywidualnie, opakowanie sztywne typu blister. Rurka oferowana w rozmiarach zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

dotyczy PAKIET NR 88 poz.1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek spełniających siwz w rozm. 7, 8,5, 10, 11.

Odp: wg SWZ

dotyczy PAKIET NR 89

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania, w miejsce istniejących wymogów siwz, łączników o zakresie kompresji 9-15cm przy zachowaniu pozostałych parametrów siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

dotyczy PAKIET NR 90 poz.1

1. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry mechaniczne HEPA 13, tj. najwyższej klasy filtrów medycznych.

Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

2. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów mechanicznych HEPA 13, wiodącego producenta, dotychczas stosowanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

3. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować filtry walidowane względem prątków gruźlicy , HIV i wzw C.

Odp: wynika to z opisu przedmiotu zamówienia, w którym to ujęto 99,99% zatrzymywania mikroorganizmów

4. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów elektrostatycznych z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wiodącego producenta, dotychczas stosowanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

dotyczy PAKIET NR 90 poz.3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania filtrów, wiodącego producenta, z portem, bez dodatkowego oznakowania kierunku podłączenia. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: : Zamawiający dopuszcza nie wymaga

dotyczy PAKIET NR 90 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania sztucznego nosa posiadający port do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką, umożliwiającą odsysanie bez potrzeby rozłączania produktu od rurki dotchawiczej – zamiast klapki.

Odp: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

DOTYCZY PAKIET NR 93

prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować cewniki z powłoką antybakteryjną i antygrzybiczą zgodną z międzynarodowymi zaleceniami CDC.

Odp: Zamawiający dopuszcza

DOTYCZY PAKIET NR 108

Prosimy o dopuszczenie przewodnic o długości 366mm. pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Zamawiający dopuszcza

DOTYCZY PAKIET NR 112

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania obwodów niesterylnych, jak w przypadku martwych przestrzeni.

pozostałe zgodnie z siwz.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

. Czy Zamawiający w zad. 12, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zestaw do drenażu klatki piersiowej Pluer-evac znanego amerykańskiego producenta, posiadający komorę zbior. 2,5 l. ze skalą pediatriczną od 0 do 100 ml co 1 ml, od 100 do 200 co 2 ml, wydzieloną komorą zastawki podwodnej, wydzieloną mechaniczną komorą regulacji podciśnienia, z możliwością nastawienia siły ssania w zakresie od 10 do 40 mm H₂O za pomocą mechanicznego pokrętki; możliwością regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu; automatyczną zastawką zabezpieczającą przed wzrostem ciśnienia w drenowanych jamach w kierunku dodatnim; automatycznym odbarczaniem wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej z dodatkową zastawką manualną (dzięki zastosowaniu automatycznych zastawek, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej komory manometrycznej do monitorowania ciśnienia gdyż jest ono regulowane w pełni automatycznie i w tej sytuacji zestaw jest zestawem konstrukcyjnie 4 komorowym); port bezigłowy do komory zastawki podwodnej, drugi port bezigłowy na drenie do pobierania próbek; optyczny wskaźnik poprawnego działania źródła ssania; komorami zawierającymi barwnik umożliwiające łatwy odczyt poziomów płynów; wyposażony w przycisk do wyrównania ciśnienia z filtrem przeciwwskażeniowym; wyposażony w miernik przecieku dopłucnowego; drenaż pracujący bezgłośnie; w całości z półprzezroczystymi z samouszczelniającymi się drenami z antyzłamanowym zabezpieczeniem z wysuwaną podstawką i haczykami do powieszenia; sterylne pakowane w folię i w podwójny papier?

Odp: Zamawiający w pakiecie 12 ma inny asortyment

2. Czy Zamawiający w zad. 59, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej. W skład zestawu wchodzi: worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyreflukcyjną i obsługiwaną jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnej; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora wyposażona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylne. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odp: wg SWZ

Dotyczy pakiet 92

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować zgodnie z swz.

Odp: Tak jak w SWZ.

Grupa XV

Dotyczy pakietu 84

1. Czy Zamawiający dopuści rurki dooskrzelowe z znacznikami Rtg na końcu dalszym, ponad mankietem oskrzelowym i przy ujściu do tchawicy wspomagają zakładanie rurki i weryfikację jej położenia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu 90

2. Czy Zamawiający dopuści:

W pozycji 1:

Filtr oddechowy mechaniczny przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, skuteczność filtracji min 99,9999% z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylne, pakowane folia- papier, z portem kapno, hydrofobowa mechaniczna warstwa, filtrująca, w kształcie harmonijki, zapobiegająca gromadzeniu się wody w rurach układu oddechowego. Wydajność nawilżania minimum 34mg/L przy aVt 250ml opory przepływu 0,8cm²/H₂O przy 30l/min Przestrzeń martwa 90-96ml, waga 53g, Skuteczność filtracyjna wzgl. NaCl- ≥ 99,764 %

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

W pozycji 2:

Filtr antybakteryjno wirusowy sterylny dla dorosłych z wyraźnie wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i elektrostatyczną warstwą filtrującą. Skuteczność filtracji min. 99,999%, objętość martwa 51ml, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy Vt 500 ml, utrata wilgotności 6 mg H₂O/l przy Vt 500ml, waga 28 g, port kapno, Skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,623 %?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Dot. Umowy

3. § 5.ust. 8 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby na fakturze znajdowała się informacja o „nr seryjnym wyrobu oraz dacie ważności dostarczonego wyrobu”?

Uzasadnienie: Faktury generowane są automatycznie przez system i posiadają zunifikowany wzór, w związku z tym, wszelkie dodatkowe wymogi i modyfikacje utrudniają proces ich wysyłki. Numer seryjny produktu oraz jego data ważności znajdują się bezpośrednio na dostarczonym produkcie.

Odp: Zamawiający wyjaśnia, że z treści zapisu we wzorze umowy wynika ,ze jedynie zaleca się we wzorze umowy (wpisuje Wykonawca jeśli jego system fakturowania ma takie możliwości).

4. § 7.ust. 1b) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% i modyfikację postanowienia umownego na:

„za dostarczenie partii towaru, o którym mowa w §3 ust. 1 i ust. 3 niezgodnie z wielkością zamówienia w wysokości 5% wartości brutto partii towarów określonej zamówieniem”

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Grupa XVI

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii.

Pakiet 83. Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone jak w opisie ale ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch pełnych pierścieni?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pakiet 84.

1. Czy Zamawiający wymaga aby rurki dooskrzelowe w pozycji od 1 - do 8 były wykonane z termoplastycznego PVC silikonowane bez ftalanów?

Odp: tak wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga aby rurki dooskrzelowe w pozycji od 1 - do 8 posiadały znaczniki rtg na całej długości oraz dodatkowo znaczniki pod mankietem oskrzelowym i mankietem tchawiczym w celu identyfikacji położenia rurki?

Odp: Tak jak w SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga aby rurki dooskrzelowe w pozycji od 1 - do 8 posiadały oznaczenie rozmiaru rurki na balonikach kontrolnych?

Odp: Tak jak w SWZ.

Pakiet 88. Czy Zamawiający oczekuje rurek tracheostomijnych z wymiennym wkładem bez mankietu, w wersji z otworami fenestracyjnymi oraz bez otworów fenestracyjnych rozmiar 5,0 dł. 6,2cm; 6,0 dł. 7,0cm; 7,0 dł. 7,2 cm; 8,0 dł. 8,0 cm; 9,0 dł. 8,2 cm; 10,0 dł. 8,4 cm. Wykonane z termoplastycznego PVC, wyposażone w miękki szyld z zaczepem przegubowym, bagnetowe złącza zapobiegające wypadaniu kaniuli. Zaopatrzona w prowadnicę z oliwką dla łatwego wprowadzania. W zestawie trzy kaniule wymienne, miękka opaska mocująca, nasadka kosmetyczna i łącznik 15 mm do samodzielnego założenia na rurkę bez kaniuli?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Grupa XVII

Pytanie 1. Dotyczy pakietu 102

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek do tlenoterapii do średniej koncentracji tlenu dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 4. Dotyczy pakietu 103

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem dla dorosłych, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie 6. Dotyczy pakietu 104

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z nebulizatorem dla dzieci, przeznaczonych do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta do dla dorosłych bez rozdziału na poszczególne rozmiary. Maski posiadają regulację w postaci gumki oraz blaszki nosowej, co świadczy o ich uniwersalności i możliwości dostosowania maski do pacjenta. Wyposażone w dren tlenowy gwiazdkowy (antyżięciowy) o długości 200cm, zakończony uniwersalnymi łącznikami, pojemność nebulizatora 8 ml, dysza Venturiego. Wykonana z medycznego PVC nie zawiera lateksu, ani ftalanów.

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Grupa XVIII

1. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XVIII, punkt 1 – kryterium nr 2 – termin dostawy: Prosimy Zamawiającego o to, aby termin dostaw cząstkowych był liczony w dniach roboczych?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Dotyczy Pakietu 77, poz. 1: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku bronchoskopowej; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?
Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.
3. Dotyczy pakietu 79, poz. 1: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, z igłą lub bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?
Odp: Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).
4. Dotyczy pakietu 79, poz. 2: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, z igłą lub bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?
Odp: Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).
5. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto partii towarów?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody
6. Dotyczy zapisów SWZ, rozdział XVIII, punkt 1 – kryterium nr 2 – termin dostawy: Prosimy Zamawiającego o to, aby termin dostaw cząstkowych był liczony w dniach roboczych?
Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Dotyczy Pakietu 77, poz. 1: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczoteczki cytologicznej jednorazowego użytku bronchoskopowej; maksymalna średnica części roboczej 1,8mm; długość robocza 1150mm; długość szczoteczki 10mm; średnica szczoteczki 2,0mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?
Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.
8. Dotyczy pakietu 79, poz. 1: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, z igłą lub bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?
Odp: Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).
9. Dotyczy pakietu 79, poz. 2: Prosimy o zgodę na zaferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku - łyżeczki owalne z okienkiem; z gładkimi krawędziami, z igłą lub bez igły; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów

biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,9mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm?

Odp: Zamawiający unieważnia postępowanie przed otwarciem ofert. Ten sam asortyment w innym toczącym się postępowaniu. Sprawa BZP.3810.70.2021.KK (termin zadawania pytań do 12.11.2021).

10. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 7, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto partii towarów?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

Grupa XIX

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1,2 wyrazi zgodę na wycenę igły do znieczuleń z profilowanym, gładkim uchwytem? Pozostałe zapisy bez zmian.

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 10 wymaga wyceny produktów jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności?

Odp: Tak jak w SWZ.

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 7, 10, 11, 27, 47 dopuści wycenę opakowań x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odp: Zamawiający nie wskazuje wielkości opakowań w SWZ. Wykonawca podaje cenę za 1 sztukę , liczbę sztuk w opak oraz cenę za 1opakowanie - w formularzu asortymentowo-cenowym.

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 40 poz. 1 dopuści wycenę przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych, komora kropłowa wykonana z PVC, o długości 50mm, w całości wolna od ftalanów. Bez uchwyty na dren oraz standardową nasadką na igłę biorczą, do zastosowania po użyciu. Opakowanie typu folia, sterylne.?

Odp: Tak jak w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza.

Grupa XX

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 25 zgłębnika poliuretanowego Freka Tube FR 12, 120 cm, linear ENFit?

Odp: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

2.Dotyczy § 3 ust. 11 umowy Po Zmianach. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

1.Dotyczy § 5 ustęp 10 umowy Po Zmianach. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawianie i wysyłanie przez wykonawcę faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528) oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody

W związku z odpowiedziami na pytania do SWZ termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na 17.11.2021 roku

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka

