



EZP.26.129.1.2021.AM

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę 8 elektronicznych mierników akustyczno-światlnych do pomiaru stanu zwierciadła wód podziemnych w punktach badawczych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych z zapasowymi bateriami i żarówkami, oznaczenie sprawy: EZP.26.108.2021

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie co oznacza / czego dotyczy liczba "010" zapisana w ofercie: "miernik na bębnie 010" - czy tu chodzi o rozmiar sondy? czy i coś innego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

W występujących na rynku polskim miernikach szeregu firm, produkujących lub dostarczających mierniki dźwiękowo-światłne stanu zwierciadła wód podziemnych, występują różne określenia typu (modelu), w zależności od: długości taśmy mierniczej, rodzaju obudowy, rodzaju taśmy mierniczej, dodatkowego wyposażenia, mierzonych parametrów itp.

Szereg firm stosuje określenie typ (model) 010, pod którym to określeniem rozumiany jest rodzaj obudowy bębna, na którym nawinięta jest taśma miernicza. W rozumieniu niniejszego zapytania ofertowego typ 010 oznacza miernik, w którym bęben z nawiniętą taśmą mierniczą odpowiedniej długości obudowany jest trójkątną ramą wsporczą. Zamawiający wyklucza dostawę miernika tylko na bębnie, bez ramy wsporczej.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek