



WSzSL.FZ.381./36/24/ 370/2024r.

Legnica 08.07.2024 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO**

znak sprawy: WSzSL/FZ-36/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Dotyczy Część 2- APARATY DO EKG

Pytanie 1 - Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w następujące prędkości zapisu EKG: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s oraz posiadający poniższe filtry:

- filtr sieciowy AC: 50Hz/60Hz/wyłączony,
- filtr izolinii: 0.01Hz/0.05Hz/0.3Hz/0.6Hz/wyłączony,
- filtr EMG z zintegrowanym filtrem dolnoprzepustowym:
25Hz/35Hz/45Hz/75Hz/100Hz/150Hz/250Hz/350Hz/wyłączony.

Są to parametry spełniające potrzeby badania pacjentów w różnym wieku i zapewniające wysoką jakość diagnostyczną.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch