



Warszawa, dnia 04.10.2023 r.

Numer postępowania: IMOL/ZP/13/2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Sprzedż i dostarczenie urządzeń do elektroforezy i elektrotransferu**”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wniosek nr 1:

Dotyczy załącznika 1b

Pozycji 1

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z tacką nie posiadającą strzałek wskazujących kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz bez linijki fluoryzującej w świetle UV?
2. Czy Zamawiający dopuści zamiast grzebienia 15 -zębowego , grzebień 16 zębowy?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie dopuści urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

Wniosek nr 2:

Dotyczy załącznika 1b

Pozycja 2

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z tacką nie posiadającą strzałek wskazujących kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz bez linijki fluoryzującej w świetle UV?
2. Czy Zamawiający dopuści zamiast grzebienia 15 -zębowego , grzebień 16 zębowy?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż nie dopuści urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.



Wniosek nr 3:

Dotyczy załącznika 1b

1. Czy Zamawiający dopuści aparat z tacką nie posiadającą strzałek wskazujących kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz bez liniiki fluoryzującej w świetle UV?
2. Czy Zamawiający dopuści zamiast grzebienia 15 -zębowego , grzebień 16 zębowy?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż nie dopuści urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów
i Maszyn Molekularnych PAN
Radosław Jodzis