

Czarne, 24.02.2023r.
(data)

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
ZAKŁAD KARNY W CZARNEM
UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE
NIP: 8431072221 REGON: 000319925
Tel. 0-59 8330801, Fax 0-59 8332009
E-mail:zk_czarne@sw.gov.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rozbudowa systemu przywołania Meden Opt w pawilonie szpitalnym R1 oraz R2 na terenie Zakładu Karnego w Czarnem, ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne. W skład prac rozbudowy w/w instalacji wchodzi zarówno dostawa urządzeń elektronicznych, montaż, konfiguracja wraz z uruchomieniem.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CPV): 32000000-3

W związku z posiadanym przez Zamawiającego systemem przywołania Meden Opt firmy Meden-Inmed. Zamawiający podaje zamawiane niezbędne elementy, używając nazewnictwa i numerów katalogowych urządzeń ww. firmy. Zamawiający dopuszcza dostawę elementów równoważnych o parametrach nie gorszych od niższych wymienionych tj. o takich samych parametrach technicznych i jakościowych oraz w identycznym stopniu zapewniających kompatybilność oraz jednorodność tego systemu (oraz jego jakość), jak w przypadku produktów tego samego producenta. W przypadku dostawy urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od niższych wymienionych w ofercie elementów należy przewidzieć integrację systemów służących nadzorowi nad bezpieczeństwem, oraz kompatybilność z obecnie zainstalowanymi systemami na terenie Zakładu Karnego w Czarnem. Instalowany system przywołania musi umożliwiać integrację z dotychczas stosowanym systemem przywołania firmy Meden-Inmed. Udowodnienie tej równoważności, tj. pełnej kompatybilności oraz zgodności technicznych parametrów jakościowych jest obowiązkiem Wykonawcy, np. poprzez udokumentowanie tego faktu stosownym certyfikatem od producenta.

Urządzenia należy zamontować w pomieszczeniach wyznaczonych przez zamawiającego (dyżurki oddziałowych w pawilonie R1 oraz R2), przeprowadzić instalację w suficie podwieszanym pomiędzy przyciskiem przywoławczo-kasującym z wyświetlaczem a modułem komunikacyjnym (można wykorzystać istniejącą instalację - w wyznaczonych miejscach były podłączone przyciski typu 29404). **Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy zapoznać się z aktualnym stanem systemu co do ilości urządzeń i możliwości jego rozbudowy (wizja lokalna lub kontakt telefoniczny).**

3. ILOŚĆ DOSTAWY:

3a urządzenia które należy dostarczyć:

- Przycisk przywoławczo-kasujący z wyświetlaczem typ 29404 lub 39404 lub jego zamiennik - 2 sztuki,
- Dodatkowe urządzenia jeśli będą niezbędne w celu uruchomienia dodatkowych przycisków przywoławczo kasujących.

3b Zamawiający w ramach postępowania wymaga wykonania usługi montażu, konfiguracji oraz uruchomienia urządzeń zgodnie z konfiguracją określoną przez zamawiającego.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 25.03.2023r. Pomorska 1, 77-330 Czarne - pawilon R.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z OPISEM DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA (np.: forma i termin płatności, warunki gwarancji, warunki podpisania umowy, dokumenty które należy dołączyć do oferty, sposób udzielania wyjaśnień, informacja na temat zakresu wykluczenia, serwis, zabezpieczenie należytego wykonania umowy itp.):

Faktura VAT, przelew 14 dni, dostawa na koszt oferenta, termin wykonania usługi, umowa.

6. PODSTAWY WYKLUCZENIA: nie spełnienie warunków z pkt.5

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT: Forma elektroniczna na adres e-mail.

8. TERMIN SKŁADANIA OFERT:03.03.2023r.

9. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: e-mail: zbigniew.szyszka@sw.gov.pl

10. KRYTERIA OCENY OFERTY:

a) cena - waga kryterium 100%

b) inne- waga kryterium%

11. OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY

OFERTY:

100% - najniższa cena

12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTA: 30 DNI.

13. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA: Zbigniew Szyszka 59 833 0702

14. ZAŁĄCZNIKI: BRAK

TECHNIK
Działu Informatyki i Łączności
Zakładu Karnego w Czarnem
st. (pod Zbigniew Szyszka)

*- niepotrzebne skreślić

Uwagi: Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych