

Grodzisk Wielkopolski, dnia 17.06.2024 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. Dostawa ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim w ramach zadania Ministerstwa Zdrowia polegającego na dofinansowanie systemu PRM w zakresie zakupu ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla ZRM, nr postępowania SPZOZ.DLA.2300.04.2024

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie 1. Dot. Zestawu transportowego

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy wymaga, aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny w pełni z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789:2021, poświadczony odpowiednim dokumentami tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej.

Pytanie 2. Dot. Zestawy transportowego

Prosimy o jednoznaczne określenie jakiej funkcjonalności oczekuje Zamawiający w pkt. Dotyczącym zestawu transportowego. Czy transportera wyposażonego w system z automatycznie składanymi goleniami przednimi i tylnymi, bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania dźwigni z podtrzymaniem ciężaru całego ciała pacjenta przez goleń tylną w trakcie załadunku pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę? Czy też transportera z automatycznie składanymi goleniami przednimi i manualnie składanymi goleniami tylnymi bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków czy zwalniania

dźwigni oraz funkcją podtrzymania całego ciężaru pacjenta przez goleń tylną pozwalający na bezpieczne wprowadzanie/wyprowadzanie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje transportera z automatycznie składanymi goleniami przednimi i manualnie składanymi goleniami tylnymi bez konieczności wciskania jakiegokolwiek dźwigni lub przycisków.

Pytanie 3. Dot. Parametrów punktowanych „Waga krzeselka z systemem płozowym mniejsza niż 13,5 kg”

Mając na uwadze trudności z jakimi mierzą się Ratownicy Medyczni dotyczące ilości sprzętu oraz ich wagi, którą muszę codziennie w swojej pracy podnosić, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy uzna za parametr równoważny do pkt. 10 :” Waga krzeselka z systemem płozowym mniejsza niż 13,5 kg” funkcję „odpinania systemu płozowego od krzeselka”, która nie tylko zwiększa jego funkcjonalność, ale również zmniejsza jego wagę do 11,2 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna proponowany element za równoważny i przyzna taką samą ilość punktów za sprzęt o proponowanych parametrach.