

D.25C/250/ 134 /2020

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) Prawo Zamówień Publicznych oraz rozdz. XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PROCEDUR ENDOWASKULARNYCH Z ZAKRESU ANGIOLOGII ORAZ TROMBEKTOMII MECHANICZNEJ DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: D25C/251/N/9-11rj/20, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 stentu samorozprężalnego o długości 40-200mm oraz długości systemu dostarczającego 80 i 140cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 cewnika balonowego OTW o długości 20-200mm, długości shaftu 80 i 140cm oraz kompatybilne z koszulką 5F co najmniej w rozmiarach do 6/200mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 introducera udowego o długości 11 cm lub 25 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 introducera promieniowego lub ramiennego o długości 11 cm z igłą oraz przewodnikiem prostym 45 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie introducera o konstrukcji polimerowej ze stalowym zbrojeniem o średnicy wewnętrznej >0,062" dla 4F? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia- zadanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 2 i stworzenie osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnych ofert do nowopowstałych pakietów oraz uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający w zadaniu 1 pozycji 1 dopuści stent samorozprężalny o długości systemu wprowadzającego 75 i 135 cm , kompatybilny z koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów spełniający wszystkie pozostałe kryteria specyfikacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający dopuści w zadaniu 1 pozycji 2 cewnik balonowy o średnicy 3-12 mm, długości 20-200mm , długości systemu wprowadzającego 40/75/135 cm kompatybilny z koszulką 5F (średnice 3-7mm) 6F (średnice 8-10mm) 7F (średnica 12mm)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający w zadaniu 1 pozycji 3 dopuści cewnik wspierający odporny na zginanie i łamanie , dystalny koniec traperowany , posiadający trzy markery RO w odległości 15mm . Marker dystalny w odległości 2mm od końca cewnika . Pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm. Długość cewnika 65/90/135/150 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §4)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zapisy dotyczące przechowywania zawarte są w projekcie umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

11. Zapytanie Wykonawcy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1, 3:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego, **niedostarczonego w terminie**, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej części dostawy**,

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 ust. 1.2 i 1.3 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej części dostawy za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy**,

c) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

d) opóźnień w dostarczeniu dokumentów wymienionych § 4 ust. 15 lub 16 niniejszej umowy w wysokości **50 zł** za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części dostawy, której dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Zapytanie Wykonawcy:

Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć **10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy**.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 8 w pozycji nr 2 cewników dostępu dystalnego o średnicy zewnętrznej 5F i długości 115 cm, 125 cm oraz cewników o średnicy zewnętrznej 6F i długości 115cm, pozostałe parametry bez zmian?

znak: D25C/251/N/9-11rj/20

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 8 w pozycji nr 3 cewników dostępu dystalnego o średnicy zewnętrznej 6F i długości 125 cm i 131 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

15. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pkt 1 wymaga wyspecyfikowania cen poszczególnych długości czy uśrednienia ceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy uśrednić ceny, ale przy uwzględnieniu zamawianych ilości poszczególnych rozmiarów.

16. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający w zadaniu 5 pkt 2 dopuści długości stentów w zakresie od 30 do 170 mm, pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Monika Klause

Załącznik do pytania nr 10

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul
wpisaną do rejestru po numerem
reprezentowaną przez:

.....,
zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

znak: D25C/251/N/9-11rj/20

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.


§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11



znak: D25C/251/N/9-11rj/20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu:.....

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej