



WszSL.FZ.381./13/131 / 2024

Legnica 14.03.2024r.

Do wszystkich zainteresowanych

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY**

znak sprawy WszSL/FZ-13/24

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

dotyczy zał. nr 2A do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Tabela E - Wymagania dotyczące analizatora.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zewnętrznego urządzenia zasilania awaryjnego UPS?

W odpowiedzi na pytanie: Urządzenie ma być w pełni zabezpieczone (również przed utratą danych), jeśli UPS jest konieczny do tego – to tak.

Pytanie nr 2

dotyczy załącznika do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, §4 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur w standardowym formacie drogą elektroniczną?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza taką możliwość i modyfikuje SWZ w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 3

dotyczy załącznika do SWZ, Projektowane postanowienia umowy, §3 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku opatrzenia zamówienia znakiem „PILNE” - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu trzech dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby minimalny termin dostaw w kryterium oceny ofert wynosił 2 dni? Uzasadnienie: 1 dzień dla wielu oferentów jest niemożliwy do dotrzymania ze względu na procedury logistyczne. Terminy 24 godzinne są stosowane przy dostawach leków. Waga kryterium terminu dostawy wynosi aż 40% i jest to bardzo duża ilość pkt w kryterium pozacenowym. Uniemożliwia to dostęp do zamówienia wszystkim zainteresowanym na równych zasadach.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje SWZ.

Pytanie nr 5

Zał. 2A tabela B pkt. 2 oraz §3 ust. 5 pkt. 2. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 6-7 miesięcy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6

Zał. 2A tabela B pkt. 7 oraz §3 ust. 5 pkt. 2. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z minimalnym terminem ważności 4-6 miesięcy?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje SWZ w powyższym zakresie.



Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie paragrafu w umowie:

§ X

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający odpowiednio modyfikuje SWZ.

Pytanie nr 8

Czy w tabeli E Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu komputerowego o min. parametrach: HD -200 GB, z oprogramowaniem systemowym, zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych i UPSem oraz jednym monitorem LCD 20 cali oraz drukarką, co jest zgodne z konfiguracją producenta analizatora?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z zachowaniem pozostałych wymogów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanej Części (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 9

Pytania do Umowy:

§3 ust. 7 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania wymaganych dokumentów, jeśli Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty dostępne dla Zamawiającego całodobowo? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwi obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 10

Pytania do Umowy (dot. części 3 i 4):

§ 2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy, montażu i uruchomienia przedmiotu najmu do 21 dni i modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, dokonać montażu i uruchomienia przedmiotu najmu w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy”? Uzasadnienie: Z uwagi na skomplikowane procedury z tym związane z instalacją aparatu, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych dwóch tygodni do trzech tygodni.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 11

§ 2A ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 1, Wynajmujący zobowiązuje się w ciągu 48 godzin w dni robocze liczone od upływu czasu określonego w ust. 1 dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze, wolne od



wad - umożliwiające wykonywanie badań przy zastosowaniu asortymentu umownego, i zapewni jego prawidłowe działanie pod rygorem naliczenia kary umownej.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie dokonuje korekty omyłki z „Wynajmujący” na „Wykonawca”.

Pytanie nr 12

§ 3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw pilnych do 2 dni roboczych?

W odpowiedzi na pytanie: Nie.

Pytanie nr 13

§ 3 ust. 7 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dostarczane testy muszą posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić poprzez przesłanie, wraz z pierwszą dostawą, stosownych dokumentów pod adres: bakteriologia@szpital.legnica.pl lub poprzez zapewnienie dostępu do biblioteki technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. umożliwiającej do nich wgląd i ich całodobowe pobieranie”? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 14

§ 3 ust. 7 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dostarczane produkty do diagnostyki mikrobiologicznej muszą posiadać certyfikaty kontroli jakości, które należy przesłać Zamawiającemu na jego wezwanie w terminie 3 dni roboczych na adres bakteriologia@szpital.legnica.pl lub udostępnić w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www”? Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 15

§ 3 ust. 7 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „do każdej nowej serii produktu/produktów, równocześnie z dostawą, należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres : bakteriologia@szpital.legnica.pl o ile Wykonawca nie zapewnił stałego dostępu do biblioteki technicznej, o której mowa powyżej”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 16

§ 3 ust. 7 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „metodyki wykonywania testów oraz foldery informacyjne do podłoża i testów oraz karty charakterystyki dla substancji chemicznych niebezpiecznych muszą być sporządzone w języku polskim – należy przesłać je wraz z pierwszą



dostawą w formie elektronicznej na adres : bakteriologia@szpital.legnica.pl lub udostępnić w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem: [www.](http://www.legnica.pl)”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 17

§ 3 ust. 7 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, dostarczone Zamawiającemu w związku z wymogami określonymi w pkt 1-4, podlegające aktualizacji winny być przekazane Zamawiającemu niezwłocznie – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaktualizowania o ile Wykonawca nie zapewnił stałego dostępu do biblioteki technicznej zapewniającej aktualność wszystkich wyżej wymaganych dokumentów”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 18

§ 3A ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujący asortyment (ilości) w terminie 38 godzin w dni robocze od otrzymania zawiadomienia”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ.

Pytanie nr 19

§ 3A ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i skutkować będzie dostawą towaru wolnego od wad w terminie kolejnych 2 dni roboczych. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego towaru.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 20

§ 6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2 ust. 2 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21

§ 6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 1?”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22

Jeśli nie § 6 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „50 zł za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 1?”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

§ 6 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §2A ust. 3.?”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24

§ 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego naruszenia terminu dostaw, o których mowa w §3 ust. 1 przekraczającego trzy dni każdy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy, bądź w przypadku trzykrotnego naruszenia terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 w danym dwunastomiesięcznym okresie



obowiązywania umowy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 6.?”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Pytania do Umowy (dot. Części 1, 2, 5, 6 i 7):

§ 2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw pilnych do 2 dni roboczych?

W odpowiedzi na pytanie: Nie.

Pytanie nr 26

§ 2 ust. 7 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dostarczane testy muszą posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co Wykonawca zobowiązany jest udowodnić poprzez przesłanie, wraz z pierwszą dostawą, stosownych dokumentów pod adres: bakterialogia@szpital.legnica.pl lub poprzez zapewnienie dostępu do biblioteki technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. umożliwiającej do nich wgląd i ich całodobowe pobieranie”?. Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 27

§ 2 ust. 7 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dostarczane produkty do diagnostyki mikrobiologicznej muszą posiadać certyfikaty kontroli jakości, które należy przesłać Zamawiającemu na jego wezwanie w terminie 3 dni roboczych na adres bakterialogia@szpital.legnica.pl lub udostępnić w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www”?. Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca umożliwia obecnie Zamawiającym możliwość nieograniczonego, całodobowego i bezpłatnego dostępu do biblioteki technicznej znajdującej się na stronie internetowej Wykonawcy dzięki, której Zamawiający będzie miał zarówno podgląd jak i możliwość pobrania szeregu dokumentów dotyczących przedmiotu umowy w tym m.in. deklaracji zgodności, certyfikatów kontroli jakości, dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, ŚKJ, ulotek, instrukcji czy zawsze aktualnych kart charakterystyk. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylnie rozpatrzenie pytania.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 28

§ 2 ust. 7 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „do każdej nowej serii produktu/produktów, równocześnie z dostawą, należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres : bakterialogia@szpital.legnica.pl o ile Wykonawca nie zapewnił stałego dostępu do biblioteki technicznej, o której mowa powyżej”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 29

§ 2 ust. 7 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „metodyki wykonywania testów oraz foldery informacyjne do podłoży i testów oraz karty charakterystyki dla substancji chemicznych niebezpiecznych muszą być sporządzone w języku polskim – należy przesłać je wraz z pierwszą



dostawą w formie elektronicznej na adres : bakteriologia@szpital.legnica.pl lub udostępnić w bibliotece technicznej dostępnej pod adresem: www.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 30

§ 2 ust. 7 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, dostarczone Zamawiającemu w związku z wymogami określonymi w pkt 1-4, podlegające aktualizacji winny być przekazane Zamawiającemu niezwłocznie – nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich zaktualizowania o ile Wykonawca nie zapewnił stałego dostępu do biblioteki technicznej zapewniającej aktualność wszystkich wyżej wymaganych dokumentów”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ w powyższym zakresie. Jednocześnie – jeśli Wykonawca składa ofertę z takim rozwiązaniem - winien wskazać adres strony www w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 31

§ 3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujący asortyment (ilości) w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania zawiadomienia”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ.

Pytanie nr 32

§ 3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 3 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i skutkować będzie dostawą towaru wolnego od wad w terminie 48 godzin w dni robocze. Skutek określony w zdaniu poprzedzającym dotyczy również sytuacji, w których Wykonawca nie odebrał reklamowanego towaru.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował SWZ.

Pytanie nr 33

§ 6 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku umownego określonego w §3 ust. 2 i/lub §3 ust. 4 ?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34

§ 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego naruszenia terminu dostaw, o których mowa w §3 ust. 1 przekraczającego trzy dni każdy w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy, bądź w przypadku trzykrotnego naruszenia terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 6.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Uwaga:

1. Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany zapisów SWZ związane z udzielonymi odpowiedziami zostały wprowadzone czerwoną kółką.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy
Anna Płotnicka-Mieloch