



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 19.05.2023r.

SA-381-6/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierzawą aparatów, oraz dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Pakiet 3, poz1 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G o głębokości nakłucia 1,8mm, aktywowany poprzez docisk, w kształcie prostokąta z wcięciami bocznymi?	Nie dopuszcza
2	Pakiet 3, poz2 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G o głębokości nakłucia 2,4mm, aktywowany poprzez docisk, w kształcie prostokąta z wcięciami bocznymi?	Nie dopuszcza
3	Pakiet 3 poz. 1,2 Czy zamawiający dopuści równoważne nakłuwacze: Nakłuwacz bezpieczny Specyfikacja: <ul style="list-style-type: none">• specjalne ostrze, trójplaszczynowe igły ze stali nierdzewnej pokryte silikonem,• prosta intuicyjna obsługa – aktywacja nakłuwacza poprzez dociśnięcie do opuszcza palca,• igły sterylizowane promieniami gamma,• mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia,• produkt sterylny• jednorazowego użytku,• używany do uzyskiwania próbek krwi stosowanych w różnego rodzaju testach diagnostycznych, przede wszystkim w badaniach poziomu glukozy oraz cholesterolu,• produkt opatrzony znakiem CE	Nie dopuszcza
4	Pakiet 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar igły 21G?	Tak, dopuszcza
5	Pakiet 3 poz.2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar igły 25G głębokość nakłucia 1,5 mm?	Nie dopuszcza

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska



System zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698