

Wałbrzych, dnia 05.02.2024r.

DZPZ-530-Zp/90/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa endoprotez pierwotnych, rewizyjnych i resekcyjnych - Zp/90PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1, dot. pakietu nr 3 i 5

Czy Zamawiający zrezygnuję z zapisu o bezpłatnym dostarczeniu napędów akumulatorach /oddzielnie napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich, oddzielnie piła oscylacyjna do pakietu 3 i 5.

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2, dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby jednorazowe ostrza , kompatybilne z zestawem EZout były dostarczane w formie zestawu lotnego?

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3, dot. pakietu nr 1 zadanie 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 (endoprotezy stawu biodrowego I), zadanie 2 lp. 1 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: *Głowa metalowa - średnica 22mm w 3 długościach szyjki, średnica 28mm, 32 mm i 36mm w co najmniej 5 długościach szyjki?*

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dot. pakietu nr 12 poz.2

Czy w pakiecie nr 12 lp. 2 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napyłana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 5, dot. pakietu nr 12 poz.3

Czy w pakiecie nr 12 lp. 3 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napyłana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w

zaśleпки do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm.

Odp. Zamawiając nie dopuszcza. Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6, dot. pakietu nr 13 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 13 lp. 1 (drugi myślnik – trzpień typu Wagnera) dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu:

Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dot. pakietu nr 18 poz.1 ppkt 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18 lp. 1 ppkt 5 dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: *siatki wykonanej z włókna PET o długości 300 mm i średnicy 35 lub 55 mm umożliwiającej doszycie tkanek miękkich?*

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, dot. pakietu nr 20 zadanie 3 poz. 1 lit i)

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 zadanie 3 lp. 1 lit i) (pierwsze) dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: *Trzpienia uniwersalnego udowego i piszczelowego cementowanego o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowego o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm w długości 125 i bezcementowego o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 150, 200, 250 mm.?*

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dot. pakietu nr 20 zadanie 4 poz. 1 lit f)

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 zadanie 4 lp. 1 lit f) dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: *Trzpienia uniwersalnego udowego i piszczelowego cementowanego o średnicy 11, 13, 15, 17, 19 mm w długościach 125, 150, 200, 250 mm, oraz bezcementowego o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm w długości 125 i bezcementowego o średnicy 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm w długościach 150, 200, 250 mm.?*

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dot. pakietu nr 20 zadanie 5 poz. 1 lit f)

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 zadanie 5 lp. 1 lit f) dopuści do wyceny tylko część piszczelową? Pragniemy podkreślić, że odpowiedni trzpień piszczelowy jest wymieniony do wyceny w zadaniu 5 lp. 1 lit. j)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 20 zadanie 6 poz. 1 lit. b)

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 zadanie 6 lp. 1 lit. b) dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. projektu umowy 3b §6 ust. 2

Zapis w §6 ust. 2 brzmi: 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis o następującej treści: 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 13 dot. projektu umowy 3d §6 ust. 2

Zapis w §6 ust. 2 brzmi: 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 40 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis o następującej treści: 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający wynosi 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2.?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 14 dot. projektu umowy 3b i 3d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu dot. zmiany umowy zgodnie z poniższym: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w zakresie:

- zmiany oferowanego produktu ze względu na zakończenie produkcji lub wycofanie produktu z obrotu - w takim przypadku Wykonawca może przedstawić inny produkt (zamiennik) o właściwościach równoważnych, odpowiadających charakterystyce produktu określonej w SWZ i załącznikach do SWZ, za cenę określoną w ofercie i Umowie dla produktu pierwotnego
- zmiany przez producenta nazwy handlowej danego produktu, braku dostępności, zmiany numeru katalogowego - zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny – zmiany te nie będą skutkować zwiększeniem wartości umowy?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 1 zadanie nr 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 1:

zadanie nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Zamawiający przewiduje różne ilości składowych endoprotezy zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może wycenić jedynie lp. 1-15? Z uwagi na różne ilości lp. 1-15 nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego/ ilość szt. 12 m-cy – 100.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 1 zadanie nr 3

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 1:

zadanie nr 3 Endoproteza bipolarna stawu biodrowego Zamawiający przewiduje różne ilości składowych endoprotezy zwracamy się z pytaniem czy Wykonawca może wycenić jedynie lp. 1-7? Z uwagi na różne ilości lp. 1-7 nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: Endoproteza bipolarna stawu biodrowego / ilość szt. 12 m-cy – 100.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 4 poz.1 i 2

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 4 lp. 1 i 2 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoproteza stawu kolanowego- bezcementowa hypoalergiczna, modularna (lp. 1) oraz Endoproteza stawu kolanowego- cementowa modularna (lp. 2), zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może podać jedynie ceny

przy ilościach podanych przy składowych tj. myślących poszczególnych składowych endoprotezy w lp. 1 i 2. Z uwagi na podanie różnych ilości przy myślących poszczególnych składowych endoprotezy w lp. 1 i 2 nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji *Endoproteza stawu kolanowego bezcementowa hypoalergiczna, modularna*: oraz w pozycji *Endoproteza stawu kolanowego cementowa modularna*: / ilość szt. 12 m-cy – odpowiednio 40 i 50.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 9 poz.3 i 4

W pakiecie nr 9 lp. 3 i 4 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ujął:

3.	Cement kostny (1x40g) z antybiotykiem <u>wraz z mieszalnikiem do cementu pojedynczym</u>
4.	Mieszalnik do cementu

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający w lp. 3 powinien wycenić tylko cement kostny (1x40g) z antybiotykiem, natomiast mieszalnik w lp. 4

Odp. Tak.

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 12 poz.1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 12 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla panewki rewizyjnej stawu biodrowego zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych panewki rewizyjnej tj. ppkt 1-6. Z uwagi na różne ilości w ppkt 1-6 nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: *Kompletna panewka rewizyjna stawu biodrowego* / ilość szt. 12 m-cy – 5.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 15 poz.1

Mając na względzie, że w pakiecie nr 15 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. ppkt 1-8. Z uwagi na różne ilości w ppkt 1-8 nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: *Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego* / ilość szt. 12 m-cy – 8.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 18 poz.1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 18 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego związanej zapewniającej ruchy rotacyjne piszczeli zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca może podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. ppkt 1-11 (i drugi pkt 10). Z uwagi na różne ilości w ppkt 1-11 (i drugi pkt 10) nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: *Endoproteza rewizyjnej stawu kolanowego związana zapewniająca ruchy rotacyjne piszczeli* / ilość szt. 12 m-cy – 8.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 20 zadanie 2 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 2 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy poresekcyjnej części proksymalnej kości udowej zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a-f? Z uwagi na różne ilości podane przy składowych tj. lit. a)-f) nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: *Endoproteza poresekcyjna części proksymalnej kości udowej*, by następnie ją przeliczyć przez wymaganych 10 kompletów.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 20 zadanie 3 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 3 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy poresekcyjnej części dystalnej kości udowej zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a-k (i drugie i)? Z uwagi na różne ilości podane przy składowych tj. lit. ak (i drugie i) nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: Endoproteza poresekcyjna części dystalnej kości udowej, by następnie ją przeliczyć przez wymagane 2 komplety.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 20 zadanie 5 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 5 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy totalnej resekcji stawu kolanowego zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a)-k) czy przygotować wycenę dla 1 kompletu uwzględniającego podane ilości składowe dla 1 kompletu?

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 20 zadanie 6 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 6 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy ograniczonej resekcji stawu kolanowego zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a-l? Z uwagi na różne ilości podane przy składowych tj. lit. a-l nie jest możliwe jednoznaczne podanie ceny za komplet w pozycji: Endoproteza ograniczonej resekcji stawu kolanowego, by następnie ją przeliczyć przez wymagane 2 komplety.

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 20 zadanie 7 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 7 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy poresekcyjnej części proksymalnej kości piszczelowej zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a-l czy przygotować wycenę dla 1 kompletu uwzględniającego podane ilości składowe dla 1 kompletu?

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 20 zadanie 8 poz. 1

Mając na względzie to, że w pakiecie nr 20 zadanie 8 lp. 1 Zamawiający przewiduje różne ilości składowych dla Endoprotezy poresekcyjnej- wstawka trzonu kości udowej zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca powinien podać jedynie ceny przy ilościach podanych przy składowych tj. lit. a-e czy przygotować wycenę dla 1 kompletu uwzględniającego podane ilości składowe dla 1 kompletu?

Odp. Zamawiając nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 20 zadanie 3 poz. 1

W pakiecie nr 20 zadanie 3 lp. 1 jest:

c) Część łącząca

d) elementów i przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm. części łączącej o długości 100 mm

Z uwagi na fakt, że w pakiecie 20 zadanie 3 lp. lit c) jest część łącząca, zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca w lit. d) powinien wycenić jedynie elementy przedłużające.

Odp. Tak.

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 20 zadanie 5 poz. 1

W pakiecie nr 20 zadanie 5 lp. 1 jest:

c) elementów przedłużających w rozmiarach 40, 60, 80 mm. części łączącej o długości 100 mm

e) Części łączącej do elementu udowego

Z uwagi na fakt, że w pakiecie 20 zadanie 5 lp. lit e) jest część łącząca, zwracamy się z pytaniem, czy Wykonawca w lit. c) powinien wycenić jedynie elementy przedłużające.

Odp. Tak.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Dominik Łoziński**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Agnieszka Dziadkiewicz
nr tel.: 74/6489700



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742