



Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-110/2023

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **odzieży do ochrony radiologicznej**.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 8 maja 2023 r. Zaproszenia do składania propozycji cenowej na dostawę ODZIEŻY DO OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę fartuchów i akcesoriów wykonanych z bezołowiowego materiału - mieszanki bizmutu i antymonu zapewniającego wymaganą ochronę przy napięciu 60-110kV o wadze maks. 5.55 kg/m kw. - najniższego aktualnie na rynku tego typu materiału bezołowiowego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy i akcesoria wykonane z bezołowiowego materiału - mieszanki bizmutu i antymonu zapewniającego wymaganą ochronę przy napięciu 60-110kV o wadze maks. 5.55 kg/m kw. - najniższego aktualnie na rynku tego typu materiału