

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
tel.: 68 347 73 00
fax: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
http://www.spzozwolsztyn.pl
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia: 24.10.2022 r.

Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/238/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadania pn:

1. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym;
2. Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń koagulologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie, TP/18/2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022.1710 z późn. zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw I

Dotyczy:

Dostaw odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych, elektrod, wraz z dzierżawą analizatora oznaczania sodu, potasu i wapnia zjonizowanego w materiale biologicznym;

1. Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy dla Ca²⁺ wynoszący 0.3– 5.0 mmol/l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy dla Ca²⁺ wynoszący 0.3– 5.0 mmol/l. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. W tym zakresie nastąpi modyfikacja.

2. Czy Zamawiający dopuści elektrody Ca i K z okresem eksploatacji na pokładzie analizatora 6 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Karol Moriko

Załącznik:

parametry techniczne do zadania I – zał nr 3A

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

