



# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

Kraków, dnia 3 czerwca 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.6.2024

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23.05.2024 r., nr 2024/BZP 00336832/01.*

## Odpowiedź na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udostępnił treść zapytań oraz udzielił następujących wyjaśnień:

### Wniosek nr 1:

Część 19 poz. 1-4. Czy Zamawiający w pakiecie 19 w poz. 1-4 dopuści ezy z PP w opakowaniu typu blister papier-folia?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** ezy z PP w opakowaniu typu blister papier-folia. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

### Wniosek nr 2:

Część 22 poz. 2. Czy Zamawiający w pakiecie 22 w poz. 2 dopuści wymazówki z czarnym korkiem?

---

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76  
<https://www.gov.pl/web/wsse-krakow> e-mail: [wsse.krakow@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.krakow@sanepid.gov.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555  
sekretariat Dyrektora tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: 12 41 62 093  
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767



**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** wymazówki z czarnym korkiem. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Wniosek nr 3:**

Część 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści produkt z RCF: „12 000”?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** produktu z RCF 12 000.

**Wniosek nr 4:**

Część 25. Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu Miniciemnia+ lampa UV jako jednej pozycji?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** zestaw Miniciemnia+ lampa UV jako jednej pozycji.

**Wniosek nr 5:**

Wzór umowy (Załącznik 2a do SWZ). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zamieszczenie we wzorze umowy zapisu dot. zmiany ceny łącznej brutto spowodowanej uzasadnioną przez producenta zmianą klasyfikacji wyrobu i możliwością zaprzestania stosowania uprzywilejowanej stawki VAT.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.**

Dopuszczalna jest zmiana ceny, będącej kryterium wyboru oferty, tylko jeśli jest to następstwem ustawowej zmiany podatku VAT, a nie zmiany dowolnej kwalifikacji wyrobu przez producenta.

**Wniosek nr 6:**

Wzór umowy (Załącznik 2a do SWZ) § 4 ust. 1 pkt. b. Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w § 4 ust. 1 pkt. b. Czy Zamawiający zgodzi się aby ewentualna kara była niższa i wynosiła 0,5% wynagrodzenia brutto tego sprzętu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wymianę wadliwego lub niezgodnego z SWZ sprzętu

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych.

Umowa, zgodnie z art. 436 pkt 3 ustawy Pzp określa maksymalną wysokość kar umownych, pozwalając wykonawcy oszacować ryzyko. Ustawa nie limituje przy tym górnej granicy tych kar.

Aby kara umowna skutecznie pełniła swoje funkcje, w szczególności funkcję odszkodowawczą (kompensacyjną), stymulacyjną i symplifikacyjną nie może być znikoma i pomijalna - wprost przeciwnie, musi być dotkliwa, by spełnić te funkcje. Należy przy tym zaznaczyć, że Zamawiający musi przestrzegać dyscypliny finansów publicznych.

Bezpośrednią podstawą wprowadzenia kary umownej do umowy jest art. 483 kodeksu cywilnego.

**Wniosek nr 7:**

Wzór umowy (Załącznik 2a do SWZ) § 4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Wyjaśnienie i podstawy prawne podane zostały powyżej, tj. w odpowiedzi na Wniosek nr 6.

**Wniosek nr 8:**

Wzór umowy (Załącznik 2a do SWZ) § 4 ust. 1 pkt. c. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Ponieważ, aby kara umowna skutecznie pełniła swoje funkcje, w szczególności funkcję odszkodowawczą (kompensacyjną), stymulacyjną i symplicacyjną nie może być znikoma i pomijalna - wprost przeciwnie, musi być dotkliwa, by spełnić te funkcje.

**Wniosek nr 9:**

Część 11. Czy Zamawiający dopuszcza w części 11 próbówki w 1 op.=100 szt., łącznie 2 op.?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** próbówki w opakowaniu 100 szt., łącznie 2 opakowania.

**Wniosek nr 10:**

Część 11. Czy Zamawiający dopuszcza w części 11 próbówki z 1ml medium transportowego, pozostałych cechy zgodnie z SWZ?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** próbówki z 1ml medium transportowego.

**Wniosek nr 11:**

Część 22. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 i 2 w części 22 wymazówek w op.=150szt?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** wymazówki w opakowaniu 150 szt.:

- dla poz. 1 przy zachowaniu sumarycznej ilości wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia
- dla poz. 2 pod warunkiem zapewnienia zamawianej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości tj. dla 200 sztuk. Dodatkowa ilość nie będzie miała wpływu na ocenę oferty.

Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Wniosek nr 12:**

Część 22 poz.1-4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu dla poz. 1-4 część 22, aby w każdej wymazówce była etykieta i instrukcja obsługi na opakowaniu jednostkowym w języku polskim.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że nie dopuszcza** braku etykiety i instrukcji obsługi na opakowaniu jednostkowym w języku polskim, gdyż wymazówki kierowane są do odbiorcy zewnętrznego, który według wytycznych umieszczonych na wymazówce i instrukcji w języku polskim samodzielnie pobiera materiał do badania, opisuje go na etykiecie, a następnie dostarcza do laboratorium.

**Wniosek nr 13:**

Część 22 poz.1-4. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na ww. prosimy o dopuszczanie dla poz. 1-4 część 22, zgodnie z pkt. 4 art. 12 Ustawy o Wyrobach Medycznych, instrukcja użytkowania na każdym opakowaniu indywidualnym za pomocą zharmonizowanych symboli.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający** nie precyzuje formy przedstawienia instrukcji, zatem dopuszcza się w postaci zharmonizowanych symboli.

**Wniosek nr 14:**

Część 22 poz. 4. Czy Zamawiający w część 22 w pozycji 4 dopuści wielkość opakowana 1.000 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** wielkość opakowania 1000 szt. z zachowaniem łącznej ilości podanej w opisie przedmiotu zamówienia. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A) lub w formularzu oferty (Załącznik 1, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Wniosek nr 15:**

Część 23 poz. 1. Czy Zamawiający w części 23 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Cryobanku zawierającego łącznie 80 fiolek - mix 4 kolorów po 20 fiolek każdego koloru?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** Cryobank zawierający łącznie 80 fiolek - mix 4 kolorów po 20 fiolek każdego koloru.

**Wniosek nr 16:**

Część 23 poz. 2 Czy Zamawiający w części 23 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie Cryoblocku na 18 próbek?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** Cryoblock na 18 próbek.

**Odpowiedź na powyższe wnioski stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarно-Epidemiologicznej w Krakowie  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym